

Specificații tehnice								
		Numărul licitației: 21120868/ ocds-b3wdp1-MD-1700579932253 din 30.11.2023						
		Denumirea licitației: Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023 (suplimentar)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	3		5	6		8
		Lot Nr. 1 Proteza de sold totala necimentata tip 1						
33100 000-1	1.1	TJA	ARIA CEMENTLESS STEM 111-20-6000 -> 111-20-6012 111-20-6100 -> 111-20-6112	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	TJA Confectionata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; Sa prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijeii; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tija Confectionată din aliaj de titan; - pg 4- Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; - pg 4 - Prezinta șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijeii -pg 4 - Disponibila in 13 dimensiuni pentru fiecare varianta - pg 12 - Con 12/14 mm; - pg 4 - Varianta de Offset standart si offset lateralizat; - pg 4 - Fara coleret; pg4 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214591; DM000214590; DM000214589; DM000214587; DM000214586; DM000214593; DM000214583; DM000214585; DM000214588; DM000214584; DM000214582; DM000214592; DM000214581; DM000214606; DM000214599; DM000214595; DM000214603; DM000214604; DM000214605; DM000214598; DM000214600; DM000214597; DM000214596; DM000214601; DM000214602; DM000214594
33100 000-1	1.2	CUPA	LOGICAL G SERIES CEMENTLESS CUP 111-12-3348 -> 111-12-3368 ; Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111-12-9115-> 111-12-9150	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	CUPA Confectionată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	Cupa -Confectionată din aliaj de titan. - pg 4 - Acoperirea cupei este efectuata prin suprafata poroasa (titan poros cu structura 3 D) ; - pg 4, 5, scrisoare - Prezinta mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa - pg 4; - Diametre externe prezente in minim 11 dimensiuni -pag 26; Prezintă 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; - pg 26 - Include 2 suruburi la fiecare cupa livrata, cu minim 8 dimensiuni de lungime (Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111-12-9115-> 111-12-9150) - pg 31; - Sterila - pag 8; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in BROSURA LOGICAL NEW	DM000213872; DM000213877; DM000213874; DM000213879; DM000213878; DM000213866; DM000213875; DM000213867; DM000213871; DM000213876; DM000213870; DM000213873; DM000213868; DM000213869; DM000460987; DM000460988; DM000460989; DM000460990; DM000460991; DM000460992; DM000460993; DM000460994
33100 000-1	1.3	INSERT	LOGICAL XLPE LINER 111-12-5844 -> 111-12-5660 111-12-6844 -> 111-12-6260	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insert Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (7,5 MRad); - PG 4 - Diametre externe pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; - PG 29 ; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile de dimensiuni 28, 32 mm- PG 29; Sterile -PG4 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW	DM000214052; 111-12-5850; DM000214057; DM000214058; DM000214059; DM000214060; DM000214066; DM000214067; DM000214071; DM000214072; DM000214073; DM000214074;
33100 000-1	1.4	CAP	CoCr femoral head 111-152-011->111-152-024	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel puțin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr) - pag 20; -Diametre externe prezente 28, 32 mm - pag 20; - Con 12/14 mm -pag 4, poza cap; - 4 dimensiuni de lungime - pag 20, poza cap; - steril poza cap ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214660; DM000214657; DM000214659; DM000214669; DM000214656; DM000214658; DM000214655; DM000214661;

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Director

Ofertantul: Intermed, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2