

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Serviciul medical al MAI**

(MD-2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gheorghe Asachi 25b)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Set de rezectoscopie* (denumirea contractului de achiziție publică), noi **„Denolga Medical” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1755517891391
din "18" august 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Serviciul medical al MAI

(MD-2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gheorghe Asachi 25b)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Set de rezectoscopie prin procedura de achiziție *Licitație deschisă***, pentru o durată de 60 zile (șaizeci), respectiv până la data de 11.11.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1755517891391** din **18.08.2025**

Obiectul achiziției: **Set de rezectoscopie**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri: Set de rezectoscopie						
Lotul 1						
Set de rezectoscopie	27040SLK/ 27040EB/ 27040OC/ 27005FA/ 27005BA/ 495ND/ UH801/ 27218LO/ 27040GP1/ 27040NB/ 27040BL1/ 39501B2/ 39502ZL	Germania	Karl Storz	Teaca externă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca externă a rezectoscopului bipolar pentru maturi, cu sistem de irigare continuu (inzestrat cu 2 robinete pentru controlul fluxului de lichide), 26-27Fr Teaca internă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca internă rotativă a rezectoscopului bipolar pentru maturi (compatibilă cu teaca externă din set). 24 Fr. Element de lucru a rezectoscopului bipolar - 1 buc. Element de lucru a rezectoscopului bipolar pentru maturi, de tip pasiv. Destinat utilizării cu telescop cu direcția vizualizării 0°/12°/30°. Compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set.	<u>27040SLK (Catalog KS, pag. 1)</u> Teaca externă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca externă a rezectoscopului bipolar pentru maturi, cu sistem de irigare continuu (inzestrat cu 2 robinete pentru controlul fluxului de lichide), 26 Fr <u>Inclusă în 27040SLK (Catalog KS, pag. 1)</u> Teaca internă a rezectoscopului - 1 buc. Teaca internă rotativă a rezectoscopului bipolar pentru maturi (compatibilă cu teaca externă din set). 24 Fr. <u>27040EB (Catalog KS, pag. 2)</u> Element de lucru a rezectoscopului bipolar - 1 buc. Element de lucru a rezectoscopului bipolar pentru maturi, de tip pasiv. Destinat utilizării cu telescop cu direcția vizualizării 0°/12°/30°. Compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set.	CE, ISO

				Obturator - 1 buc. Obturator 24Fr, compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. Telescop 12° - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 295 mm ± 5 mm, cu direcția de vizualizare 12°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Telescop 30° - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 295 mm ± 5 mm, cu direcția de vizualizare 30°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. Cablu de lumină - 1 buc. Cablu de lumină de fibra optică. Lungime 3 metri. Compatibil cu telescoape din set și Cu sursa de lumină te tip Karl Storz aflată în dotarea instituției. Cablu bipolar de curent electric - 1 buc. Cablu bipolar de curent electric. Lungime 3 metri. Compatibil cu element bde lucru bipolar din set și coagulatorul bipolar Karl Storz AUTOCON II 400 (din dotarea existentă a instituției medicale) Seringa pentru lavajul vezicii urinare - 1 buc. Seringa pentru lavajul vezicii urinare, de tip Reiner-Alexander. Volum 150ml. Compatibilă cu set de rezecție bipolară sau cu set de adaptoare (flexibil și rigid). Electrod reutilizabil de taiere - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de taiere, de tip buclă, destinate utilizării cu	<u>27040OC (Catalog KS, pag. 3)</u> Obturator - 1 buc. Obturator 24Fr, compatibil cu teaca externă și teaca internă a rezectoscopului din set. <u>27005FA (Catalog KS, pag. 4)</u> Telescop 12° - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 300 mm, cu direcția de vizualizare 12°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. <u>27005BA (Catalog KS, pag. 4)</u> Telescop 30° - 1 buc. Ø 4 mm , lungimea de lucru de 300 mm, cu direcția de vizualizare 30°. Autoclavabil. Compatibil cu teaca externă, teaca internă și elementul de lucru bipolar a rezectoscopului din set. <u>495ND (Catalog KS, pag. 5)</u> Cablu de lumină - 1 buc. Cablu de lumină de fibra optică. Lungime 3 metri. Compatibil cu telescoape din set și Cu sursa de lumină te tip Karl Storz aflată în dotarea instituției. <u>UH801 (Catalog KS, pag. 6)</u> Cablu bipolar de curent electric - 1 buc. Cablu bipolar de curent electric. Lungime 4 metri. Compatibil cu element de lucru bipolar din set și coagulatorul bipolar Karl Storz AUTOCON II 400 (din dotarea existentă a instituției medicale) <u>27218LO (Catalog KS, pag. 7)</u> Seringa pentru lavajul vezicii urinare - 1 buc. Seringa pentru lavajul vezicii urinare, de tip Reiner-Alexander. Volum 150ml. Compatibilă cu set de rezecție bipolară sau cu set de adaptoare (flexibil și rigid). <u>27040GP1 (Catalog KS, pag. 8)</u> Electrod reutilizabil de taiere - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de taiere, de tip buclă, destinate utilizării cu vizualizare	
--	--	--	--	--	---	--

				vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de coagulare - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de coagulare, de tip bilă sau cilindru, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Electrod reutilizabil de tip cârlig - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de incizie, de tip cârlig, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. Coș perforat pentru sterilizare - 1 buc. Set perforat pentru sterilizare din inox pentru setul propus, destinat sterilizării (cu abur și temperatura joasă), depozitării și transportării.	12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. <u>27040NB (Catalog KS, pag. 8)</u> Electrod reutilizabil de coagulare - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de coagulare, de tip bilă, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. <u>27040BL1 (Catalog KS, pag. 8)</u> Electrod reutilizabil de tip cârlig - 1 set Set de 10 electroade bipolare reutilizabile de incizie, de tip cârlig, destinate utilizării cu vizualizare 12°/30°. Compatibile cu set de rezecție transuretrală bipolară. <u>39501B2/ 39502ZL (Catalog KS, pag. 9, 10, 11)</u> Coș perforat pentru sterilizare - 1 buc. Set perforat pentru sterilizare din inox pentru setul propus, destinat sterilizării (cu abur și temperatura joasă), depozitării și transportării.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1755517891391 din 18.08.2025
	Obiectul de achiziției: Set de rezectoscopie

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri: Set de rezectoscopie							20.12.2025	MD25TRPCAA518410A00578AA	
	Lotul 1									
33169000-2	Set de rezectoscopie	buc	1	349 365,05	419 238,06	349 365,05	419 238,06			
	TOTAL					349 365,05	419 238,06			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director** Ofertantul:
"Denolga Medical" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble,**
149A