

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1704977515979 din: 12 ian 2024, 16:30 - 18 ian 2024, 15:00

Obiectul achiziției: arc ghid diagnostic stiff pentru cabinet chirurgie endovasculară

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	33111710-1	Arc ghid diagnostic stiff	Radifocus™ Guide Wire M Stiff Type RF-PA18263M RF*PA18263M RF-PA25263M RF*PA25263M RF*PA35263M RF-PA35263M RF-PS35263M RF-PA35303M RF*PA35303M RF*HR35303M RF-PA38263M	Belgia / Japonia	Terumo / TERUMO CORPORATION	Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații vârf: straight, angled, J. Dimesiuni obligatorii Lungimi: 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm) Diametre: 0,020”, 0,025”, 0,035”, 0,038” Lungimea vârfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-5mm)	Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații vârf: straight, angled, J. Dimesiuni obligatorii: Lungimi: 260 cm, 300 cm. Diametre: 0,020”, 0,025”, 0,035”, 0,038” Lungimea vârfului flexibil: 30 mm.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**