

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677655863867 din 01.03.2023						
Obiectul achiziției: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 84: Reductor pentru butelii de oxigen	Reductor pentru butelii de oxigen	Germania	GCE	Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4". Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Reductor de presiune (Oxigen Medical) - DIN 477 G3/4": Presiune de intrare: 300-10 bar; Presiune de ieșire 4.5 ± 0.5 bar; Flux de ieșire: 0-250 L/min; Ieșire cu ajustare de flux pentru mască 0-25 L/min; Ieșire standard DIN 13260-2 pentru conectare ventilator.	

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Rischitor Victor În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Mixoff Trade SRL Adresa: Florilor 28/2 of. 480

21.03.2023