

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21089033 / ocds-b3wdp1-MD-1692348758524	24.09.2023	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 22)	Lot: 9	Pagina: 1 din 3

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standa rde de conformitate	Nr. înregistrare în RSDM
2		3		4	5	6	7	8	
9	Ferestruu chirurgical mare, oscilant electric	Ferestruu chirurgical mare, oscilant electric	BJ4200 BJ4001 BJ1002-4 BJ4201 BJXDH4200	China	BOJIN	Conform Anunțului de participare	<p>Ferestruu chirurgical mare, oscilant electric. Descriere Ferestruu chirurgical mare, oscilant electric folosit în intervenții de amputații de membre, osteotomii de mărimi mari.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Toate componentele, în afara de Baterii și Dispozitivul de încărcare, sunt confecționate din inox și se sterilizează prin metoda de autoclavare 135°C.</p> <p>1.Piesa de mână BJ4200(pagina 1).</p> <p>Piesa de mână Electric da – Electrică (alimentată de la baterie) (pagina 2).</p> <p>Timp funcționare: ≥ 30 min (pagina 2) (solicitat ≥15, oferit ≥ 30 min).</p> <p>Viteza de oscilație reglabilă: 0 – 15000 oscilații / minut(pagina 1,3) (solicitat 0-20000, oferit 0-15000).</p> <p>Putere, W ≥100(pagina 1, 2).</p> <p>Schimbarea și atașarea lamelor, fără cheie: Schimbarea lamelor Adaptorului ferestruu oscilatoriu fără chee (pagina 3).</p> <p>Greutate, gr. ≤950(pagina 2).</p> <p>Sterilizare, metoda autoclavare 135°C.</p> <p>Viteza de rotație: Ajustabilă 0 - 1100 rpm (pagina 3) (solicitat ≥900 rpm, oferit 0 – 1100 rpm).</p> <p>Comutator Înainte și Înapoi cu modul sigur.</p> <p>Zgomot (db) ≤75 db (pagina 2).</p> <p>Mecanism ușor demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat: Da(pagina 2).</p> <p>Mecanism de blocare: Mecanism de blocare a Adaptorului Ferestruu oscilant și Bateriei (pagina 2).</p> <p>Carcasă sterilizabilă: Carcasa motorului, capacul bateriei și setul transfer aseptice al bateriei autoclavabile (pagina 2).</p> <p>Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului: Nu mai mult de 20°C (pagina 2).</p>	ISO 13485 , CE	DM000468358 DM000468396 DM000468400 DM000468359 DM000468454

2	3	4	5	6	7	8	
					<p>2.Bateria BJ4001(pagina 1). Baterii: 2 buc. (pagina 2). Ușor demontabile: Inserare telescopică, inserare/extragere ușoară (pagina 2). Autonomie cu bateria încărcată deplin: ≥ 30 min (pagina 2)(solicitat ≥ 15, oferit ≥ 30 min). Tip baterie: Ni-Mh reîncărcabilă, 14.4V / 1800mAh. Non-memory. Nesterilizabilă.Scut de protecție contact cu carcasa.</p> <p>3.Dispozitiv încărcare baterii BJ1002-4(pagina 4). Indicator stare baterie: Indicator luminos (pagina 2, 4). Număr baterii încărcate simultan: 4 baterii (pagina 2, 4). Alimentare: 110-250V, 50/60Hz (pagina 2, 4). Tensiunea de încărcare: 17.5V (încărcarea simultană a 4 baterii). Curentul de alimentare: 700mAh.</p> <p>4.Adaptor Fereastră oscilant BJ4201(pagina 1). Cap rotativ; 360° - stânga, dreapta, jos, sus (pagina 3). Frecvența: Ajustabilă 0 – 15000 cicluri/min (pagina 1, 3). Sterilizare: Autoclavare 135° (pagina 3). Inserarea lamelor: Quick coupling (fără chee) (pagina 3). Amplitudinea de oscilare: 5 grade.</p> <p>Accesorii: Lame pentru fereastră oscilant(pagina 3, 6, 7): Lame Lungimea 90mm, lățimea 10mm, grosimea 1.0mm – 5 buc. (pagina 3, 6) Lame Lungimea 90mm, lățimea 18mm, grosimea 1.0mm –10 buc. (pagina 3, 6) Lame Lungimea 90mm, lățimea 25mm, grosimea 1.0mm –10 buc. (pagina 3, 7) Cablu de alimentare standard European - 1 buc. (pagina 3</p>		

2	3	4	5	6	7	8	
						<p>Container BJXDH4200 pentru păstrare, transportare și sterilizare, cu accesorii de fixație în timpul transportării și sterilizării - 1 buc.(pagina 3).</p> <p>Altele: Garanție: Piesa de mână, adaptoarele și dispozitivul de încărcare: 2 ani (pagina 3). Manuale de utilizare În limba de stat (Română) – La livrare. Manuale de utilizare În limba Engleză – Atasat la ofertă. Manual de service în limba Engleză – La livrare.</p> <p>Transportare la locul necesar - da. Instalarea și testarea la locul necesar da. Deservire în perioada de garanție și postgaranție - da. Training pentru utilizatori: Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, - da. Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces - da.</p>	

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: Iarvoi Petru În calitate de: Director

Ofertantul: FPC SOGNO SRL Adresa: MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2