

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21503791, ocds-b3wdp1-MD-1761917392627v						Data: 20.11.2025		Alternativa nr.		
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insușiților medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.30)						Lot:		Pagina 1 din 1		
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	33100000-1	Spălător pentru microplăci ELISA automat BK-9622 . Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000578951. [Model este indicat greșit (BL-9622), precum că în Declarație de Conformitate model BK-9622 https://registru.dispozitive.amdm.gov.md] Descriere: Parametrul / Specificația Alimentare AC220V±10%, 50/60Hz; 110±10%, 60Hz Broșura Canale 8 și 12 p. 8 User Manual Capabile să spele toate tipurile de microplăci - 4 tipuri de microplăci: „fund plat”, „fund în U”, „fund în V” și „fund rotund” p. 8 User Manual Afișare LCD - 7-inch touch display p. 6 User Manual Programabil, tastatură: 5 taste cheie cu membrană Broșura, desen Alarmă p. 8 User Manual Numărul ciclurilor de spălare 1 - 15 Confirmation Letter Biobase Volumul de soluție de dispersare: 50ul-950ul, reglabil, iar intervalul volumului de umplere este de 50ul. p. 8 User Manual Acuratețea distribuției: CV ≤4% pe întreaga placă (volum de distribuție 300 μl, viteză de distribuție) Confirmation Letter Biobase Volum rezidual: ≤ 2 μl per godeu Broșura	buc	1	37000.00	44400.00	37,000.00	44,400.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
38	33100000-1	Centrifugă de laborator (32 tuburi) - BKC-TL5M + Rotor 4×500 ml + adapter 4×8×15 ml + adapter 4×12×10 ml Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000424165. Descriere BKC-TLSB este utilizată pentru separarea serului și plasmei, precipitarea proteinelor sau examinarea sedimentelor urinare. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm (Suportă reglarea fină a vitezei cu 1 rpm și a timpului cu 1 s) Maximală, rpm ≥ 4000 Broșura Setări setarea vitezei ±20 rpm / pas 1 rpm, 1s Broșura Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Pe poza 3,4 este swing rotor suport (nr.1) cu cupe (hanging cup 4*500ml) - poza 1 , în care se introduc adaptoarele (Adapter 4×8×15 ml + adapter 4×12×10 ml) - poza 2. Broșura Numărul de tuburi 32 unit Timer Diapazon minim de timp 1s - 999 min Broșura Incrementarea 1s Broșura Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Broșura Indicatori Indicatori vizual și acustic Broșura Debalansare, Pornire/oprire, Capac deschis, Display LCD, Fereastra, orificiu sau alt acces Broșura Nivelul de zgomot ≤ 65 dB Broșura	buc	1	39000.00	46800.00	39,000.00	46,800.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
						Total oferta:	76,000.00	91,200.00		

Suma totală: 91 200 (Nouăzeci și una mii și două sute) Lei 00 bani.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 20.11.2025
Valabilitatea ofertei - 160 zile.