

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774875492607 din 17 apr 2026, 11:03 - 6 mai 2026, 12:03

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 14)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	3	Frigider 30-1301	EKT-80	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S.	<p>Frigider 30-1301</p> <p>Descriere: Frigider pentru păstrarea medicamentelor la temperaturi controlate (2-8°C), cu monitorizarea și înregistrare constantă a temperaturii, astfel încât să fie garantată menținerea calității, siguranței și eficacității produselor medicamentoase.</p> <p>Temperatura +2 până la +8°C</p> <p>Material:</p> <p>Interior: Placa de aluminiu cu material de pulverizare sau alt material non-coroziv</p> <p>Exterior: oțel acoperit cu pulbere sau alt material non-coroziv</p> <p>Decongelare: automată</p> <p>Răcire:</p> <p>Metoda de răcire: Racire directă a aerului</p> <p>Grosime izolație: ≥50 mm</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP=0</p> <p>Acuratete temperatura: 0.1 C</p> <p>Interfata PC: minim USB</p> <p>Afisaj: Digital LED cu microprocesor</p> <p>Numar de rafturi: ≥3</p> <p>Dimensiuni interioare (L*I*h): ≤554*510*558 mm</p> <p>Dimensiuni exterioare (L*I*h): ≤650*625*810 mm</p> <p>Alarmer audio-vizuale:</p> <p>Devieri de temperatură</p> <p>Înteruperea alimentării</p> <p>Eroare USB datalogger</p> <p>Eroare de comunicare</p> <p>eroarea senzorului</p> <p>Ușa deschisă</p> <p>Accesorii:</p> <p>Să fie incluși toate accesoriile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor solicitate.</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	<p>EKT-80 - EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S., DM000578859</p> <p>Descriere: Frigider pentru păstrarea medicamentelor la temperaturi controlate (2-8°C), cu monitorizarea și înregistrare constantă a temperaturii, astfel încât să fie garantată menținerea calității, siguranței și eficacității produselor medicamentoase.</p> <p>Temperatura +0 până la +15°C</p> <p>Material:</p> <p>Interior: inox AISI 304</p> <p>Exterior: oțel acoperit cu pulbere</p> <p>Decongelare: automată</p> <p>Răcire:</p> <p>Metoda de răcire: Racire directă a aerului</p> <p>Grosime izolație: 41 mm</p> <p>Refrigerent: R290 cu GWP = 3, ODP=0</p> <p>Acuratete temperatura: 0.1 C</p> <p>Interfata PC: USB stick cu memorie.</p> <p>Afisaj: Digital LED cu microprocesor</p> <p>Numar de rafturi: 3</p> <p>Dimensiuni interioare (L*I*h): 368x365x520 mm</p> <p>Dimensiuni exterioare (L*I*h): 450x600x750 mm</p> <p>Alarmer audio-vizuale:</p> <p>Devieri de temperatură</p> <p>Înteruperea alimentării</p> <p>Eroare USB datalogger -Nu este necesar in cazul unui USB Memory stick</p> <p>Eroare de comunicare -Nu este necesar in cazul unui USB Memory stick</p> <p>eroarea senzorului</p> <p>Ușa deschisă</p> <p>Accesorii:</p> <p>Sunt incluse toate accesoriile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor solicitate.</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	DM000578859

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**
 Ofertantul: **ALMICOM-TECH SRL** Adresa: **mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2**