

Specificații tehnice (F4.2)								
Numărul licitației: 21477621/ ocds-b3wdp1-MD-1758192190370 din 26.09.2025								
Denumirea licitației: Dispozitive medicale								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33192000-2	1	Cuseta de examinare (sala de proceduri)	KRP	Ucraina	Zavet	Cerințe tehnice: Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală sau PVC specializat). Saltea fixă sau detașabilă, cu grosime minimă de 4cm (spumă poliuretanică) Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și a personalului medical. Tetieră reglabilă manual Dimensiuni: - Lungime: 180-200cm - Lățime: 60-70cm - Înălțime: 45-55cm Certificări: Certificat de Conformitate CE sau echivalent național ISO 9001 Manual de utilizare, certificat de garanție și fișa tehnică.	Cerințe tehnice: Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală). Saltea fixă, cu grosime minimă de 2cm (spumă poliuretanică) Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și a personalului medical. Tetieră reglabilă manual Dimensiuni: - Lungime: 190cm - Lățime: 58cm - Înălțime: 55cm Certificări: Certificat/Declaratie de Conformitate ISO 9001; 13485 certificat de garanție și fișa tehnică. Garanție de 24 de luni de la data livrării.	ISO, Declaratie de conformitate
33192000-2	2	Cuseta de examinare cu dulap inferior (sala de proceduri)	02.351.01	Italia	Fazzini	Cuseta de examinare cu dulap inferior (sala de proceduri) Complet cu 2 sertare, dulap inferior, tavă din oțel inoxidabil, 4 roți 80mm cu frâne și suport pentru rola de hîrtie Lungime 180cm Lățime 80cm Înălțime 55cm Suprafața cușetei tapițată și acoperită cu material plastic lavabil.	Cuseta de examinare cu dulap inferior (sala de proceduri) Complet cu 2 sertare, dulap inferior, tavă din oțel inoxidabil, 4 roți d. 80mm, 2 dotate cu frâne și suport pentru rola de hîrtie Lungime 180cm Lățime 80cm Înălțime 55cm Suprafața cușetei tapițată și acoperită cu material plastic lavabil.	ISO, Declaratie de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director ☐
Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2 ☐