

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756811721781 din 09.09.2025

Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Lotul nr. 3 - Lot3 Dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale (Șervețele)	VELOX® DUO WIPES	Polonia	MEDISEPT SP. Z O.O.	Dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale, Șervețele. Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) - conditii murdarie. bactericidă, EN 13727 EN 14561 (conditii murdarie) fungicidă, EN 13624, EN 14562 (conditii murdarie) Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .	Dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale, Șervețele. Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) - conditii murdarie. bactericidă, EN 13727 EN 14561 (conditii murdarie) fungicidă, EN 13624, EN 14562 (conditii murdarie) Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranți, bifenol etc.	AMDM DM000 349512 ANSP Nr. B- 0278/2025

					Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranti, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.	- Șervețele de dimensiuni 13 x 20 cm – extras din Catalog -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării, box.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist aciziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23