

MD – 2020, or. Chișinău,  
srt. Calea Orheiului 111/5  
tel. 406 - 299; 406 – 282,  
tel./fax. 406 – 271  
GSM 069140864  
[www.becor.md](http://www.becor.md)



МД 2020, г. Кишинэу,  
ул. Калеа Орхеюлуй 111/5  
тел. 406 - 299; 406 - 282  
факс. 406 - 271  
GSM 069140864  
[www.becor.md](http://www.becor.md)

Nr :92/24

Data:17.07.2024

Catre: **IMSP AMT Riscani**

În atenția : **Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziției publice privind achiziția reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru analizatoarele de tip închis, necesar la efectuarea investigațiilor de laborator, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2024, repetat (suplimentar) prin procedura de achiziție licitație deschisă Nr:ocds-b3wdp1-MD-1720524039610 din data de 01.08.2024.**

## Declaratie

Prin prezenta ,garantam :

Pentru reagenți, calibratori și material de control Lotul Nr. 6,7.(conform anexei 17 a ordinului Ministerului Sănătății nr. 374 din 05.05.2014)

- 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
- 2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
- 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
- 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
- 5.Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).
- 6.Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriger sau încăpere dotată cu echipament specific).
- 7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul, lotul, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cel de pe eticheta componentului incluse în set.
- 8.Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza,). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Multumim pentru colaborare!

Cu consideratie,

Iurie Bezer  
Director ,IM Becor SRL  
Ex.Lazari Cristina