

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761652375102 _28.10.2025
Obiectul achiziției: Bloc de alimentare electrică pentru utilajul de colorare
CPV: 31100000-7 - Motoare, generatoare și transformatoare electrice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului	Modelul articulu lui ofertat	Țara de origine	Produce tor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1. Bloc alimentare compatibil cu dispozitivul Thermo Fisher Gemini AS.	Sursa de alimentare compatibila cu coloratorul, Thermo Fisher Gemini AS	A81510044	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Tensiune ieșire: 42V/7,5A. Tensiune ieșire Standby 5V/2A. Termen livrare: 30 zile din data solicitării. Termen de garanție: minim 12 luni. Să se prezinte copia catalogului sau alte acte ce confirmă compatibilitatea	Tensiune ieșire: 42V/7,5A Tensiune ieșire Standby 5V/2A. Termen livrare: 30 zile din data solicitării. Termen de garanție: 12 luni. Se trimite extras din manual de service al echipamentului, Gemini AS	Cf documentatiei atasate.

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului	Modelul articolului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
Ref: U5Y053B					piesei cu dispozitivul indicat.	A81510101, cu lista de piese de schimb de unde se confirmă compatibilitatea piesei cu dispozitivul indicat.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 03.11.2025