

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1580200094872**

Denumirea licitației: **IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC) produse farmaceutice (dezinfectati si perhidrol)**

Data: „7” februarie 2020

Lot: 4

Alternativa nr.: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
24455000-8	12	Sterilizarea și dezinfectarea de grad înalt a dispozitivelor medicale (procesarea manuală pentru endoscoapele rigide Olympus, Jica, Wolf, altor endoscoape) (ambalaj ≤ 5 kg) cu prestarea bandelor pentru verificarea concentrației soluției de lucru.	Sterilizarea și dezinfectarea de grad înalt a dispozitivelor medicale (procesarea manuală pentru endoscoapele rigide Olympus, Jica, Wolf, altor endoscoape) (ambalaj ≤ 5 kg) cu prestarea bandelor pentru verificarea concentrației soluției de lucru.	HMI Peroster CE 5 kg	Bulgaria	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	<p>***Litri soluție de lucru***</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE)</p> <p>virucidă</p> <p>bactericidă</p> <p>tuberculocidă, mycobacterium terrae</p> <p>fungicidă,</p> <p>sporicidă</p> <p>Certificări:</p> <p>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pînă la deschiderea ofertelor (copie semnată și ștampilată de către articipant)</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanțe active acid peracetic, produse compatibile pentru endoscoapele Olympus, Wolf (lista produselor compatibile se regăsește în manualele Olympus, Wolf)</p> <p>- cu inhibitori de coroziune;</p> <p>- ambalaj ≤ 5 kg inclusiv</p> <p>- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani, valabilitatea soluției de lucru 24 ore</p> <p>Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE):</p> <p>≤ 15 min</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a</p>	<p>***Litri soluție de lucru***</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE)</p> <p>virucidă</p> <p>bactericidă</p> <p>tuberculocidă, mycobacterium terrae</p> <p>fungicidă,</p> <p>sporicidă</p> <p>Certificări:</p> <p>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pînă la deschiderea ofertelor (copie semnată și ștampilată de către articipant)</p> <p>- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Cerințe tehnice:</p> <p>- substanțe active acid peracetic, produse compatibile pentru endoscoapele Olympus, Wolf (lista produselor compatibile se regăsește în manualele Olympus, Wolf)</p> <p>- cu inhibitori de coroziune;</p> <p>- ambalaj ≤ 5 kg inclusiv</p> <p>- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani, valabilitatea soluției de lucru 24 ore</p> <p>Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE):</p> <p>≤ 15 min</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a</p>	<p>ISO13485/2003</p> <p>ISO 9001/2015</p> <p>ISO 14001/2015</p> <p>OHSAS</p> <p>18001/2007</p> <p>Directiva CE</p> <p>93/42EEC</p>

(ambalaj ≤ 1 kg) cu prestarea bandelor pentru verificarea concentrației soluției de lucru.

Semnat: _____ Numele, Prenume Iu. Poiata

Ofertantul: **I.C.S HMI Higimed Industrie S.R.L.** Adresa: _____