

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ КЛАССА G К АСКАРИДЕ

Настоящая инструкция распространяется на - тест-систему иммуноферментную «Аскарида –IgG», предназначенную для выявления индивидуальных антител класса G к аскариде (*Ascaris lumbricoides*) методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе.

Набор состоит из 8 реагентов:

1. Иммunoсорбент – антиген *Ascaris lumbricoides*, сорбированный в лунках планшета;
2. Фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т) – прозрачная, слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость;
3. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная опалесцирующая жидкость фиолетового цвета;
4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена (РКг- IgG) – прозрачная опалесцирующая жидкость зелёного цвета;
5. Положительный контрольный образец К+(IgG) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к аскариде - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость красного цвета;
6. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая специфических антител к аскариде – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость желтого цвета;
7. Хромоген – тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ–субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость;
8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость.

Тест-система рассчитана на 96 определений, включая контрольные образцы.

## Назначение

Тест-система предназначена как для выявления индивидуальных специфических антител класса G к *Ascaris lumbricoides*

## Способ применения

### 1. Приготовление реагентов и исследуемого материала

#### 1.1 Приготовление ФСБ-Т

При наличии во флаконе с ФСБ-Т осадка солей флакон с концентратом выдержать при температуре (37 ±1) °C до полного растворения солей.

Содержимое одного флакона с ФСБ-Т перенести в мерный цилиндр вместимостью 1 л и довести объем раствора до 650 мл водой дистиллированной.

Хранение: неиспользованный концентрат ФСБ-Т в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °C, раствор ФСБ-Т – в течение месяца при температуре от 2 до 8 °C.

При использовании одного или нескольких стрипов планшета необходимое количество ФСБ-Т готовиться в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Объем, мл	Концентрат ФСБ-Т, мл	Количество используемых стрипов											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Концентрат ФСБ-Т, мл	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26
	Вода дистиллированная, мл	до 50	до 100	до 150	до 200	до 250	до 300	до 350	до 400	до 450	до 500	до 550	до 650

1.2 Подготовка РБР-С, РКг-IgG, K+ (IgG), ТМБ-субстрата

РБР-С, РКг-IgG, K+ (IgG), ТМБ-субстрат – готовы к использованию

Хранение: неиспользованные РБР-С, РКг-IgG, K+ (IgG), ТМБ-субстрат хранят в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °C.

**При работе с ТМБ-субстратом и раствором конъюгата (РКг) необходимо отбирать раствор непосредственно из флакона новыми наконечниками.**

1.3 Подготовка стоп-реагента

Стоп-реагент готов к использованию.

Хранение: не ограничено.

## **2. Подготовка исследуемых сывороток**

Для выявления антител класса можно использовать сыворотку (плазму) крови человека как свежеприготовленную, так и хранившуюся в течение 24 ч при температуре от 2 до 8° С или в течение трех месяцев при температуре минус 20 °С. Для проведения анализа использовать образцы сыворотки или плазмы крови человека объемом не менее 20 мкл.

## **3. Проведение ИФА**

Комплект перед проведением анализа выдержать в течение 30 мин при температуре от 20 до 25° С.

3.1 Планшет промыть один раз ФСБ-Т, при этом в каждую лунку планшета внести от 200 до 250 мкл раствора. По окончании промывки остатки жидкости удалить активным встряхиванием, постукивая планшетом по сложенной в несколько раз фильтровальной бумаге.

3.2. Для внесения контрольных сывороток можно использовать любые лунки планшета. Для этого в лунку внести по 100 мкл K+(IgG), в две другие лунки планшета - по 100 мкл K-. В остальные лунки планшета внести по 100 мкл РБР-С. При постановке ИФА на одном стрипе допускается использовать для K- и K+ - по одной лунке.

В лунки планшета с РБР-С внести по 10 мкл исследуемых сывороток. Раствор перемешать пять раз пипетированием, при этом цвет РРС должен измениться.

После этого планшет закрыть крышкой или заклеить клейкой лентой и инкубировать в течение 30 мин при температуре (37±1) °С.

3.3. По окончании инкубации планшет промыть ФСБ-Т пять раз, как описано в п.3.1.

3.4. После промывки и удаления влаги в каждую лунку планшета внести по 100 мкл раствора коньюгата против иммуноглобулинов G человека (РКг-IgG) зелёного цвета. Планшет закрыть крышкой или заклеить клейкой лентой и инкубировать в течение 30 мин при температуре (37±1) °С.

3.5. По окончании инкубации планшет промыть ФСБ-Т пять раз, как описано в п.3.1.

3.6. Внести в каждую лунку планшета по 100 мкл раствора ТМБ- субстрата.

Планшет закрыть крышкой или заклеить клейкой лентой и поместить на 15 мин в защищенное от света место при температуре (37±1) °С.

3.7. Реакцию остановить внесением в каждую лунку планшета по 50 мкл стоп-реагента.

## **4. Учет результатов**

Результаты ИФА регистрируют на спектрофотометре. Оптическую плотность (ОП) измеряют при длине волны 450 нм. Нулевой уровень («бланк») задают по воздуху. Результаты учитывают только в том случае, если значение ОП в лунках с K- среднее значение ОП (ОПК-) не более 0,2, в лунках с K+ (IgG) среднее значение ОП (ОПК+) не менее 0,5.

**Рассчитывают ОПкрит. по формуле:**

**ОПкрит. = ОПК-(ср.) + 0,25,**

где ОПК-(ср.) – среднее значение ОП (ОПК-) по двум лункам.

Если значение оптической плотности исследуемого образца ОПиссл.  $\leq$  0,9xОПкрит, то результат анализа считают отрицательным. Если ОПиссл. попадает в интервал от 0,9xОПкрит до 1,2xОПкрит, то результат анализа сомнительный. Рекомендуется повторить анализ такой сыворотки. Если ОПиссл. > 1,2xОПкрит, то результат анализа исследуемого образца считают положительным.

## **5. Форма выпуска**

Тест-систему «Аскарида –IgG», выпускают в виде набора, упакованного в коробку из картона, куда вкладывают инструкцию по применению.

Набор состоит из следующих компонентов: иммunoсорбент, запаянный в пластиковый пакет, – 1 шт.; ФСБ-Т по 26 мл - 1 флакон; РБР-С по 12 мл - 1 флакон; РКг-IgG по 12мл – 1 флакон; K+ (IgG), по 1,5 мл – 1 флакон; K- по 2,5 мл - 1 флакон; ТМБ- субстрат по 12 мл – 1флакон; стоп-реагент по 6 мл - 1 флакон,

## **6. Срок годности, условия хранения и транспортирования**

Срок годности набора 12 месяцев.

Хранение при температуре от 2 до 8° С.

Транспортирование производить при температуре от 2 до 8° С. Допускается транспортирование при температуре не выше + 27 °С в течение 5 дней.

Не допускать замораживания.

Рекламации на качество наборов направлять на предприятие-изготовитель по адресу: