

Corespondere și lista componentelor echipamentului oferit

1. Analizator hematologic 3 – diff cu sistem închis Urit 3020		
Cantitatea		1
Descriere	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem închis de reactivi	
	Parametru	Coresponderea parametrului
Tip sistem	închis	da, corespunde
Metode de analiză	3 diff	da, corespunde
	Procedura de curățire automată	da, corespunde
Parametri determinați și calculați:	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT.	da, corespunde
Capacitate (probe/oră)	≥ 40	≥ 60, da, corespunde
Diluarea automată		da, corespunde
Afișaj graphic		da, corespunde
Imprimantă încorporată		da, corespunde
Sistem ID pacient		da, corespunde
Introducerea datelor manual		da, corespunde
Interfața PC		da, corespunde
Afișarea histogramei		da, corespunde
Stocarea datelor		da, corespunde
Calibrarea- automată		da, corespunde
Histograme:	WBC- repartizarea leucocitelor după volum. RBC- repartizarea eritrocitelor după volum. PLT- repartizarea trombocitelor după volum	da, corespunde
Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme, rezultate, grafice, rezultate din arhivă, date de service		da, corespunde
	Afișarea rezultatelor pe imprimantă	da, corespunde
	Indicatori de avertizare	da, corespunde
Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings		Control al calității în 4 nivele, da, corespunde
Limba de comunicare rom/rus		da, rusă, corespunde
Memorie internă > 1000 pacienți		da, corespunde
Accesorii	Vas pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare	da, corespunde
	Alimentare 220V, 50Hz	da, corespunde
	Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului.	da