

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1773411381248 din 20 mart 2026, 15:11 - 25 mart 2026, 15:11

**Obiectul achiziției:** Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Policlinica de Stat

Co d CP V	Nr . d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>								
33 10 00 00 -1	1	Piese de schimb ecran Tactil pentru Spirometru Mir Spirolab	660584- Display touch screen 7" Spirolab NEW	Italia	MIR S.R.L. - MEDIC AL INTER NATIO NAL RESEA RCH	<p>Nume, categorie și coduri</p> <p>1 Denumirea Generică (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Denumirea dispozitivului medical utilizat în codurile generice ale CAPCS (de exemplu: aparat de anestezie). Ecran tactil</p> <p>2 Nume alternativ (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Denumire menținută de Global Medical Devices Nomenclature (GMDN), de exemplu: Unitate de anestezie, mobilă sau Denumirea propusă și menținută de institutul ECRI, de exemplu: unități de anestezie. Touch screen display</p> <p>3 Cuvinte cheie (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Domeniul / boala specifică legată de dispozitiv (de exemplu, anestezie, îngrijire intraoperatorie etc.). Spirometrie</p> <p>4 Se menționează dacă echipamentul solicitat înlocuiește unul existent. NOTĂ: se comunică modelul echipamentului din dotare și se justifică necesitatea înlocuirii acestuia. Touch screen display 7", code: 660584</p> <p>5 Cerințe tehnice detaliate. NOTĂ: Descrierea generală a funcției dispozitivului. Caracteristicile necesare și cerințele funcționale specifice/critice. de exemplu, module, componente, parametrii măsurabili și/sau livrabili, valorile și intervalele asociate, compatibilitate/interoperabilitate, cerințe de interoperabilitate, parametrii afișați pe monitor (de exemplu, afișarea presiunii, a volumului, a debitului, a indicatorilor de stare, timpii de inspirație și expirație etc.), setări reglabile de către utilizator (de exemplu: Parametrii funcționali ai dispozitivului, alarmele, limba etc. care ar trebui să fie reglabili la discreția utilizatorului/utilizatorilor), cerințe față de Biocompatibilitate, cerințe față de Mobilitate și portabilitate ( de exemplu: Cerințe pentru dispozitive nefixate/instalate, de exemplu greutateți,</p>	<p>Denumirea Generică: Ecran tactil</p> <p>Nume alternativ : Touch screen display</p> <p>Cuvinte cheie: Spirometrie Touch screen display 7", code: 660584 Producător: MIR (Medical International Research S.p.A.); Dimensiune: 7" (țoli); cod producător: 660584; Compatibilitate: Spirolab color a.f. 2018; Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, durata de 12 luni Se va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție.</p>	CE/ISO

					<p>mânere, pe roți cu diametru specificat, frâne etc. În cazul dispozitivului portabil de indicat modul de transportare (ex: într-o husă sau într-un rucsac) și greutatea ( ex: cu toate accesoriile însumând &lt;2 kg)), Cerințe față de: accesorii, materiale consumabile/reactivi, licențe, alte componente (Echipamente complementare (de exemplu, imprimante, suporturi, suporturi de perete), descrierea Componentelor (dimensiuni, configurația echipamentelor complexe) etc. Indicarea procesului de sterilizare a accesoriilor/consumabilelor din cadrul instituției, Starea de sterilitate a dispozitivelor medicale la livrare, Cerințe față de etichetare, Cerințe privind condițiile speciale de transportare și depozitare (Se aplică de exemplu dispozitivelor medicale termosensibile/ termolabile care se transportă cu respectarea cerințelor privind neîntreruperea lanțului de frig.) etc. Producător: MIR (Medical International Research S.p.A.); Dimensiune: 7” (țoli); cod producător:660584; Compatibilitate: Spirolab color a.f. 2018; 6 Cerințe față de Garanție (obligator spre completare). NOTĂ: Cerințe privind data de începere, durata perioadei de garanție, excluderi/includeri și alte condiții care trebuie să fie specificate. Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni 7 Cerințe privind Mentenanța în timpul garanției (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Cu cât mai puține cerințe de întreținere sunt recomandate de producător este un Criteriu de sustenabilitate. Furnizorul va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**