



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3973 din 08.09.2025

Operatori economici participanți

IMSP Beneficiare

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1742204380049 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.3)* vă comunică că conform art.69 alin (11) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a anulat din motive întemeiate decizia de atribuire nr.1 din 28.08.2025 cu reluarea procedurii de evaluare pentru *lotul nr.12 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)* și nr.15 *Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii* și vă comunică decizia nr.2 din 08.09.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

N r. L ot	Denumire Lot	unitate a de măsură	Cantita tea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producăto r	AMDM	Ofertant
1 2	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	15	25333,33	30400,00	380 000,00	456 000,00	uMEC 120	China	Mindray	DM000669805	ÎM „Dutchmed-M” SRL
1 5	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	Bucată	135	26100,00	31320,00	3 523 500,00	4 228 200,00	Model WANS 4050 AMDM DM000670134 Saltea MT-01 DM00066987	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	DM000669987 DM000670134	AELO GRUP SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 12 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: și anume formularul specificației tehnice nu este complet, nu conține toată informația solicitată în anunțul de atribuire pentru lotul 12.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (4) și (6) lit a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece autoritatea contractantă nu va admite modificări a ofertei, astfel, operatorul economic nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

Urmare a clarificărilor solicitate de CAPCS, operatorul economic prin răspunsul la clarificare, însoțit de demersul nr.08/190 din 04.08.2025, a informat grupul de lucru despre greșeala tehnică cu privire la codul manșetei NIBP oferite inițial (Codul "040-000593-01 Reusable Ped Cuff" este indicat în urma greșelii tehnice), fiind prezentat un alt număr de catalog (040-000592-01 Reusable Adult Cuff U1880S 25~35cm (adult mediu)), ceea ce este inadmisibil dat fiind faptul că operatorul nu poate modifica elementele importante ale ofertei care inițial nu au corespuns cerințelor solicitate în documentația de atribuire și se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziții publice, modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă. (art.74 alin (4) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 15 Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat o înălțime ajustabilă cu diapazonul minim de 45-80 cm, ± 2 cm, însă s-a ofertat o înălțime ajustabilă cu diapazonul minim de 37-77 cm.

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume:

La evaluarea tehnică dat fiind faptul că a fost oferit același cod al produsului ca pentru lotul nr.14, conform catalogului oferit (Model art: YA-D5-5, cod AMDM - DM000654310) a fost oferit produsul cu Poziționare Trendelenburg și Anti-trendelenburg cuprinsă în diapazonul 0-12 grade, dar în documentația standard a fost solicitat Poziționare Trendelenburg și Anti-trendelenburg ≥ 16 grade, astfel nefiind acoperit nivelul minim de la 12 la 16 grade.

Pentru celelalte loturi decizia din 28.08.2025 rămâne nemodificată.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 22.09.2025.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Jantuan Mariana
Tel: 068 502 393*