

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1686732510542</i>
Obiectul achiziției: <i>Articole parafarmaceutice 2023 repetat 5</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lame pentru bisturiu nr.22	nr.22	Turcia	Broche	Lame pentru bisturiu nr.22	Lame pentru bisturiu nr.22	CE, ISO
Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm, latex, nonalergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.	p/u USG	China	Wuxi	Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm, latex, nonalergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.	Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm, latex, nonalergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.	CE, ISO
Servețele antibacteriale cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.nr.50-200 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm	VELOX® DUO WIPES	Polonia	MEDISEPT SP. Z.O.O.	Servețele antibacteriale cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.nr.50-200 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm	Servețele antibacteriale cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.nr.100 buc, 13 x 20 cm, 23 g/m3	CE, ISO
Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m. Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată = O rolă	100mm x 200m	China	Goldenwell	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m. Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată = O rolă	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m. Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată = O rolă	CE, ISO
Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m. Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a	200mm x 200m	China	Goldenwell	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m. Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m. Rolă din hirtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a	CE, ISO

materialului împachetat după sterilizare nu mai 17 mic de 12 luni. Bucată = O rolă				materialului împachetat după sterilizare nu mai 17 mic de 12 luni. Bucată = O rolă	materialului împachetat după sterilizare nu mai 17 mic de 12 luni. Bucată = O rolă	
Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m. Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată = O rolă	50mm x 200m	50mm x 200m	50mm x 200m	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m. Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată = O rolă	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m. Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată = O rolă	CE, ISO
Test -indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal . Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	134°/ 5 min Universal	FR	Medtest	Test -indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal . Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	Test -indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal . Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	Aviz sanitar
Test-indicator sterilizare 134/20min Universal. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	134°/ 5 min Universal	FR	Medtest	Test-indicator sterilizare 134/20min Universal. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Test-indicator sterilizare 134/20min Universal. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Aviz sanitar

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23