



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 8
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1782807140607 din 14.08.2026

pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 28.09.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 12.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782807140607 din 14.08.2026								
Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°, Manjetă standart (004466)	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°, Manjetă standart (004466)	A5-019; A5-021; A5-023; A5-025; A5-027 CARBOMEDICS REDUCED	SUA	Corcym	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	CC-MK-00003ACarbomedics_Family_brochure1 pag.17: b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea 78° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000392853 DM000392854 DM000392855 DM000392856 DM000392857
22-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°,Manjetă redusă (004469)	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°,Manjetă redusă (004469)	ICV0935 (ART19LSA) ICV0936 (ART21LSA) ICV0937 (ART23LSA) ICV0938 (ART25LSA) ICV0939 (ART27LSA) BICARBON SLIMLINE	SUA	Corcym	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă	CC-MK-00002ABicarbon_Family_brochure pag.17: b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea 80° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000633463 DM000633464 DM000633465 DM000633466 DM000633467

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1782807140607 din 14.08.2026							
Obiectul achiziției:					În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (B-N)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart (004466)	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart (004466)	bucată	55	17 266.74	17 266.74	949 670.70	949 670.70	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
22-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°,Manjetă redusă (004469)	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°,Manjetă redusă (004469)	bucată	80	17 864.03	17 864.03	1 429 122.40	1 429 122.40		33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	2 378 793.10	2 378 793.10				

Semnat: _____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din
Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul Poiata Vitalie reprezentant împuternicit al SRL Biosistem mld, în calitate de ofertant la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1782807140607 din 14.08.2026 privind achiziționarea de: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-

În cazul în care situația se va modifica, vom informa imediat autoritatea contractantă.

Data completării: 12.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)