

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21054236 din 11.05.2022
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie Publica de achiziționare a Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 2 Sistem garou pneumatic						
Sistem de garou pneumatic A.T.S. 4000	Tourniquet A.T.S. 4000 Cod produs: 60-4000-101-00	USA	Zimmer Biomet	Descriere: pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor. Aplicații Specificația Presiune minim/maxim 50/800 mmHg Interval de timp 5 - 180 min Ecran LCD grafic operare touchscreen 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple) da Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime da Autotestare a presiunii și verificarea sistemului da Calibrare automată a senzorului de presiune da	Conform Anexei 1 la ofertă. Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor. Presiune minim/maxim 50/600 mmHg Interval de timp 0 - 240 min Ecran LCD grafic operare touchscreen. 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple) – da Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime – da Autotestare a presiunii și verificarea sistemului - da Calibrare automată a senzorului de presiune – da	Certificat CE; Certificat ISO;

				Sistem de alarmă da Baterie încorporată (12-72 ore) da Interfață de utilizare a ecranului tactil da Suport pentru masa sau stîlp da	Sistem de alarmă - da Baterie încorporată (12-72 ore) – da Interfață de utilizare a ecranului tactil - da Suport pentru masa sau stîlp - da	
Lotul 12 Lampă chirurgicală cu 1 satelit						
Lampă chirurgicală cu 1 satelit EMALED 300 D	EMALED 300 D	Germany	Emaled GmbH	Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mînere detașabile sterilizabile	Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) - da Numărul de sateliți – 1 Temperatura culorii 4,500 K Indexul de culoare - 96 Ra Dimensiunea câmpului, cm: Diametrul 15 - 30 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță - 100000 lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70-140 cm Cresterea temperaturii în campul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 50-60Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h	Certificat CE; Certificat ISO;

				Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Kalcev Ghennadi** În calitate de: **manager vânzări**

Ofertantul: **MT International Group S.R.L.** Adresa: **mun.Chișinău, str.Negreșteni, nr.9, of.11**