

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1717702466366 / 21234504 din 20.06.2024							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Reagenți de laborator și consumabile pentru activitatea Laboratorului Clinic Diagnostic anul 2024 Lista de bază</i>						Lot 4, 9, 10.	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696500-0	4.1. Set*100 teste - strip diagnostic /urina(sânge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica) Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, leocitele Metoda calitativă de culoare (10 parametri), teste	U-10 nr.catalog U031-10	China	ALLTEST	Set*100 teste - strip diagnostic /urina(sânge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica) Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, leocitele Metoda calitativă de culoare (10 parametri), teste	U-10 - Set*100 teste - strip diagnostic /urina(sânge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica) Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, leocitele Metoda calitativă de culoare (10 parametri), teste. Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377351	ISO, CE.
33696500-0	9.1. cTnI ,test-caseta	cTnI , test-caseta nr.catalog CTI-402	China	ALLTEST	metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%	cTnI - Rapid test caseta , metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% , conform cerintelor generale. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377338	ISO, CE.
33696500-0	10.1. PCT ,test-caseta	PCT , test-caseta nr.catalog CPC-402	China	ALLTEST	metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%	PCT - Rapid test caseta , metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% . Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377337	ISO, CE.

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokucaev 6, of.61

semnat electron