

Electroterapie Cod 400140	MODULO PLUS, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
<p>Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform.</p> <p>Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent ≥ 120mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Biblioteca de protocoale interne de tratament ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Da, Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform.</p> <p>Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ INTERFACE Da, Canale independente 4 buc. Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ STIMULATION CHANNELS/ 4 completely independent and electrically insulated channels Da, Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS Da, Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS/ Diagnostics: Da, Semnal stimulare CC si CV/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ OUTPUT STAGE Da, Intensitate maxima curent ≥ 120mA Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ CURRENT OUTPUT Da, Timpul de tratament diapazon 1-60 min Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ TIMING Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ ACOUSTIC SIGNAL Da, Biblioteca de protocoale interne de tratament 200 protocoale Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ PRESET PROTOCOLS Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 150 programe Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ CREATION OF PERSONALIZED PROGRAMS Da, Port USB sau analogic Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ UPGRADABLE VIA USB PORT Da, Tensiune 220V, 50 HZ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ MAINS POWER SUPPLY</p> <p>Accesorii Da, Cabluri bipolare 4 buc., cod. MO186 Da,Electrod electroterapie 4 buc., cod. MO584 Da,Troleu dispozitiv 1 buc., model DINAMICO</p>