

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 30 decembrie 2025

Licitația Nr.: 21524837 Pagina 1 din 3

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Com. Stăuceni, str. Chișinău nr. 9, Republica Moldova
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Activ
	• <i>Proprietate</i>	Privata
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	Societate cu Răspundere Limitata
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	15.06.2012
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	Agent local/Distribuitor al producătorului străin
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	Cristina Savga
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	Com. Stăuceni, str. Chișinău nr.9, Reprezentant vânzări
	• <i>Adresa</i>	Com. Stăuceni, str. Chișinău nr.9
	• <i>Telefon / Fax</i>	022 994-901/ 022 994-902, 078883890
	• <i>E-mail</i>	cristina.savga@diamedix.ro
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0208491

1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA3.</i>
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	<i>12 ani</i>
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	<i>12 ani</i>
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<i>Nu se aplică</i>
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	<i>Nu se aplică</i>
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<i>Nu se aplică</i>
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: <u><i>Situația financiară 2024</i></u>	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: <u>BC OTP Bank S.A.</u> Adresa: <u>mun. Chișinău</u> Telefon: <u>+373 22 81 26 60</u> Fax: <u>+373 22 81 26 58</u>	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată

	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		

B. Partenerii individuali ai Asociației

4.1.	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.1.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.1.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz	

Nume: **Cristina Savga**

În calitate de: **Reprezentant vânzări**

Ofertantul: **I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.**

Adresa: **com. Stăuceni, str. Chișinău nr.9**

Data: **30 decembrie 2025**

_____ Semnătura



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 21524837
din „____” decembrie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP SCMC „V. Ignatenco”**

Codul fiscal/IDNO 1003600152640

Adresa: MD2019, R. Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble 149

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1765892710647, nr. 21524837, din 02.ianuarie.2026, privind aplicarea procedurii de Licitatie deschisă, pentru procurarea de Reagenți și consumabile de tip închis pentru anul 2026.

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 30 decembrie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.

Administrator: Traian Marinescu Alin

(semnătură autorizată)



Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 30 decembrie 2025

Licitația Nr. 21524837

Către: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L. se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: reagenti si consumabile de laborator.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 710 152,39 lei (un milion șapte sute zece mii o sută cincizeci și doi lei 39 bani).
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 890 775,05 lei (un milion opt sute nouăzeci mii șapte sute șaptezeci și cinci lei 05 bani).
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat: _____

L.Ș.

Nume: Cristina Savga

În calitate de: Reprezentant Vînzări

Ofertantul: I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.

Adresa: com. Stăuceni str. Chisinau nr.9

Data: 30 decembrie 2025



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 21524837
din „_____” decembrie 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **IMSP SCMC „V. Ignatenco”**

Codul fiscal/IDNO 1003600152640

Adresa: MD2019, R. Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble 149

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
- **Reagenți și consumabile de tip închis pentru anul 2026.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă.

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (șasezeci de zile), respectiv până la data de 03.03.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 30 decembrie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

I.C.S. „Diamedrx Impex” S.R.L.

Administrator: Traian Marinescu Alin

(semnatura autorizată)



ORDIN DE PLATA		Nr.	1057	DATA EMITERII	30 DECEMBRIE 2025	TIP.DOC.1
PLATITI:	17,101.52	MDL	saptesprezece mii o suta unu lei 52 bani			
PLATITOR:		CODUL IBAN		MD72MO2224ASV54735437100		
(R)DIAMEDIX IMPEX ICS S.R.L.		CODUL FISCAL		1012600019967		
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN		MD60TRPCBW518430D00380AA		
(R) IMSP SCMC V. IGNATENCO		CODUL FISCAL		1003600152640		
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINATIA PLATII:				TIPUL TRANSFERULUI		
/P102/17101,52/M102//A102/ Pentru garantia de oferta la procedura de achizitie publica LP nr. 21524837 din 02.01.2026				NORMAL / URGENT		
				N L.s.		
				<u>MARINESCU TRAIAN ALIN</u> <u>MARINESCU TRAIAN ALIN</u> SEMNAATURILE EMITENTULUI		
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII		L.s.		
101	30 DECEMBRIE 2025 12:42:51	30 DECEMBRIE 2025				
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking						
SEMNAATURA PRESTATORULUI						
MOTIVUL REFUZULUI						
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

*Campuri optionale

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din _____2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP SCMC „V. Ignatenco”
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600152640

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ICS,,Diamedix Impex” SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD4839
2A.4	Oraș/Localitate	Com. Stauceni
2A.5	Adresa juridică	Str. Chisinau nr.9
2A.6	Pagina web	diamedix.ro
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Savga Cristina
2A.7.1	Telefon	078883232
2A.7.2	Adresa de e-mail	cristina.savga@diamedix.ro
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	2007034017015
2A.9	Numărul cod TVA	0208491
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie Diamedix SA, Societate cu Răspundere Limitată.
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Traian Marinescu
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Traian Marinescu
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	RO
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie	întreprindere mică

	• și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Savga Cristina
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Reprezentant Vinzari
2B.3	Țară	MD
2B.4	Telefon	078883232
2B.5	Adresa de e-mail	cristina.savga@diamedix.ro
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organisme tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări,</i>		

tehnicienii sau organisme tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da	√Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere	Da √Nu

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă	Da ☒ Nu

	pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	Da ☒ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea</i>	Da Nu

	<i>plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	√Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da √Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	Da	Nu

	3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da √Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da √Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da √Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		

4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	4. Certificat de înregistrare nr.044345, seria A MMII din 15.06.2012 MD 0115405. Genurile de activitate: 1. Importul; 2. Comercializarea; 3. Verificarea și repararea dispozitivelor medicale.
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da √Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind	√Da Nu

	asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Nu se aplică</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Nu se aplică</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul Valoarea [număr] Anul Valoarea [număr] Anul Valoarea medie totală [număr]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o	Adresa de internet:

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați [10]
		Anul 2021
		Angajați [10]
		Anul 2022
		Angajați [14]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane [1]
		Anul 2021
		Persoane [1]
		Anul 2022
		Persoane [1]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu

4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	text	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da	Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da	√Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da	Nu
D. Standarde de asigurare a calității			
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da	Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text	
		Referința exactă a	

		documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea</i>	√Da Nu

	<i>contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP SCMC "V. Ignatenco", astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1765892710647, nr. 21524837, din 02.ianuarie.2026, privind aplicarea procedurii de Licitație deschisă, pentru procurarea de Reagenți și consumabile de tip închis pentru anul 2026.

Nume: Traian Marinescu

Funcția: Administrator

Data: 30.12.2025

Adresa: comuna Stăuceni, str. Chișinău nr. 9

Semnătura



Specificații tehnice (F4.1)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8)

Numărul licitației:	21524837	Data: „30” decembrie 2025			Alternativa nr.: _____						
Denumirea licitației:	Reagenți și consumabile de tip închis pentru anul 2026				Lot: __1,2,3,4,5,6__			Pagina: __1__ din __9__			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant			Standarde referință
1	Bunuri/Servicii:	3	4	5	6			7			8
Lot 1 Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 – sistem închis											
33696500-0	ABX DILUENT 20L/kit	ABX Diluent (20 L/kit)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: Tampon organic < 5 % Conservanti < 0,1 % Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: -6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			Compozitie: Tampon organic < 5 % Conservanti < 0,1 % Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: -6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			CE
33696500-0	ABX WHITEDIFF 1 L/kit	WHITEDIFF (1 L/kit)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: -Agent lizant< 5% -Surfactant< 5% -Conservanti< 1% Stabilitate dupa deschidere: 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Soluție apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			Compozitie: -Agent lizant< 5% -Surfactant< 5% -Conservanti< 1% Stabilitate dupa deschidere: 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Soluție apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			CE
33696500-0	ABX CLEANER 1L/kit	ABX Cleaner (1 L/kit)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: -Tampon organic < 5 % -Enzima proteolitica < 1 % Conservanti < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede si slab galbena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			Compozitie: -Tampon organic < 5 % -Enzima proteolitica < 1 % Conservanti < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede si slab galbena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			CE
33696500-0	ABX MINOCLAIR 1L/kit	ABX Minoclair (0.5 L/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: -Agent chimic de curatare < 5 % Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede si slab galbena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: -Agent chimic de curatare < 5 % Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede si slab galbena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta			CE

33696500-0	ABX DIFFTROL L 20/kit	ABX Diffrol L (2 flacoane/kit)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	CE
33696500-0	ABX DIFFTROL N 20/kit	ABX Diffrol N (2 flacoane/kit)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	CE
33696500-0	ABX DIFFTROL H 20/kit	ABX Diffrol H (2 flacoane/kit)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	CE
33696500-0	ABX Minocel (1 fl/kit)	ABX Minocel (1 fl/kit)	Franta	Horiba Medical	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 1 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie simulara cu o proba de sange proaspata, 1 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	CE
Lotul II Analizator de biochimie automat HORIBA Pentru 400- Sistem Incalz pentru anul 2026							
33696500-0	ABX Pentra ALT CP (250 teste/kit)	ABX Pentra ALT CP (250 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Linariate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Linariate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	CE

33696500-0	ABX Pentra AST CP (250teste/kit)	ABX Pentra AST CP (250 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de bioclinimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fostat; Linariate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	Reactivi de bioclinimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fostat; Linariate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	CE
33696500-0	ABX Pentra Lipasa CP (100teste/kit)	ABX Pentra Lipasa CP (100 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de bioclinimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma; 100 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Linariate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	Reactivi de bioclinimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma; 100 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Linariate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	CE
33696500-0	ABX Pentra Amylase CP (125teste/kit)	ABX Pentra Amylase CP (125 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de bioclinimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Linariate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	Reactivi de bioclinimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Linariate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	CE

33696500-0	ABX Pentra CK NAC CP (125 teste/kit)	ABX Pentra CK NAC CP (125 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biokimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC immuno-inhibitie; Linariatie: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau necdesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 55 µmol/L;	Reactivi de biokimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC immuno-inhibitie; Linariatie: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau necdesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 55 µmol/L;	CE
33696500-0	ABX Pentra Bilirubin Total CP 130 teste/kit	ABX Pentra Bilirubin Total CP 130 teste/kit	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biokimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariatie: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biokimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariatie: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	CE
33696500-0	ABX Pentra Bilirubin Direct CP (100 teste/kit)	ABX Pentra Bilirubin Direct CP (100 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biokimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariatie: <6,78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biokimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariatie: <6,78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	CE
33696500-0	ABX Pentra Calcium AS CP (250 teste/kit)	ABX Pentra Calcium AS CP (250 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biokimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Aarsenazo Linariatie: 0.16-20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biokimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Aarsenazo Linariatie: 0.16-20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	CE

33696500-0	ABX Pentra CK-MB RTU (125teste/kit)	ABX Pentra CK-MB RTU (125 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei MB in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC: immo-inhibite; Linariate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei MB in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC: immo-inhibite; Linariate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	CE
33696500-0	ABX Pentra Creatinine 120 CP (120 teste/kit)	ABX Pentra Creatinine 120 CP (120 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Linariate: 0,11 - 18,1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Linariate: 0,11 - 18,1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	CE
33696500-0	ABX Pentra Glucose PAP CP (295 teste/kit)	ABX Pentra Glucose PAP CP (295 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Linariate: 3,96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Linariate: 3,96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	CE

33696500-0	ABX Pentra Iron CP (282 teste/kit)	ABX Pentra Iron CP (282 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferecne Linariate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 µmol/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmol/L;	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferecne Linariate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 µmol/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmol/L;	CE
33696500-0	ABX Pentra Total Protein 100 CP (100 teste/kit)	ABX Pentra Total Protein 100 CP (100 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Linariate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Linariate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului	CE
33696500-0	ABX Pentra Urea CP (220 teste/kit)	ABX Pentra Urea CP (220 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Linariate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Linariate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	CE
33696500-0	ABX Pentra Multical	ABX Pentra Multical	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare iofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inregistrata pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	Ser de calibrare iofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inregistrata pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	CE

33696500-0	ABX Pentra Clean - Chem CP (4x99ml/kit)	ABX Pentra Clean - Chem CP (4x99ml/kit)	Franta	Horiba Medical	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum cascata:99ml Stabilizate: 1 luna de la deschidere . Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum cascata:99ml Stabilizate: 1 luna de la deschidere . Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	CE
33696500-0	ABX Pentra Deproteinizer CP (1x30ml/kit)	ABX Pentra Deproteinizer CP (1x30ml/kit)	Franta	Horiba Medical	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilizate: 1 luna de la deschidere . Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilizate: 1 luna de la deschidere . Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	CE
33696500-0	Cuve citire - ABX Pentra Cuvette Segments Rack	ABX Pentra Cuvette Segments Rack	Franta	Horiba Medical	Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvette.	Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvette.	CE
33696500-0	Cupe proba - Blue sample cups(1000buc)	ABX Pentra Sample Cups	Franta	Horiba Medical	Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	CE
33696500-0	ABX Pentra N Multicontrol (100/kit)	ABX Pentra N Multicontrol (100/kit)	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilizate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C, Impachetare 10 x5 mL.	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilizate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C, Impachetare 10 x5 mL.	CE
33696500-0	ABX Pentra P Multicontrol (100/kit)	ABX Pentra P Multicontrol (100/kit)	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilizate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Impachetare 10 x 5 mL.	Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilizate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilizate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Impachetare 10 x 5 mL.	CE
33696500-0	Proteina C-reactivă CRP (200 teste/kit)	Proteina C-reactivă CRP (200 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Linariate: 1600 mg/L, post diluite 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilizate reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 µmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 µmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmol/l/	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Linariate: 1600 mg/L, post diluite 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilizate reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 µmo/l/	CE

33696500-0	Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal (5x1ml)	Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal (5x1ml)	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilizate: 3 săptămâni de la deschidere la 2-8°C. Stabilizate înainte de deschidere: pana la data expirării înscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilizate: 3 săptămâni de la deschidere la 2-8°C. Stabilizate înainte de deschidere: pana la data expirării înscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	CE
33696500-0	Proteina Urinara (Urinary Proteins CP (100 teste/kit)	Urinary Proteins CP (100 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea Proteinei urinare in ser, plasma si urina; 100 teste/kit Caseta specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană.	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea Proteinei urinare in ser, plasma si urina; 100 teste/kit Caseta specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană.	CE
33696500-0	TPU calibrator (RTU 3x3ml)	TPU calibrator (RTU 3x3ml)	Franta	Horiba Medical	TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodelor la analizator chimic clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi	TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodelor la analizator chimic clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi	CE
33696500-0	Yumizen C Urine Level 1 Control 6x5 ml	Yumizen C Urine Level 1 Control 6x5 ml	Franta	Horiba Medical	Yumizen C Urine Level 1 Control Ambalaj: 6x5 ml	Yumizen C Urine Level 1 Control Ambalaj: 6x5 ml	CE
33696500-0	Yumizen C Urine Level 2 Control 6x5 m	Yumizen C Urine Level 2 Control 6x5 ml	Franta	Horiba Medical	Yumizen C Urine Level 2 Control Ambalaj 6x5 ml	Yumizen C Urine Level 2 Control Ambalaj 6x5 ml	CE
33696500-0	ABX Pentra Albumin CP (327 teste/kit)	ABX Pentra Albumin CP (327 teste/kit)	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii Albuminei in ser sau plasma; 327 teste/kit Metoda BromeresolGreen; Linariate: 2,9-909 U/L; Volum proba: 2 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/l;; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmol/l;; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/l;;	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii Albuminei in ser sau plasma; 327 teste/kit Metoda BromeresolGreen; Linariate: 2,9-909 U/L; Volum proba: 2 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/l;; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmol/l;; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/l;;	CE
Lotul III Serviri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie							
	HEM 4-Hematology ⁴	HEM4 - Hematology 4	Germania	ESREQA	Program de control extern al calitatii. Control Hematologic. - Cerințele p/lu articole: Cerințe generale*+Nota** Singe roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern internațional de calitate Hematologic de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. (1 kit = 2 raportari/trimestru)	Program de control extern al calitatii. Control Hematologic. - Cerințele p/lu articole: Cerințe generale*+Nota** Singe roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern internațional de calitate Hematologic de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. (1 kit = 2 raportari/trimestru)	ISO
Lotul IV Serviri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie							
	CC4-Clinical Chemistry 4	CC4-Clinical Chemistry 4	Germania	ESREQA	Program de control extern al calitatii. Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestrială. Cerințele p/lu articole: Cerințe generale*+Nota** Ser liofilizat 5 mL pentru control extern internațional de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totală, Albumina, Acid uric, Bilirubina totală/conjugată, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalină, Alfa Amilaza totală, Amilaza pancreatică, Calciu, LDH, Fier, Ammoniu, Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit = 2 raportari /trimestru)	Program de control extern al calitatii. Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestrială. Cerințele p/lu articole: Cerințe generale*+Nota** Ser liofilizat 5 mL pentru control extern internațional de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totală, Albumina, Acid uric, Bilirubina totală/conjugată, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalină, Alfa Amilaza totală, Amilaza pancreatică, Calciu, LDH, Fier, Ammoniu, Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit = 2 raportari /trimestru)	ISO

Lot. V Serviri pentru evaluarea controlului extern de calitate a biochimiei urinei					
	US-Qualitative Urine Analysis	US-Qualitative Urine Analysis	Germania	ESFQA	Program de control extern al calitatii. Control Biochimia urinei , raportare trimestriala. Certejele p/u articole: Certeje generale*+Nota** Proba de urina de origine umana stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate US Qualitative Urine Analysis 4 de 4 ori pe an a cite 2 nivele de probe raportate, cu includerea urmatoarelor parametri: Bilirubina, Glucoza, Hemoglobin, leucocite, total protein, Urobilinogen, Specific Gravity, pH, Nitrit, ketone bodies (1 kit = 2 raportari/trimestru.
Lotul VI Reactivi de gaze si ioni PK500 sectia Reaninare					
33696500-0	Measurement cartridge 250 teste	Measurement Cartridge 250 test	Germania	Siemens	Unitate de masura: cartus – RP 500 mecart lac, nu mai puin de 250 teste, cartus de unica folosinta cu toate componentele necesare masuratorilor integrate:senzori, masurarea urmatoarelor parametri:1 gaze in sine:Ph (si din lichid pleural), Pco2, Po2, 2. Electroli: Na+, K+, Ca++, Cl-, Metabolit:glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrie:mbili, tHb, So2, 02Hb,HHb, COHb, MetHb-numarul maxim de teste care pot fi efectuate dint-un cartus-750 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare in aparat. reactivi,componente electronice si fluidice, senzori integrati pentru: 1 Ph,Na, K, Ca, CL-ce utilizeaza metoda ISE, 2 referinta Ag/Ag in clorura de K si clorura de Ag, 3 Pco2 –masurarea potentialometrica bazata pe principiul electrodului Severinghaus, Po2 –masurarea amperica bazata pe principiul electrodului Clark, Glucoza-masuratoare amperometrica cu un electrod ce contine glucoza oxidaza
33696500-0	Wach/Waste cartridge	Wash-Waste Cartridge	Germania	Siemens	In set 4 cartusuri wach/waste. Cartuse de unica folosinta ce contin toate solutiile de spalare si intretinere din timpul masuratorilor si dupa timpul masuratorilor si dupa aceasta. Ambalare : cutie
33696500-0	Seringi Heparinate cu Heparina de Li 100IU	Seringi Heparinate	Turcia	Koroglo	Seringile de 2,5 ml litru heparinate pentru prelevarea sangelui, servesc ca dispozitive de extractie arteriale pentru: ph/gaze in sange, electroliti, oximetrie si analiza metabolitilor. Sunt prevazute cu pastila de heparina cu 100 IU heparina balansata. Fiecare seringa este dotata cu ac propriu. Acul este 25 G, ascutit in unghi dec 5 grade, special pentru punctie arterial si venoasa. Aceste seringi sunt de unica folosinta, seringile pentru prelevarea sangelui si masurarea gazelor din sange trebuie furnizate sterile.
					Unitate de masura: cartus – RP 500 mecart lac, nu mai puin de 250 teste, cartus de unica folosinta cu toate componentele necesare masuratorilor integrate: senzori, masurarea urmatoarelor parametri:1 gaze in sine : Ph (si din lichid pleural), Pco2, Po2, 2. Electroli: Na+, K+, Ca++, Cl- Metabolit: glucoza Hematocrit, lactat, CO-oximetrie:mbili,tHb, So2, 02Hb, HHb, COHb, MetHb-numarul maxim de teste care pot fi efectuate dint-un cartus – 750 teste, stabilite minim 28 de zile la instalare in aparat. Reactivi, componente electronice si fluidice, senzori integrati pentru: 1, Ph, Na, K, Ca, CL-ce utilizeaza metoda ISE, 2 referinta Ag/Ag in clorura de K si clorura de Ag, 3 Pco2- masurarea potentialometrica bazata pe principiul electrodului Severinghaus, Po2- masurarea amperica bazata pe principiul electrodului Clark, Glucoza – masuratoare amperometrica cu un electrod ce contine glucoza oxidaza
					In complet 4 cartusuri wach/waste, cartus de unica folosinta ce contin toate solutiile de spalare si intretinere din timpul masuratorilor si dupa timpul masuratorilor si dupa aceasta Ambalare: cutie
					Seringile de 2.5 ml Litru-heparinate pentru prelevarea sangelui, servesc ca dispozitive de extractie arteriale pentru: ph/gaze in sange, electroliti, oximetrie si analiza metabolitilor. Sunt prevazute cu pastila de heparina cu 100 IU heparina balansata. Fiecare seringa este dotata cu ac propriu. Acul este 25G, 1", ascutit in unghi de 5 grade, special pentru punctie arterial si venoasa. Aceste seringi sunt de unica folosinta. Seringile pentru prelevarea sangelui si masurarea gazelor din sange trebuie furnizate sterile
					CE
					CE

Semnat: _____ Montel: _____ Savea Cristina In calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: S.R.L. Adresa: Mun Chisnau, Comuna Stauceni, Str. Chisnau nr. 9 MD – 4839



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9]

Numărul licitației:	21524837	Data: „30” decembrie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Reagenți și consumabile de tip închis pentru anul 2026	Lot: _Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6_	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							

Lot I Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 – sistem închis								
33696500-0	ABX DILUENT 20L/kit	kit	33	2 850,00	3 078,00	94 050,00	101 574,00	
33696500-0	ABX WHITEDIFF 1 L/kit	kit	38	4 500,00	4 860,00	171 000,00	184 680,00	
33696500-0	ABX CLEANER IL/kit	kit	15	290,00	348,00	4 350,00	5 220,00	
33696500-0	ABX MINOCLAIR IL/kit	kit	5	291,60	349,92	1 458,00	1 749,60	
33696500-0	ABX DIFFTROL L 2fl/kit	kit	10	1 680,00	1 814,40	16 800,00	18 144,00	
33696500-0	ABX DIFFTROL N 2fl/kit	kit	10	1 680,00	1 814,40	16 800,00	18 144,00	
33696500-0	ABX DIFFTROL H 2fl/kit	kit	10	1 680,00	1 814,40	16 800,00	18 144,00	
33696500-0	ABX Minocal (1 fl/kit)	kit	1	1 383,00	1 493,64	1 383,00	1 493,64	
Total						322 641,00	349 149,24	

Lotul II Analizator de biochimie automat HORIBA Pentra 400- Sistem Inchiis								
33696500-0	ABX Pentra ALT CP (250teste/kit)	kit	80	499,00	538,92	39 920,00	43 113,60	
33696500-0	ABX Pentra AST CP (250teste/kit)	kit	80	399,28	431,22	31 942,40	34 497,79	
33696500-0	ABX Pentra Lipasa CP (100teste/kit)	kit	12	2 475,00	2 673,00	29 700,00	32 076,00	
33696500-0	ABX Pentra Amylase CP (125teste/kit)	kit	150	999,00	1 078,92	149 850,00	161 838,00	
33696500-0	ABX Pentra CK NAC CP (125teste/kit)	kit	20	599,15	647,08	11 983,00	12 941,64	
33696500-0	ABX Pentra Bilirubin Total CP 130 teste/kit	kit	100	299,00	322,92	29 900,00	32 292,00	
33696500-0	ABX Pentra Bilirubin Direct CP (100 teste/kit)	kit	25	250,00	270,00	6 250,00	6 750,00	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33696500-0	ABX Pentra Calcium AS CP (250 teste/kit)	kit	5	685,00	739,80	3 425,00	3 699,00	
33696500-0	ABX Pentra CK-MB RTU (125teste/kit)	kit	30	1 999,00	2 158,92	59 970,00	64 767,60	
33696500-0	ABX Pentra Creatinine 120 CP (120 teste/kit)	kit	130	289,00	312,12	37 570,00	40 575,60	
33696500-0	ABX Pentra Glucose PAP CP (295 teste/kit)	kit	65	299,23	323,17	19 449,95	21 005,95	
33696500-0	ABX Pentra Iron CP (282 teste/kit)	kit	5	578,00	624,24	2 890,00	3 121,20	
33696500-0	ABX Pentra Total Protein 100 CP (100 teste/kit)	kit	30	275,00	297,00	8 250,00	8 910,00	
33696500-0	ABX Pentra Urea CP (220 teste/kit)	kit	70	330,74	357,20	23 151,80	25 003,94	
33696500-0	ABX Pentra Multical	kit	3	5 980,00	6 458,40	17 940,00	19 375,20	
33696500-0	ABX Pentra C-crean - Cnem CP (100 teste/kit)	kit	30	2 132,00	2 558,40	63 960,00	76 752,00	
33696500-0	ABX Pentra Deproteinizer CP (1x30ml/kit)	kit	20	750,00	900,00	15 000,00	18 000,00	
33696500-0	Cuve citire - ABX Pentra Cuvette Segments Rack	kit	40	5 500,00	6 600,00	220 000,00	264 000,00	
33696500-0	Cupe proba – Blue sample cups(1000buc)	kit	2	634,62	761,54	1 269,24	1 523,09	
33696500-0	ABX Pentra N MultiControl (10fl/kit)	kit	2	7 100,00	7 668,00	14 200,00	15 336,00	
33696500-0	ABX Pentra P MultiControl (10fl/kit)	kit	2	7 500,00	8 100,00	15 000,00	16 200,00	
33696500-0	Proteina C-reativă CRP (200 teste/kit)	kit	100	2 100,00	2 268,00	210 000,00	226 800,00	
33696500-0	Calibrator pentru Proteina C-reativă ABX Pentra CRP Cal (5x1ml)	kit	7	6 600,00	7 128,00	46 200,00	49 896,00	
33696500-0	Proteina Urinara (Urinary Proteins CP (100 teste/kit))	kit	20	170,00	183,60	3 400,00	3 672,00	
33696500-0	TPU calibrator (RTU 3x3ml)	kit	1	3 500,00	3 780,00	3 500,00	3 780,00	
33696500-0	Yumizen C Urine Level 1 Control 6x5 ml	kit	1	6 250,00	6 750,00	6 250,00	6 750,00	
33696500-0	Yumizen C Urine Level 2 Control 6x5 m	kit	1	6 250,00	6 750,00	6 250,00	6 750,00	
33696500-0	ABX Pentra Albumin CP (327 teste/kit)	kit	12	325,00	351,00	3 900,00	4 212,00	
Total						1 081 121,39	1 203 638,61	

Către: **IMSP SCMC „V. Ignatenco”**

Codul fiscal/IDNO 1003600152640

Adresa: MD2019, R. Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble 149

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

CONFIRMARE

Prin prezenta, **I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.** confirmă:

- Reagenții să dispună de certificate internaționale;
- Reagenții să fie compatibili cu Analizorul complet automat de hematologie Horiba Yumizen H500;
- Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător;
- Reagenții să fie obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător.
- Firma furnizor de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.
- Menținerea să fie efectuată de către inginerii autorizați de producătorul analizorului.
- Denumirea de produs exact ca în cerințe.
- LOTUL II- Recipientele (sub forma de casete) de reactivi trebuie să prezinte coduri de bare identificate automat de analizor, să poată fi înregistrate automat ca și caseta de back-up, atunci când acestea se afla în dublu exemplar, în inventarul analizorului.
- La solicitarea autorității contractante se vor solicita mostre sau prezentarea documentelor autentificate ce urmează a fi prezentate în termen de 3 zile de la solicitare.

Data completării: 30 decembrie 2025

Cu stimă,

Oferant/candidat
I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.
(semnătura autorizată)

