

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21084315 din 17.09.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 43						
Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile)	CHIS01	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Filtru pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Pastrarea soluțiilor sterile, Steril	CHIRAPLUS Infuzie Spike RED aer 0,2μm + 5μm filtru soluție REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000469017	CE
Total lot 43						
Lotul 77						
Aparat de ras de unica folosință	1000000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință	Aparat de ras de unica folosință, cu două tăișuri, două lame pe o parte. Steril: Nu	ISO
Total lot 77						
Lotul 107						
Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	CHCS02	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	CHIRAPLUS Combistopper BLUE Steril: Da REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - DM000504590	CE
Total lot 107						
Lotul 236						
Filtru pentru pacienți la respirație spontană prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umidității și caldurei (HME)	43.009.05.706	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.	Nasuri artificiale Tip 302, fara aerisire, pentru pacienți cu respirație spontană printr-un endotraheal sau tub de traheostomie, în clinici sau acasă. Nu conduce electricitate. Domeniu de aplicare: Adult Stil: Cu aerisire, cu conexiune la oxigen Pierderi de umiditate (schimbător de căldură și umiditate la Vt = 250 ml): 9 mg/l Pierderi de umiditate (schimbător de căldură și umiditate la Vt = 500 ml): 13,2 mg/l Volum intern: 17 ml Lungime: 29 mm Max. volum curent: 1.000 ml Material: Carcasa: PP; capac: TPE; spumă: PE/Spumă de poliester (compoziție: polimer poliuretan) cu acoperire cu clorură de calciu Steril: Nu REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - atașați documente pentru înregistrare în AMDM	CE
Total lot 236						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23