

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1603269982137 COP / 21029667 din 30.10.2020							
Denumirea licitației: "Tulpini de referința, standarde și suplimente "							
Cod CPV: 33100000-1							
Nr lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 60	LOT 60 Set pentru determinarea cantitativă al nitrofuranului AMOZ (Enzyme immunoassay for quantitative analysis of nitrofuran AMOZ)	5091AMOZ	Olanda	EuroProxima	Set pentru 96 teste 6 standarde (0.0625; 0.125; 0.25; 0.50; 1.00; 2.00 ng/ml cite 1 ml) AMOZ – stock solution (1 ml–100 ng/ml) Zero standard (2 ml) Dilution buffer (15 ml) Wash buffer salt Tween Conjugate solution (100μl) Stop solution (15 ml) Substrate solution (12 ml) Rinsing buffer (30 ml, 20 x concentrate) Sample dilution buffer (40 ml,) Limita de detecție: ≤ 0.2 ppb Recuperarea 70-100% Matrice: lapte, miere, oua, crevete, tesut/peste	Set pentru 96 teste 6 standarde (0.0625; 0.125; 0.25; 0.50; 1.00; 2.00 ng/ml cite 1 ml) AMOZ – stock solution 100 ng/ml - 1 ml Zero standard - 2 ml, Dilution buffer - 15 ml, Wash buffer - salt Tween Conjugate solution - 100μl, Stop solution - 15 ml, Substrate solution - 12 ml, Rinsing buffer, 20 x concentrate - 30 ml, Sample dilution buffer - 40 ml, Limita de detecție: 0,1 ppb Recuperarea 90±20% Matrice: lapte, miere, oua, praf de ouă, crevete, tesut, peste, crevete	Conform cerințelor
Lot 61	LOT 61 Set pentru determinarea cantitativă a Ampicilinei (Enzyme immunoassay for quantitative analysis of Ampicilin)	KA02301H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste 6 standarde (0; 0.2; 0.6; 1.8; 5.4; 16.2 ng/ml cite 1 ml) Spiking standard solution: 1ml, 1ppm Enzyme conjugate (12 ml) Antibody solution (7 ml) Solution A (7 ml) Solution B (7 ml) Stop solution (7 ml) 20 x Wash concentrate solution (40 ml) 2 x Concentrated extraction solution (50 ml) Limita de detecție: honey - 0.5 ppb, tesut – 4 ppb, lapte ≤ 8 ppb Recuperarea 70-110% Matrice: lapte, miere,tesut	Set pentru 96 teste 6 standarde (0; 0.2; 0.6; 1.8; 5.4; 16.2 ng/ml cite 1 ml) Spiking standard solution: 1ml, 1ppm Enzyme conjugate (12 ml) Antibody solution (7 ml) Solution A (7 ml) Solution B (7 ml) Stop solution (7 ml) 20 x Wash concentrate solution (40 ml) 2 x Concentrated extraction solution (50 ml) Sensibilitatea testului: 0,2 ppb Limita de detecție: honey - 0.5 ppb, tesut – 4 ppb, lapte metodA =8 ppb, metod B, C=4ppb. Recuperarea 90±20% Matrice: tesut, lapte, miere	Conform cerințelor
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova