

Specificații tehnice									
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
		Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1709136504722 din 28 februarie 2024						Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
		Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat)						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
33100 000-1	9	Balon farmacologic Sirolimus	Balon farmacologic Sirolimus	Mozeec SEB MOZS20009,MOZS22509 MOZS25009,MOZS27509 MOZS30009,MOZS35009 MOZS40009,MOZS45009 MOZS20012,MOZS20014 MOZS22514,MOZS25014 MOZS27514,MOZS30014 MOZS35014,MOZS40014 MOZS45014,MOZS20015 MOZS20017,MOZS22517 MOZS25017,MOZS27517 MOZS30017,MOZS35017 MOZS40017,MOZS45017 MOZS20020,MOZS22520 MOZS25020,MOZS27520 MOZS30020,MOZS35020 MOZS40020,MOZS45020 MOZS20025,MOZS22525 MOZS25025,MOZS27525 MOZS30025,MOZS35025 MOZS40025,MOZS45025 MOZS20015,MOZS20030 MOZS22530,MOZS25030 MOZS27530,MOZS30030 MOZS35030,MOZS40030 MOZS45030	India	Meril Life Sciences Pvt. Ltd.	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Sirolimus în doză de 3 µg/mm². Lungime utila cateter de 142 cm. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.5 mm; lungime de la 9 la 30 mm. Presiune nominala 7 atm, RBP 14-16 atm.	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Sirolimus în doză de 3 µg/mm². Lungime utila cateter de 142 cm. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.5 mm; lungime de la 9 la 30 mm. Presiune nominala 7 atm, RBP 14-16 atm.	Va fi inregistrat pina la livrarea produsului
33100 000-1	12	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Emerge INC H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927615400 H7493927620400 H7493927630400 H7493927606450 H7493927608450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927620450 H7493927606500 H7493927608500 H7493927612500 H7493927615500 H7493927620500 H7493927608550 H7493927612550 H7493927615550 H7493927620550 H7493927608600 H7493927612600 H7493927615600 H7493927620600	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem de livrare Rx. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliară: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem de livrare Rx. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliară: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Se accepta orice cod din brosură atasată	DM000221814 DM000221781 DM000221775 DM000221779 DM000221783 DM000221822 DM000221817 DM000221785 DM000221786 DM000221788 DM000221805 DM000221824 DM000221800 DM000221793 DM000221808 DM000221815 Inregistrat la AMDM toate marimile din brosură.

33100 000-1	42	Dispozitiv recuperare corp strain	Dispozitiv recuperare corp strain	EN Snare EN2006010 EN2006015 EN2006020 EN2007030 EN2007045 EN1003004 EN1003008	SUA	Merit Medical	Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întreşesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm.	Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întreşesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 175 cm; diametre bucle de la 2 pentru MiniSnare pina la 45 mm. Indicat Pagina 4 din Brosura	DM000462639 DM000462641 DM000462642 DM000462643 DM000462640 DM000462644 DM000462638
33100 000-1	44	Embosphere microsphere	Embosphere microsphere	Embosphere® Microspheres S210GH, S220GH S410GH, S420GH S610GH, S620GH S810GH, S820GH S1010GH, S1020GH S020GH, S120GH	SUA	BIOSPHERE MEDICAL, Distribuitor Merit Medical	Microsfere biocompatibile si nonresorbabile cu proprietati de adeziune celulara. Design sferic, suprafata hidrofilica, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere temporar compresibile >30%, cu proprietati de infartizare completă în >90% dintre pazeinți. Disponibile în seringile sterile preîncărcate de 1.0 si 2.0 ml. Microsfere codate pe culori de dimensiune 100-300, 300-500, 500-700, 700-900 si 900-1200 µm.	Microsfere biocompatibile si nonresorbabile cu proprietati de adeziune celulara. Design sferic, suprafata hidrofilica, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere temporar compresibile >30%, cu proprietati de infartizare completă în >90% dintre pazeinți. Disponibile în seringile sterile preîncărcate de 1.0 si 2.0 ml. Microsfere codate pe culori de dimensiune 100-300, 300-500, 500-700, 700-900 si 900-1200 µm.	DM000305960,DM000305965 DM000305971,DM000305966 DM000305963,DM000305969 DM000305961,DM000305964 DM000305967,DM000305962 DM000305968,DM000305970 DM000305972,DM000305973
33100 000-1	53	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Occlutech Stiff Guide Wire OSGW 52GWR01	Germania	EPFLEX FEINWERKTECHNIK GMBH Distribuit de Occlutech	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic "J-tip", torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic "J-tip", torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	DM000614495
33100 000-1	53	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Occlutech Delivery Set 51DS007 51DS008 51DS009 51DS010 51DS011 51DS012 51DS014 51US006 51US007 51US008 51US009	Germania	OCCLUTECH GMBH	Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopacitate, conector proximal "feminin" pentru conectarea cu dilatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, cm, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035"; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.	Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopacitate, conector proximal "feminin" pentru conectarea cu dilatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, cm, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035"; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.	DM000422570,DM000422564 DM000422562,DM000422565 DM000422566,DM000422569 DM000422567,DM000422560 DM000422568,DM000422561 DM000422563,DM000422570 DM000422569,DM000422567 DM000422568

33100 000-1	79	Seringa cu piston de blocare	Seringa cu piston de blocare	VacLok VAC110** VAC220* VAC230* VAC160**	SUA	Merit Medical	Seringa piston ce poate fi blocat in mai multe pozitii pentru crearea de presiune negativa. Conectare luer-lock. Butoniele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 10, 20, 30, 60 ml. Sterile, de unica folosinta. Ambalate individual. Din policarbonat.	Seringa piston ce poate fi blocat in mai multe pozitii pentru crearea de presiune negativa. Conectare luer-lock. Butoniele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 10, 20, 30, 60 ml. Sterile, de unica folosinta. Ambalate individual. Din policarbonat. Mentione * cite 20 in cutie, ** cite 25 in cutie <u>Pe pagina 20 din broșura</u>	DM000395166 DM000395167 DM000395165 DM000395168	
33100 000-1	81	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	ARES SIDRA BID6004	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	DM000462664	
33100 000-1	84	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Prelude PSI-5F-11-035-18G 5F 11cm PSI-6F-11-035-18G 6F 11cm PSI-7F-11-035-18G 7F 11cm PSI-8F-11-035-18G 8F 11cm PSI-5F-11-038-18G 5F 11cm PSI-6F-11-038-18G 6F 11cm PSI-7F-11-038-18G 7F 11cm PSI-8F-11-038-18G 8F 11cm	STIA	Merit	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeuți, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeuți, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. <u>Teacă conține un inel radianc încastat pentru</u>	DM000397909 DM000397913 DM000397910 DM000397914	

		panetle atestataa tehnologia lungă	panetle atestataa tehnologia lungă	PSI-5F-23-035 5F 23cm PSI-6F-23-035 6F 23cm PSI-7F-23-035 7F 23cm PSI-8F-23-035 8F 23cm PSI-5F-23-038 5F 23cm PSI-6F-23-038 6F 23cm PSI-7F-23-038 7F 23cm PSI-8F-23-038 8F 23cm		Medical	Teacă conține un inel radiopac încastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Teacă conține un inel radiopac încastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000397911 DM000397915 DM000397912 DM000397916
33100 000-1	86	Set introductor radial scurt	Set introductor radial scurt	Prelude PSI-4F-7-018 4F 7cm PSI-5F-7-018 5F 7cm PSI-6F-7-018 6F 7cm PSI-7F-7-018 7F 7cm sau PSI-4F-11-018 4F 11cm PSI-5F-11-018 5F 11cm PSI-6F-11-018 6F 11cm PSI-7F-11-018 7F 11cm	SUA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-11cm Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-11cm Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Pagina 7 a brosurii sunt indicati parametrii	DM000397919 DM000397923 DM000397920 DM000397924 DM000397921 DM000397925 DM000397922 DM000397926
33100 000-1	95	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	ARES SIDRA BID6004	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	DM000462664

33100 000-1									
	101	Stent autoexpandabil pentru artera pulmonară	Stent autoexpandabil artera pulmonară	Epic Lungimea 75cm H74939054062070 H74939054063070 H74939054064070 H74939054065070 H74939054066070 H74939054067070 H74939054068070 H74939054061070 H74939054061270 H74939054072070 H74939054073070 H74939054074070 H74939054075070 H74939054076070 H74939054077070 H74939054078070 H74939054071070 H74939054071270 H74939054082070 H74939054083070 H74939054084070 H74939054085070 H74939054086070 H74939054087070 H74939054088070 H74939054081070 H74939054081270 H74939054092070 H74939054093070 H74939054094070 H74939054095070 H74939054096070 H74939054097070 H74939054098070 H74939054091070 H74939054102070 H74939054103070 H74939054104070 H74939054105070 H74939054106070 H74939054107070 H74939054108070 H74939054101070 H74939054123070 H74939054124070 H74939054125070 H74939054126070	SUA	Boston Scientific	Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser - Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm). - Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. - Compatibilitate pentru ghid de 0,035" - Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafața, astfel micșorarea trombogenității si creșterea rezistenței lui la fracturare - Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului. - Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului - Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala - Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) - Varful flexibil atraumatic în forma de conus. - Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru poziționarea exacta a lui. - Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru poziționarea exacta a locului de deschidere a stentului. - Sistem de siguranță pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțiala sau totala a acestuia . - Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea poziției mainii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea poziției acestuia. - Modelare dubla de deschidere a stentului cu mijloc de	Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser - Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm). Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" - Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafața, astfel micșorarea trombogenității si creșterea rezistenței lui la fracturare - Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului. - Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului - Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm , 120cm • Varful flexibil atraumatic în forma de conus. - Modelare dubla de deschidere a stentului cu mijloc de	DM000054072 DM000054194 DM000054191 DM000054138 DM000054153 DM000054092 DM000054169 DM000054075 DM000054122 DM000054042 DM000054139 DM000054182 DM000054147 DM000054051 DM000054167 DM000054052 DM000054158 DM000054050 DM000054091 DM000054099 DM000054095 DM000054067 DM000054011 DM000054066 DM000054021 DM000054025 DM000054078 DM000054116 DM000054104 DM000054156 DM000054144 DM000054115 DM000054094 DM000054136 DM000054089 DM000054071 DM000054059 DM000054069 DM000054140 DM000054037 DM000054035 DM000054123 DM000054039 DM000054074 DM000054103 DM000054135 DM000054192 DM000054054 DM000054048 DM000054087 DM000054046 DM000054145 DM000054102 DM000054112 DM000054119 DM000054180 DM000054128 DM000054107 DM000054129 DM000054049 DM000054118 DM000054176

		arterele inace	pentru arterele inace	Lungimea 120cm H74939054062020 H74939054063020 H74939054064020 H74939054065020 H74939054066020 H74939054067020 H74939054068020 H74939054061020 H74939054061220 H74939054072020 H74939054073020 H74939054074020 H74939054075020 H74939054076020 H74939054077020 H74939054078020 H74939054071020 H74939054071220 H74939054082020 H74939054083020 H74939054084020 H7493905 4085020 H74939054086020 H74939054087020 H74939054088020 H74939054081020 H74939054081220 H74939054092020 H74939054093020 H74939054094020 H74939054095020 H74939054096020 H74939054097020 H74939054098020 H74939054091020 H74939054102020 H74939054103020 H74939054104020 H74939054105020 H74939054106020 H74939054107020 H74939054108020 H74939054101020 H74939054123020 H74939054124020 H74939054125020 H74939054126020	Scientific	• Modanitate quia de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. SAU Stent periferic autoexpandabil din nitinol produs dintr-un singur tub prin taiere cu laser, pentru arterele iliace. Compatibil cu ghid 0.035"; Diametre stent: 7,8,9,10mm; Lungimi stent: 30,40,60,80mm; Lungime sistem de livrare: 72,130cm. Compatibil cu teaca 6F. Vârf conic atraumatic.Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala; Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. SAU Stent periferic autoexpandabil din nitinol produs dintr-un singur tub prin taiere cu laser, pentru arterele iliace. Compatibil cu ghid 0.035"; Diametre stent: 7,8,9,10mm; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100mm; Lungime sistem de livrare:80,135cm. Compatibil cu teaca 6F. Vârf conic atraumatic.Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala; Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului.	• Marker radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea sâririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant.	DM000054065 DM000054100 DM000054023 DM000054131 DM000054113 DM000054179 DM000054155 DM000054053 DM000054151 DM000054077 DM000054161 DM000054097 DM000054029 DM000054079 DM000054162 DM000054126 DM000054141 DM000054124 DM000054096 DM000054146 DM000054121 DM000054181 DM000054043 DM000054120 DM000054186 DM000054149 DM000054133 DM000054178 DM000054142 DM000054125 DM000054110 DM000054173 DM000054027 DM000054188 DM000054159 DM000054088 DM000054033 DM000054166 DM000054185 DM000054057 DM000054093 DM000054148 DM000054109 DM000054063 DM000054020 DM000054195 DM000054061 DM000054130 DM000054172 DM000054165 DM000054137 DM000054031 DM000054132 DM000054127 DM000054090 DM000054108 DM000054101 DM000054177
--	--	----------------	-----------------------	---	------------	--	--	---

33100 000-1	113	Stent pentru bifurcații coronariene	Stent pentru bifurcații coronariene	BioMime Branch BBR25025016 BBR30025016 BBR35025016 BBR35030016 BBR40035016 BBR25025019 BBR30025019 BBR35025019 BBR40035019 BBR25025024 BBR30025024 BBR35025024 BBR35030024 BBR40035024 BBR25025029 BBR30025029 BBR35025029 BBR35030029 BBR40035029	India	Meril Life Sciences Pvt. Ltd.	Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, Grosime strat: 65 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 1,25 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Lungime utilă: 140-145 cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Compatibilitate ghid: 0,014". Diametre: 2.5 - 2,5mm, 3,00-2,5 mm, 3,5-2,5 mm, 3,5-3,0 mm, 4,0-3,5 mm 4.00 mm. Lungime: 16 mm-29 mm.	Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, Grosime strat: 65 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 1,25 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Lungime utilă: 140-145 cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Compatibilitate ghid: 0,014". Diametre: 2.5 -2.5mm, 3,00-2,5 mm, 3,5-2,5 mm, 3,5-3,0 mm, 4,0-3,5 mm 4.00 mm. Lungime: 16 mm-29 mm.	Va fi inregistrat pina la livrarea produsului	
33100 000-1				Supera 4.5 42045040-080 42045060-080 42045080-080 42045100-080 42045120-080 42045150-080 5.0 42050040-080 42050060-080 42050080-080 42050100-080 42050120-080 5.5 42055040-080 42055060-080 42055080-080 42055100-080 42055120-080 42055150-080 42055180-080 42055200-080 42055200-080						

[illegible]

				42060060-120 42060080-120 42060100-120 42060120-120 42060150-120 6.5 42065020-120 42065030-120 42065040-120 42065060-120 42065080-120 42065100-120 42065120-120 42065150-120 42065180-120 42065200-120 7.5 42075020-120 42075030-120 42075040-120 42075060-120 42075080-120 42075100-120					
33100 000-1	122	Stenturi coronariene cu eliberare de substanță antirestenoză-everolimus polimer	Stenturi coronariene cu eliberare de substanță antirestenoză-everolimus polimer				Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanța active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinică a ratei de tromboză tardivă foarte mică. Restenoza mică prin vindecarea neintempestivă. Profil ultrasunetic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Cobalt Crom L-605.	DM000343889,DM000343887 DM000343940,DM000343888 DM000343892,DM000343885 DM000343922,DM000343935 DM000343931,DM000343886 DM000343880,DM000343900 DM000343926,DM000343898 DM000343883,DM000343890 DM000343902,DM000343925 DM000343909,DM000343912 DM000343941,DM000343931

				Xience Pro S 1508225-08 1508xxxdiametru-xxlungimea	SUA/SUA	Abbott Pentru Xience/Bo ston Scientific pentru Promus	Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximeale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS 1 microgram/mm2; Polimer - PLGA; Lungimi- 8,12,16,20,24,28,32,38mm; Diametre- 2.25,2.50,2.75,3.0,3.50,4.0mm; Shaft-144 cm, compatibil ghid 0,014"; Balon PEBAX cu doi marcheri radioopaci ce depasesc marginea stentului maxim cu 0.4mm; presiune nominala-11ATM; Presiune de ruptura-16-18 ATM. SAU Stent coronarian, RX, din aliaj Cobalt/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS 1 microgram/mm2; Lungimi-8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48mm; Diametre-2.25,2.50,2.75,3.0,3.50,4.0,4.5mm; Shaft-140 cm, compatibil ghid 0,014"; presiune nominala-8-11ATM; Presiune de ruptura-16 ATM.	Material aliaj Cobalt/Crom 0.0032" Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. 0.0032" (81 µm) Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximeale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft 145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000343941,DM000343921 DM000343899,DM000343893 DM000343891,DM000343933 DM000343910,DM000343895 DM000343911,DM000343896 DM000343881,DM000343937 DM000343894,DM000343938 DM000343884,DM000343929 DM000343897,DM000343939 DM000343908,DM000343924 DM000343928,DM000343915 DM000343914,DM000343927 DM000343882,DM000343917 DM000343923,DM000343942 DM000343919,DM000343904 DM000343903,DM000343913 DM000343905,DM000343943 DM000343932,DM000343930 DM000343934,DM000343907 DM000343918,DM000343906 DM000343916,DM000343936 DM000343901,DM000343920

Semnat : electronic

Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice

Ofertantul: Life Med SRL

Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30