

Specificatii Tehnice

Numărul licitației: 21125521/ ocds-b3wdp1-MD-1701441806350 din 20.12.2023								
Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 36)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Fibrobronhoscop	FB-18V DM000459172	Japonia	PENTAX Medical / HOYA Corporation	Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente $\geq 2,7$ mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.	Vezi Anexa 1	ISO, CE

33100 000-1	2	Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge	Bio RS-24	Letonia	Biosan	Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge Capacitate – 1-15 eprubete; Diametru – 12-0,1 mm; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 38grade; Suportul pentru eprubete din cauciuc special.	Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge Capacitate – 0-22 eprubete; Diametru – 10 - 16 mm, 1-15 ml; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 360 grade; Suportul(platforma PRS-22) pentru eprubete din aluminiu cu cauciuc special in locurile de amplasare a eprubetelor.	ISO, CE
33100 000-1	7	Fotoliu ajustabil pentru colectarea probelor sanguine	Mys-718	Turcia	Meyosis	Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului în poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sînge. 1. Format din 3 secțiune ajustabile; 2. Secțiunea spate și picioare ajustabile; 3. Unghiul de ajustare a spătarului pînă la minim 85 grade 4. Tapițerie - rezistentă la detergenți și substanțe de dezinfectare - da. 5. Cotiere reglabile; 6. Sarcină maximă de lucru ≥ 150 kg. 7. Culoare: Nu alb	Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului în poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sînge. 1. Format din 3 secțiune ajustabile- pag 2 brosură; 2. Secțiunea spate și picioare ajustabile- pag 2 brosură; 3. Unghiul de ajustare a spătarului pînă la minim 85 grade -pag 1, 2 brosură; 4. Tapițerie - rezistentă la detergenți și substanțe de dezinfectare - da- pag 2 brosură; 5. Cotiere reglabile;- -pag 2 brosură; 6. Sarcină maximă de lucru -250 kg Extras 7. Culoare: la alegere conform gamei de culori disponibile la producator	DM00039 6163
33100 000-1	8	Lampă terapeutică cu raze infraroșii destinată procedurilor de reabilitare A-t ”Sollux”, sau analog	Lumina	Polonia	Astar	1.Model portabil pe stativ: DA. 2.Spectrul lumină infraroșie: DA. 3.Puterea iluminată: ≥ 375 W. 4.Panou digital de control și indicație a intensității și timpului de expunere: DA. 5. Setare temporizator de funcționare: 1..30 min. 6.Alimentare: 220V, 50 Hz. 7. Înălțime stativ: ≥ 70 cm.	1.Model portabil pe stativ mobil -pag 1 2.Spectrul lumină infraroșie:- pag1 3.Puterea iluminată: -375 W pag 1 4.Panou digital de control și indicație a intensității și timpului de expunere: - pag 1 5. Setare temporizator de funcționare: 1..30 min- pag 1. 6.Alimentare: 220V-230, 50/60 Hz-pag 1 7. Înălțime stativului ajustabila 1,2m - 1,9 m-pag 1	DM00007 5243

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2