

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1667561735358**

Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive medicale conform necesitatilor IMSP, pentru anul 2022 (lista suplimentara 21)

Autoritatea contractanta : **Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate**

Cod CP V	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
33100000-1	2	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz	Sonopuls 1 MHz și 3 MHz Paj. 23	Ibramed	Brazilia	Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolerat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 cm ² sau 3 cm ² ; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu, Modul pulsatoriu cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate.	Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolerat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 cm ² sau 3 cm ² ; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu, Modul pulsatoriu cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate.	ISO,CE, Declaratie de conformitate
	3	Lampă de cuarț cu iradiere locală	Lampă de cuarț cu iradiere locală	OUFK-01 Solnisco	Rusia	Solnisco	Lampă de cuarț cu iradiere locală Descriere Lampa de iradiere locală cu ultraviolete este destinată pentru tratarea eritemului pe piele, a organelor ORL (ureche, gât, nas). Parametrul Specificația Spectrul de emisie al lămpii, nm ≥ 100 - 275 Densitatea fluxului luminos cu capac deschis la o distanță de 0,5 m nu mai puțin de 0,8 W/m ² Numărul de tuburi pentru iradierea locală a părților corpului ≥ 3 Materialul tuburilor opac, rezistent la UV Timpul de stabilire a modului de funcționare al produsului din momentul în care se aprinde lampa iradiatorului. ≤ 1 Dispozitivul să ofere mod de funcționare: Ciclic, (Regim total de lucru) ≥ 7 ore Regim de lucru ≥ 15 min. Regim de repaus 15 min., ± 5 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Iradiator cu cuarț ultraviolet 2 buc. (1 rezervă) Ochelari de protecție împotriva radiațiilor UV 2 buc. Tub cu ieșire 5mm 1 buc. Tub cu ieșire 15mm 1 buc. Tub cu o ieșire la un unghi de 60° 1 buc. Biodozimetru 1 buc.	Lampă de cuarț cu iradiere locală Descriere Lampa de iradiere locală cu ultraviolete este destinată pentru tratarea eritemului pe piele, a organelor ORL (ureche, gât, nas). Parametrul Specificația Spectrul de emisie al lămpii, nm 180 - 275 Densitatea fluxului luminos cu capac deschis la o distanță de 0,5 m nu mai puțin de 0,8 W/m ² Numărul de tuburi pentru iradierea locală a părților corpului ≥ 3 Materialul tuburilor opac, rezistent la UV Timpul de stabilire a modului de funcționare al produsului din momentul în care se aprinde lampa iradiatorului. ≤ 1 Dispozitivul să ofere mod de funcționare: Ciclic, (Regim total de lucru) ≥ 7 ore Regim de lucru ≥ 15 min. Regim de repaus 15 min., ± 5 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Iradiator cu cuarț ultraviolet 2 buc. (1 rezervă) Ochelari de protecție împotriva radiațiilor UV 2 buc. Tub cu ieșire 5mm 1 buc. Tub cu ieșire 15mm 1 buc. Tub cu o ieșire la un unghi de 60° 1 buc. Biodozimetru 1 buc.	
33100000-1	6	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută	Almag-01 pag.10 catalog	Rusia	Elamed	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afșor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de cîmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 1 - 20 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Măner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cărlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afșor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz 6. Emițătoare de cîmp magnetic 4. Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 1 - 20 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Măner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cărlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.	ISO,CE, Declaratie de conformitate

33100000-1	7	Dispozitiv pentru darsonvalizarea locală	Dispozitiv pentru darsonvalizare a locală	Corona	Ucraina	Novator	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afișor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de cîmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 1 - 20 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Mâner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cârlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.	Valoarea de vîrf a tensiunii de ieșire (reglabil ușor de la minim la maxim) nu mai puțin de, kV cincisprezece Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 20 de minute. lucru, 10 min. pauză rata de repetare a pulsului, Hz 100±10 frecvența de umplere a impulsului, kHz 110 curent consumat de dispozitiv, nu mai mult de, A 0,25 regim de funcționare ciclic: 20 min. lucru, 10 min. pauză reglarea tensiunii de ieșire, kV 8-25 funcționeaza de la rețeaua de curent alternativ, V/Hz 220/50 greutate, kg 0,5 Set de livrare: aparat darsonval „Crown”, 3 electrozi (cavitar, în formă de ciupercă, pieptene), pașaport, instrucțiuni medicale și manual de utilizare darsonval „Corona”. pieptene	ISO,CE, Declarat ie de conform itate
33100000-1	8	Saltea antiescare Sistem saltea + compresor	Saltea antiescare Sistem saltea + compresor	410220	Franta	Herdegen	Saltea calitativă și rezistentă da "Material: PVC non-toxic, de înaltă rezistență, realizat în conformitate cu normele medicale europene CE" da Grosime PVC ≥30 microni Dimensiuni 195-200 cm x 80-90 cm, h ≥ 7 cm Capacitate maximă de suport greutate pacient min. 135 kg Set de reparare inclus kit lipici special + petice Compresor / pompa Silențios da "Trebuie să funcționeze în permanență, cît timp bolnavul stă pe saltea pentru a asigura umflarea si desumflarea alternativă" da Alimentare 220V Regulator electric da durata ciclului 10-15 min.	Saltea calitativă și rezistentă da "Material: PVC non-toxic, de înaltă rezistență, realizat în conformitate cu normele medicale europene CE" da Grosime PVC ≥30 microni Dimensiuni 195 cm x 80- cm, h ≥ 7 cm Capacitate maximă de suport greutate pacient min. 135 kg Set de reparare inclus kit lipici special + petice Compresor / pompa Silențios da "Funcționeaza în permanență, cît timp bolnavul stă pe saltea pentru a asigura umflarea si desumflarea alternativă" da Alimentare 220V Regulator electric da durata ciclului 10-15 min.	ISO,CE, Declarat ie de conform itate

Semnăt:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova