

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr: ocds-b3wdp1-MD-1780782882407 din 07/06/2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-1	1	Dermatoscop cu polarizare variabilă	Dermatoscop cu polarizare variabilă	DELTA 30 PRO	Germania	HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG	Descriere: Un dermatoscop este un dispozitiv medical optic non-invaziv, utilizat pentru examinarea la mărire (de obicei 10x) a leziunilor cutanate, permițând vizualizarea structurilor pigmentare și vasculare invizibile cu ochiul liber. Optica: Mărimea lentilei minim 23mm; Mărire de 10x; Polarizarea: Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de Iluminare: LED Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate) Control a luminozității în minim 3 nivele Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Modul de încărcare: Baza de încărcare sau prin USB-C; Accesorii: Cablul de încărcare USB (în cazul în care modul de încărcare este prin USB-C); Baza de încărcare (în cazul în care modul de încărcare este prin baza de încărcare); Adaptor pentru telefon mobil - opțional; Riglă pentru măsurarea leziunilor- opțional; Placi de contact –minim 3 buc.	Descriere: Un dermatoscop este un dispozitiv medical optic non-invaziv, utilizat pentru examinarea la mărire (de obicei 10x) a leziunilor cutanate, permițând vizualizarea structurilor pigmentare și vasculare invizibile cu ochiul liber. Optica: Mărimea lentilei minim 23mm, da 32 mm-da Mărire de 10x;- da Polarizarea: Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată;- da Tehnologia de Iluminare: LED- da Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate) Control a luminozității în minim 3 nivele - da Alimentarea: Bateria reîncărcabilă;- da Indicator de încărcare;- da Modul de încărcare: Baza de încărcare sau prin USB-C;- da Accesorii: Cablul de încărcare USB- da Adaptor pentru telefon mobil- da Riglă pentru măsurarea leziunilor- da Placi de contact – 3 buc, da	DM000873900
33100000-1	3	Fotoliu ginecologic	Fotoliu ginecologic	JDC-JC303A	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY CO., LTD.	Descriere Destinat pentru examinări ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 2 Suporturi: pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă diapazon minim 60 - 80 cm Motoare pentru reglarea înălțimii, spătarului și trendelenburg ≥ 2	Descriere Destinat pentru examinări ginecologice-da Parametrul Specificația Acțiune electromecanică- da Secțiuni ≥ 2- da Suporturi: pentru mâini- da pentru picioare- da Carcasul oțel vopsit electrostatic- da Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici - da Înălțime reglabilă diapazon minim 60 - 80 cm- da Motoare pentru reglarea înălțimii, spătarului și trendelenburg ≥ 2- da Tavă din inox pentru colectarea deșeurilor obligatoriu- da	DM000859202

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
							Tavă din inox pentru colectarea deșeurilor obligatoriu Capacitate maximă ≥ 180 kg Accesorii Suporturi pentru picioare ≥ 2 set.	Capacitate maximă ≥ 180 kg- da Accesorii Suporturi pentru picioare ≥ 2 set.- da	
33100000-1	7	Oftalmoscop direct	Oftalmoscop direct	K 180	Germania	HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG	Descriere: dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. ParametruSpecificatie Tip Portabil Diapazon focusare :-20 - +20 D pasii de Dioptrii: 1-10; 15; 20 Sistem iluminare:LED 5 fante: spot mareobligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixație opțional jumătate de spot obligatoriu filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde opțional Alimentare Baterie reîncărcabilă da, să se indice codul produsului Încărcător de la rețea 220V 50Hz obligatoriu.	Descriere: dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. ParametruSpecificatie Tip Portabil-da Diapazon focusare: -20 - +20 D- da pasii de Dioptrii: 1-10; 15; 20- da Sistem iluminare:LED- da 5 fante: spot mareobligatoriu- da spot mic obligatoriu- da stea de fixație:opțional jumătate de spot: obligatoriu-da filtru roșu: opțional filtru albastru: opțional filtru verde: opțional Alimentare: Baterie reîncărcabilă- da Încărcător de la rețea 220V 50Hz- da obligatoriu.- da	DM000048702
33100000-1	22	Dispozitiv pentru încălzirea parafinei	Dispozitiv pentru încălzirea parafinei	G.18907	Spania	ORTOTECSA, S.L	Diapazonul de încălzire: min. 40-65°C Volumul vasului cu capac: ≥ 15 L Regulator de temperatură Robinet pentru evacuarea soluției Carcasa exterioră izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operator Alimentare: 220-240V, 50/60 Hz.	Diapazonul de încălzire: min. 40-65°C- da Volumul vasului cu capac: ≥ 15 L- da Regulator de temperatură- da Robinet pentru evacuarea soluției- da Carcasa exterioră izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operator- da Alimentare: 220-240V, 50/60 Hz. - da	CE/ISO
33100000-1	26	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă	UVC T8 15W G13	Germania	LEDVANCE GmbH	Lampă bactericidă (tub bactericid) Puterea tubului 30W Termenul efectiv de lucru ≥8000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Data producerii și orele de lucru indicate pe lampa bactericidă Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru.	Lampă bactericidă (tub bactericid) Puterea tubului 30W- da Termenul efectiv de lucru ≥8000 ore. - da Fără emisie de ozon sau a produselor secundare- da Data producerii și orele de lucru indicate pe lampa bactericidă- da Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru. - da	Certificat de conformitate
33100000-1	28	Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare	Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare	MS-H1	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Descriere:Destinat pentru lipirea rolelor de autoclave. Parametrul Specificația Putere: ≥ 100W Încărcare: laterală Mod de sigilare Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare Temperatura de sigilare 160 - 200°C Latime de sigilare: 10 mm, ±2 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu	Descriere:Destinat pentru lipirea rolelor de autoclave. Parametrul Specificația Putere: ≥ 100W- da Încărcare: laterală- da Mod de sigilare Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare- da Temperatura de sigilare 160 - 200°C- da Latime de sigilare: 10 mm, ±2 mm- da Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm- da Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu- da	CE/ISO Nu este dispozitiv medical

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
							Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 8 Buc.	Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu- da Alimentare: 220V, 50Hz- da Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m -8 Buc. - da Rolă 7.5 cm x 200 m -8 Buc- da . Rolă 15 cm x 200 m- 8 Buc. - da	

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr: ocds-b3wdp1-MD-1780782882407 din 07/06/2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	1	Dermatoscop cu polarizare variabilă	Dermatoscop cu polarizare variabilă	Bucată	1	43860,00	52632,00	43860,00	52632,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	3	Fotoliu ginecologic	Fotoliu ginecologic	Bucată	2	37650,00	45180,00	75300,00	90360,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	7	Oftalmoscop direct	Oftalmoscop direct	Bucată	1	18000,00	21600,00	18000,00	21600,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	22	Dispozitiv pentru încălzirea parafinei	Dispozitiv pentru încălzirea parafinei	Bucată	1	64000,00	76800,00	64000,00	76800,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	26	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă	Bucată	100	285,00	342,00	28500,00	34200,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	28	Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare	Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare	Bucată	6	14800,00	17760,00	88800,00	106560,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total								318460,00	382152,00	

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia