

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21009067	Data: „05” iulie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Reactivi si consumabile de laborator	Lot: _____	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
24000000-4	Immunoglobulin A FS R14x20 mL+R2 2 x8 mL	Immunoglobulin A FS	Germania	Diasys Diagnostic Systems	Diagnostic In Vitro, IVD. Reagenți pentru determinarea IgA în serul sanguin al pacienților cu suspexie la imunodeficiență primară Certificat:CE. Soluție preparată de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Reactiv pentru determinarea imunoglobulinei A în serul sanguin al pacienților cu suspexie la imunodeficiența primară. Reactivul este certificat IVD și CE. Soluțiile sunt preparate de producător și sunt gata de lucru. Protocol standardizat IVD.	
24000000-4	Immunoglobulin M FS R14x20 mL+R2 2 x8 mL	Immunoglobulin M FS	Germania	Diasys Diagnostic Systems	Diagnostic In Vitro, IVD. Reagenți pentru determinarea IgM în serul sanguin al pacienților cu suspexie la imunodeficiență primară Certificat:CE. Soluție preparată de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Reactiv pentru determinarea imunoglobulinei M în serul sanguin al pacienților cu suspexie la imunodeficiența primară. Reactivul este certificat IVD și CE. Soluțiile sunt preparate de producător și sunt gata de lucru. Protocol standardizat IVD.	



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
24000000-4	<b>Immunoglobulin G FS R14x20 mL+R2 2 x8 mL</b>	Immunoglobulin G FS	Germania	Diasys Diagnostic Systems	Diagnostic In Vitro, IVD. Reagenți pentru determinarea IgG în serul sanguin al pacienților cu suspexie la imunodeficiență primară Certificat:CE. Soluție preparată de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Reactiv pentru determinarea imunoglobulinei G în serul sanguin al pacienților cu suspexie la imunodeficiența primară. Reactivul este certificat IVD și CE. Soluțiile sunt preparate de producător și sunt gata de lucru. Protocol standardizat IVD.	
24000000-4	<b>TruCal Protein 5x1 mL</b>	TruCal Protein	Germania	Diasys Diagnostic Systems	Diagnostic In Vitro, IVD. Soluție de calibrare Certificat:CE, Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Calibrator (5 nivele) pentru calibrarea proteinelor serice. Are la baza plasma umana, soluție preparată la producător gata de lucru. Protocol standardizat: IVD, CE	
24000000-4	<b>TruLab Protein Level 1 3x1 mL</b>	TruLab Protein Level 1	Germania	Diasys Diagnostic Systems	Diagnostic In Vitro, IVD. Soluție de control Certificat:CE, Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Material de control pentru monitorizarea cantitativa a proteinelor serice. Are la baza plasma umana, soluție preparată la producător gata de lucru. Protocol standardizat: IVD, CE	
24000000-4	<b>TruLab Protein Level 2 3x1 mL</b>	TruLab Protein Level 2	Germania	Diasys Diagnostic Systems	Diagnostic In Vitro, IVD. Soluție de control Certificat:CE, Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Material de control pentru monitorizarea cantitativa a proteinelor serice. Are la baza plasma umana, soluție preparată la producător gata de lucru. Protocol standardizat: IVD, CE	
24000000-4	<b>Multicuvette rack 1 pack</b>	Multicuvette rack	Germania	Diasys Diagnostic Systems	Chivete pentru testarea imunoglobulinelor la analizatorul biochimic	Cuete în ambalaj original de la Producător. Componenta: Un set conține 100 de racuri x 15 godeuri pe fiecare rac.	
	<b>TOTAL</b>						

Semnăt: Turcova Numele, Prenumele: Turcannu Dorel

În calitate de:

Reprezentant **DIAMEDIX**

Ofertantul: **I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L.**

Adresa: mun. Chisinau, str. 31 august 1989

