

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Numărul licitației publice: 21053467, ocds-b3wdp1-MD-1647529160019							Data: 31.03.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți pentru laborator - biochimie pentru anul 2022							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33690000-3	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	Albu-DAC. Lq/3002A	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizat. Limita minima de detecție pentru set <2.0 g/l. Coeficientul de variații intraserial<0.15 – extraserial . <0.15. Interferențe: Acid ascorbic până la 1,7 mmol/l. Magneziu până la8 mmol/l.	Albumina (Albumin) , (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33690000-3	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	Calcium Ars-DAC. Lq/3010C	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Tipul reagentului: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material: Ser plasma heparinizată, urină. Limita minima de detercie pentru set: < Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automatm mol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0.3. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina până la 0,7m mol/l. Lipemie până la 21 g/l. Hb până la 5,5 g/l. Mg până la 8 mmol/l/	Calciu (Calcium) , (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33690000-3	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)) determinarea la analizator automat	Crea Kinetic-DAC. Lq/3035C	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffé fără deproteinizare. Determinare citetica cu calibrator. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată, urina. Limita minima de detercie pentru set: < 15 mcmol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.05 – extraserial . <0.05. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina până la 0,7m mol/l. Hb până la 5,5 g/l. Lipemia până la 21 g/l.	Creatinina (Criatenina) , (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică Jaffé fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33690000-3	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	Prote-DAC. Lq/3072P	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată, Coeficientul de variații intraserial<0.1 – extraserial . <0.15. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina până la 0,7m mol/l. Hb până la 5,5 g/l. Lipemia-trigliceridee până la 11 g/l.	Proteina totală (Total Protein) , (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33690000-3	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	HbA1c-Turbi-DAC/1102H + HbA1C Calibrator (4 levels)/ 1103H2	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: imunoturbidimetrica. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Singe integru cu EDTA Limita minima de detercie pentru set: < 1,5 %. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0.2. Acid ascorbic pina la 3,5 mmol/l. Bilirubina până la 4,4m mol/l.. Lipemia triglyceridee până la 21 g/l. Hb până la 5,5. Factor rheumatic până la 500 UI/ml	Hemoglobina glicozilată (HbA1c) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 31.03.2022
Valabilitatea ofertei - 60 zile.