

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitați

Poz. Nr.	Parametrii tehnici solicitați	Parametri tehnici ofertați
1	Sistem automat de colorare, lame port- obiect Descriere Dispozitiv pentru colorarea automată a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. Parametru Specificația Caracteristici sistem Procesare simultană ≥ 5 stative Stații de procesare ≥ 20 Stații incarcare ≥ 5 Stații de descarcare ≥ 5 Stații de spalare ≥ 5 Capacitate stativ ≥ 30 lame Cuvetă spălare/ colorare ≥ 400 ml. Memorie ≥ 20 programe Capacitate program ≥ 50 pași Posibilitatea de a programa sistemul de agitare Posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare stație în parte . da Program special pentru statii de spalare da Moduri de programare ≥ 4 Parametri configurabili ≥ 3 (număr,viteza,amplituda) Timp de imersie 1 sec -59 min, pasul ≥ 59 sec Memorie reagenti Pre- programati ≥ 30 Definiți de utilizator ≥ 20 Real – time display pentru protocoalele executate da Ecran tactil ≥ 7 inch Calculator încorporat da Funcție de drenare reagent da Filtru pentru purificare aer cu carbune activ da Conectare la sistemul de apă Presiunea ≤ 4 bar	Modelul propus: Slee , Cromatec II, Germania. Sistem automat de colorare, lame port- obiect Descriere Dispozitiv pentru colorarea automată a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. - Da Parametru Specificația Caracteristici sistem Procesare simultană ≥ 5 stative - Da Stații de procesare ≥ 20 - Da Stații incarcare ≥ 5- Da Stații de descarcare ≥ 5 - Da Stații de spalare ≥ 5- Da Capacitate stativ ≥ 30 lame- Da Cuvetă spălare/ colorare ≥ 400 - Da ml. Memorie ≥ 20 programe - Da Capacitate program ≥ 50 pași- Da Posibilitatea de a programa sistemul de agitare Posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare stație în parte . - Da Program special pentru statii de spalare d- Da Moduri de programare ≥ 4 - Da Parametri configurabili ≥ 3 (număr,viteza,amplituda) - Da Timp de imersie 1 sec -59 min, pasul ≥ 59 sec - Da Memorie reagenti Pre- programati ≥ 30 - Da Definiți de utilizator ≥ 20 - Da Real – time display pentru protocoalele executate - Da Ecran tactil ≥ 7 inch- Da Calculator încorporat - Da Funcție de drenare reagent da - Da

Temperatura $\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ Standard conectare $\frac{3}{4}$ ” Sistem dublu de protecție scurgere da Sistem canalizare Drenaj prin gravitație da Caracteristici, alimentare Baterie UPS da Autonomie acumulator ≥ 2 ore Accesorii Vas pentru reagenți ≥ 20 buc. Vas pentru apă ≥ 5 buc. Capac pentru vas ≥ 25 buc. Stativ pentru lame (capacitate 30 lame) ≥ 3 buc. Suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc. Tub pentru conectare la sistemul de apă ≥ 1 (~1,5 m) Tub pentru conectare la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 m) Filtru pentru purificare aer cu carbune activ ≥ 1 buc. Reagent pentru 1000 de probe da	Filtru pentru purificare aer cu carbune activ - Da Conectare la sistemul de apă Presiunea ≤ 4 bar - - Da Temperatura $\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ - Da Standard conectare $\frac{3}{4}$ ” - Da Sistem dublu de protecție scurgere da - Da Sistem canalizare Drenaj prin gravitație - Da Caracteristici, alimentare Baterie UPS - Da Autonomie acumulator ≥ 2 ore - Da Accesorii Vas pentru reagenți ≥ 20 buc - Da Vas pentru apă ≥ 5 buc. - Da Capac pentru vas ≥ 25 buc. - Da Stativ pentru lame (capacitate 30 lame) ≥ 3 buc. - Da Suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc. - Da Tub pentru conectare la sistemul de apă ≥ 1 (~1,5 m) - Da Tub pentru conectare la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 m) - Da Filtru pentru purificare aer cu carbune activ ≥ 1 buc. - Da Reagent pentru 1000 de probe da- Da
---	---

Ofertant _____

(Semnatura autorizata)

SC IMUNOTEHNOMED S.R.L.