

Specificații tehnice (F4.1)

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii IMSP Institutul Oncologic
Licitatie deschisa 21033867
Achizitionarea serviciilor de deservire externa a dispozitivelor medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2	3	4
	LOT 1		
33190000-8	Efectuarea procedurii de mentenanta corectiva pentru Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Air Liquide France	Mentenanta corectiva, inlocuirea placii de baza si upgrade software.	CE
	LOT:2		
33190000-8	Efectuarea procedurii de mentenanta corectiva pentru Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Air Liquide France	Eliminarea erorii „Error O2 pressure senzor (error 051)„ Mentenanta corectiva si upgrade software.	CE

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei

In calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec”SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37

