

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1753958074560 din 31.07.2025						
Obiectul achiziției: film radiologic 35x43 pentru imprimanta Agfa 5302 aflată în dotare VM						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
film radiologic 35x43 pentru imprimanta Agfa 5302 aflată în dotare VM	AGFA Drystar DT 2B	Belgia	AGFA NV	Film radiologic tip Agfa Drystar DT 2B pentru imprimanta Agfa 5302 aflată în dotare, 35x43 (DT 2B) N100	• Special conceput pentru camerele de imagistică DRYSTAR 5302/5503/5300/5500 și DRYSTAR AXYS Utilizare • Pentru imprimarea medicală a imaginilor în nuanțe de gri • Densitate optică maximă: $\geq 3,1$ • Ambalaj complet reciclabil • Încărcare la lumina zilei (insensibil la lumină) Depozitare • 100 de coli per cutie • Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricației • Depozitare înainte de utilizare: - Temperatură între 4 și 25 °C	DM000152480

					- Controlul umidității recomandat pentru filmele DRYSTAR este între 30 și 60% • Depozitare după imprimare: - Facilitatea de arhivare este conformă cu ANSI IT 9.11 și IT 9.19, termen extins - Depozitare minim 20 de ani - evitați depozitarea pentru o perioadă lungă de timp la > 35 °C - evitați depozitarea mediilor uscate pe cutiile de vizualizare pentru o perioadă lungă de timp sau - evitați expunerea la temperaturi excesiv de ridicate și lumină intensă, depozitați imaginile în ambalajul original sau alte plicuri de folie de protecție adecvate la max. 25 °C	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cebanov Piotr În calitate de: Administrator

Ofertantul: **Imax Com SRL** Adresa: mun.Chisinau, str.Mesterul Manole, 7