

# **DOCUMENTAȚIA STANDARD**

## **pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri**

Obiectul achiziției: **Piese pentru utilaj medical**

Cod CPV: **33100000-1**

Autoritatea Contractantă: **IMSP IMC**

Procedura achiziției: **Licitație publică**

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițalilor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

**3. Sursa de finanțare**

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

**4. Participanții la licitație**

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

**5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și quantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

## **6. Limba de comunicare în cadrul licitației**

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

## **7. Secțiunile Documentelor de atribuire**

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

## **8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire**

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## **9. Practicile de corupere și alte practici interzise**

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele

acțiuni:

- a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
- b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;
- c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### 10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

### 11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin

muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții

publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

## **12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

## **13. Capacitatea economică și financiară**

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

#### **14. Capacitate tehnică și/sau profesională**

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

#### **15. Standarde de asigurare a calității.**

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme

acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

## **16. Standarde de protecție a mediului.**

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

## **17. Calificarea candidaților în cazul asocierii**

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## **Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor**

### **18. Documentele ce constituie oferta**

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.



## 19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

## 20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

## 21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b) ofertantul câștigător refuză:

- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
- să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

## 22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) și în Specificațiile de preț (F4.2) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în FDA punctul 3.4.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (F4.2).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7.

## 23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

## 24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel.

## 25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### 26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele

expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

## **27. Termenul limită de depunere a ofertelor**

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

## **28. Oferte întârziate**

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

## **29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor**

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

## **30. Deschiderea ofertelor**

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

# **Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor**

## **31. Confidențialitate**

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

## **32. Clarificarea ofertelor**

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

### **33. Determinarea conformității ofertelor**

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

### **34. Neconformități, erori și omiteri**

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

### **35. Evaluarea ofertelor**

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

### **36. Calificarea ofertantului**

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

### 37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

### 38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### 39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

#### 40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoarea estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

#### 41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

#### 42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (F3.3).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### 43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (F5.1) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5.

#### 44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestățiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestățiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună

la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

**1. Dispoziții generale**

<b>Nr.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii</b>
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IMSP Institutul Mamei și Copilului 1003600151643</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Piese pentru utilaj medical</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>MTender</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>LP</i>
1.5.	Codul CPV:	33100000-1
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>CNAM 2021</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IMSP IMC</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>[Denumirea partenerului de dezvoltare]</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>1003600151643</i>
1.10	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IMSP IMC 1003600151643</i>
1.11	Limba de comunicare:	<i>limba de stat</i>
2.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Mtender</i>
1.13	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>[Da]</i>
1.14	Tipul contractului:	<i>[Vînzare-cumpărare]</i>
1.15	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	<i>[indicați sau nu se aplică]</i>

**2. Listă bunurilor și specificații tehnice:**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Denumire bunurilor solicitate</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</b>
		<i>[Bunurile necesare]</i>			



### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<b>forma garanției</b> Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului m. Chișinău, str. Burebista ,93 c/f 1003600151643 BC., Moldindconbank,,S.A. fil. Burebista c/b MOLDMD2X328 IBAN MD91ML000000000225152859 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ”
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<b>1 % din valoarea ofertei fără TVA.</b>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<b>2013</b>
3.5.	Termenul de livrare:	<b>În decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului</b>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<b>Burebista 93</b>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>Prin transfer, în decurs de 20 de zile, după livrarea bunurilor</b>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<b>60 zile</b>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<b>nu se acceptă</b>

### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<b>MTender</b>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<b>Conform MTender</b>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<b>[lei MD]</b>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<b>[sursa ratei de schimb]</b>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<b>[data ratei de schimb]</b>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<b>pe loturi</b>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<b>Nu se aplică</b>

## 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Se va aplica criteriul de evaluare: <i>Conform prețului minim și care corespunde cerințelor solicitate</i></b>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<b>5%</b>
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<b><i>forma garanției</i></b> <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a –</i> <i>Formulare pentru depunerea ofertei</i> <i>sau</i> <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului</i> <i>m. Chișinău, str. Burebista, 93</i> <i>c/f 1003600151643</i> <i>BC., Moldindconbank,,S.A. fil. Burebista</i> <i>c/b MOLDM2X328</i> <i>IBAN MD91ML000000000225152859</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<b><i>[indicați una din formele de mai jos]</i></b> _____ a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată Altele _____
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<b>10 zile</b>

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:** \_\_\_\_\_

**CAPITOLUL III**  
**FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

### Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

Anunț de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) \_\_\_\_\_ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri \_\_\_\_\_.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.]

\_\_\_\_\_  
[Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]  
**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
[numele și adresa autorității contractante]  
**Data:** “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a fost informată că  
[denumirea băncii]  
\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)  
[numele ofertantului]  
urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în  
continuare „ofertă”) pentru livrarea \_\_\_\_\_  
[obiectul achiziției]  
conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
20\_\_.

La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_, prin prezenta,  
[denumirea băncii]  
ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:  
\_\_\_\_\_ ([suma în cifre] \_\_\_\_\_ ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[semnătura autorizată a băncii]

## Garanție de bună execuție (F3.3)

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție publică Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

## GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din \_\_\_\_\_. 201\_ *[numărul și data procedurii de achiziție publică]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,<sup>1</sup> și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]*

## CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

<sup>1</sup> Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1//Ac de prelevare de probe și reactiv, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240				Ac de prelevare de probe și reactiv, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240		
	Lot 2//Acumulator 12 V 24 Ah compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, garanție minim 3 ani				Acumulator 12 V 24 Ah compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, garanție minim 3 ani		
	Lot 3//Acumulator 2,5 V 3000 Ah compatibil cu laringoscop KaWe				Acumulator 2,5 V 3000 Ah compatibil cu laringoscop KaWe		
	Lot 4//Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL				Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL		
	Lot 5//Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat				Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat		
	Lot 6//Acumulator E-block 9V minim 200 mAh compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star				Acumulator E-block 9V minim 200 mAh compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star		
	Lot 7//Acumulator electrolitic 12 V 40 A cu cleme metalice,				Acumulator electrolitic 12 V 40 A cu cleme metalice, garanție minim 3 ani		



	garanție minim 3 ani						
	Lot 8//Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1				Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1		
	Lot 9//Acumulator tip 1000RS compatibil cu oftalmoscop Neitz Halogen Bxa				Acumulator tip 1000RS compatibil cu oftalmoscop Neitz Halogen Bxa		
	Lot 10//Arc cu blocare flexibilă, diametrul tije 10 mm, diametrul extern 28 mm, lungimea de bază extins 600 mm, Intervalul forței de lucru 150-1200 N, compatibil cu sistem de fizioterapie Astar Magneris				Arc cu blocare flexibilă, diametrul tije 10 mm, diametrul extern 28 mm, lungimea de bază extins 600 mm, Intervalul forței de lucru 150-1200 N, compatibil cu sistem de fizioterapie Astar Magneris		
	Lot 11//Baterie AA 1.5 V				Baterie AA 1.5 V		
	Lot 12//Baterie CR 2032				Baterie CR 2032		
	Lot 13//Bec halogen 12 V 150 W cu reflector				Bec halogen 12 V 150 W cu reflector		
	Lot 14//Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop				Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop		
	Lot 15//Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin				Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin		
	Lot 16//Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin				Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin		
	Lot 17//Bec halogen cu reflector 15 V 150 W				Bec halogen cu reflector 15 V 150 W		
	Lot 18//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe				Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe		
	Lot 19//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe				Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe		

	Lot 20//Bec infrarosu soclu E27 150 W				Bec infrarosu soclu E27 150 W		
	Lot 21//Bec infrarosu soclu E27 250 W				Bec infrarosu soclu E27 250 W		
	Lot 22//Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux				Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux		
	Lot 23//Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux				Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux		
	Lot 24//Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100				Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100		
	Lot 25//Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garantie minim 18 luni				Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garantie minim 18 luni		
	Lot 26//Buclă pentru histerectomie, diametru 100 mm, compus din teacă internă, teacă externă, cu izolare din teflon, diametru tecii externe 5 mm, lungimea tecii externe 305 mm, reutilizabil				Buclă pentru histerectomie, diametru 100 mm, compus din teacă internă, teacă externă, cu izolare din teflon, diametru tecii externe 5 mm, lungimea tecii externe 305 mm, reutilizabil		
	Lot 27//Cablul HDMI tata to VGA tata lungime 5 mm				Cablul HDMI tata to VGA tata lungime 5 mm		
	Lot 28//Cablul de alimentare conector SCHUKO, 3x1,5, lungime minim 2 m				Cablul de alimentare conector SCHUKO, 3x1,5, lungime minim 2 m		
	Lot 29//Capcana cu abur 1/2 "13A / G de tip cot cod de referinta (000031815) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Capcana cu abur 1/2 "13A / G de tip cot cod de referinta (000031815) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 30//Capcana cu abur 1/2 "BPT 13SG de tip direct cod de referinta (00598445) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Capcana cu abur 1/2 "BPT 13SG de tip direct cod de referinta (00598445) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		

	Lot 31//Capcană de apă compatibil cu CPAP Hamilton Arabella				Capcană de apă compatibil cu CPAP Hamilton Arabella		
	Lot 32//Capcană de aburi compatibil cu Autoclav Plusteam 1L				Capcană de aburi compatibil cu Autoclav Plusteam 1L		
	Lot 33//Carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter				Carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter		
	Lot 34//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu analizator microbiologic Siemens Microscan WalkAway, cu instalare și garanția lucrărilor 6 luni				Chit de mentenanță 1 an compatibil cu analizator microbiologic Siemens Microscan WalkAway, cu instalare și garanția lucrărilor 6 luni		
	Lot 35//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Histoprosesor Sakura Tissue-Tek Vip 6 AI				Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Histoprosesor Sakura Tissue-Tek Vip 6 AI		
	Lot 36//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Lamelator Sakura Tissue-Tek Glas g2				Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Lamelator Sakura Tissue-Tek Glas g2		
	Lot 37//Chit de mentenanță 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus				Chit de mentenanță 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus		
	Lot 38//Chit de mentenanță 3 ani cu sensor O2 și set de 2 acumuloare incluse compatibil cu ventilator Stephan Medical Reanimator F120				Chit de mentenanță 3 ani cu sensor O2 și set de 2 acumuloare incluse compatibil cu ventilator Stephan Medical Reanimator F120		
	Lot 39//Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV300, garanție 1 an și instalare				Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV300, garanție 1 an și instalare		
	Lot 40//Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600, garanție 1 an și instalare				Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600, garanție 1 an și instalare		

	Lot 41//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000				Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000		
	Lot 42//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500				Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500		
	Lot 43//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart				Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart		
	Lot 44//Chit upgrade HFO compatibil cu ventilator terapie intensivă Drager BabyLog VN500				Chit upgrade HFO compatibil cu ventilator terapie intensivă Drager BabyLog VN500		
	Lot 45//Comutator de presiune 1,5 bar cod de referință (010088124) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Comutator de presiune 1,5 bar cod de referință (010088124) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 46//Contactor cu trei poli 9 A cod de referinta (010071122) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Contactor cu trei poli 9 A cod de referinta (010071122) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 47//Cooler pentru boxa de sensori compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star, curent 120 mA				Cooler pentru boxa de sensori compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star, curent 120 mA		
	Lot 48//Cooler pentru modulul de comandă compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star curent 90 mA				Cooler pentru modulul de comandă compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star curent 90 mA		
	Lot 49//Decantor de condens cu supapă de evacuare automată compatibil cu compresor de aer medical IMT Medical Aeris				Decantor de condens cu supapă de evacuare automată compatibil cu compresor de aer medical IMT Medical Aeris		
	Lot 50//Deflector de lumina prismatic cu conector la fibra optica de la Karl Storz cod de referinta 10101 FA				Deflector de lumina prismatic cu conector la fibra optica de la Karl Storz cod de referinta 10101 FA		
	Lot 51//Electrod compatibil cu dispozitiv de fizioterapie				Electrod compatibil cu dispozitiv de fizioterapie MedTeko Elesculap 5		

	MedTeko Elesculap 5						
	Lot 52//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Aries, set din electrod polaritate pozitivă și negativă				Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Aries, set din electrod polaritate pozitivă și negativă		
	Lot 53//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Etius, set din electrod polaritate pozitivă și negativă				Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Etius, set din electrod polaritate pozitivă și negativă		
	Lot 54//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhisioGo 100A, set din electrod polaritate pozitivă și negativă				Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhisioGo 100A, set din electrod polaritate pozitivă și negativă		
	Lot 55//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm				Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm		
	Lot 56//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm				Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm		
	Lot 57//Electrod rectal compatibil cu dispozitivul de fizioterapie EMA Ultraton				Electrod rectal compatibil cu dispozitivul de fizioterapie EMA Ultraton		
	Lot 58//Element de încălzire compatibil cu Distilator ДЭ-10				Element de încălzire compatibil cu Distilator ДЭ-10		
	Lot 59//Element încălzitor + garnitură compatibil cu distilator PHS Aqua 25				Element încălzitor + garnitură compatibil cu distilator PHS Aqua 25		
	Lot 60//Element încălzitor 240 V, 190 W compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star				Element încălzitor 240 V, 190 W compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star		
	Lot 61//Element încălzitor 9kw cod de referinta 2/4858 compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Element încălzitor 9kw cod de referinta 2/4858 compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		

	Lot 62//Element încălzitor compatibil cu masă de resuscitare Drager Air Shields				Element încălzitor compatibil cu masă de resuscitare Drager Air Shields		
	Lot 63//Filtru de aer AVF 021 FRP compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 cod de referință (000538626)				Filtru de aer AVF 021 FRP compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 cod de referință (000538626)		
	Lot 64//Filtru hepa compatibil cu Autoclav Plusteam 1L				Filtru hepa compatibil cu Autoclav Plusteam 1L		
	Lot 65//Filtru pentru apa, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240				Filtru pentru apa, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240		
	Lot 66//Forceps endoscopic atraumatic și piese pentru acesta				Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil		
					Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cîrlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil		
					Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil		
					Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil		
					Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil		
					Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil		
	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare și componente pentru acesta				Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 21 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mâner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil		

					Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil		
					Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil		
	Lot 68//Furtun multifuncțional pentru scaun stomatologic cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale) cu conexiune la turbină prin filet				Furtun multifuncțional pentru scaun stomatologic cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale) cu conexiune la turbină prin filet		
	Lot 69//Garnitură de silicon compatibil cu autoclav PlusTeam 1L				Garnitură de silicon compatibil cu autoclav PlusTeam 1L		
	Lot 70//Garnitură din paranit pentru generatorul de aburi cod de referință (000607846) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Garnitură din paranit pentru generatorul de aburi cod de referință (000607846) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 71//Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 72//Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C1				Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C1		
	Lot 73//Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C2				Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C2		
	Lot 74//Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil				Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil		
	Lot 75//Întreprupător cu tri-pol 16A cod de referinta (010071137) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Întreprupător cu tri-pol 16A cod de referinta (010071137) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		

	Lot 76//Întreprător cu tri-pol 32A compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Întreprător cu tri-pol 32A compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 77//Lacăt de fixare a uşilor pentru accesul mâinilor în interiorul canopyei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000, set				Lacăt de fixare a uşilor pentru accesul mâinilor în interiorul canopyei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000, set		
	Lot 78//Lampa 12V, 20W (FRU), compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240				Lampa 12V, 20W (FRU), compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240		
	Lot 79//Lampă bactericidă 15 W, viaţă de lucru minim 7000 ore				Lampă bactericidă 15 W, viaţă de lucru minim 7000 ore		
	Lot 80//Lampă bactericidă 30 W, viaţă de lucru minim 7000 ore				Lampă bactericidă 30 W, viaţă de lucru minim 7000 ore		
	Lot 81//Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4				Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4		
	Lot 82//Microfiltru de aer din alamă ¼ cod de referinta (000537322) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Microfiltru de aer din alamă ¼ cod de referinta (000537322) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 83//Microfiltru de aer din metal poros, L- 21 mm D- 13 mm Grosime pereţi 2.1 mm cu garnitură şi arc circular				Microfiltru de aer din metal poros, L- 21 mm D- 13 mm Grosime pereţi 2.1 mm cu garnitură şi arc circular		
	Lot 84//Mîner pentru laringoscop KaWe cu acumulator inclus 2,5 V, 3000 mAh compatibil cu staţia de încărcat Medcharge 4000				Mîner pentru laringoscop KaWe cu acumulator inclus 2,5 V, 3000 mAh compatibil cu staţia de încărcat Medcharge 4000		
	Lot 85//Motor compatibil cu sterilizator NUVE FN 500P, garanţie 6 luni				Motor compatibil cu sterilizator NUVE FN 500P, garanţie 6 luni		
	Lot 86//Non-return valvă DN40 cod de referinta (000543357) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Non-return valvă DN40 cod de referinta (000543357) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 87//Piesă de mînă micromotor stomatologic, viteza				Piesă de mînă micromotor stomatologic, viteza		



	unghiulară maximă minim 25000 rpm, minim 2 Ncm, cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale), cu instalare și garanție minim 6 luni				Midwest (cu 4 canale), cu instalare și garanție minim 6 luni		
	Lot 88//Piesă de mână multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni				Piesă de mână multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni		
	Lot 89//Piese de schimb pentru capcana cu abur cod de referinta (000601574) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Piese de schimb pentru capcana cu abur cod de referinta (000601574) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 90//Piese de schimb pentru capcana de abur cod de referinta (000555246) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Piese de schimb pentru capcana de abur cod de referinta (000555246) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 91//Placă de bază compatibil cu sterilizator cu aer uscat Kasimovskii Pribornii Zavod GP-80 MO an 2014, cu instalare și garanție 6 luni				Placă de bază compatibil cu sterilizator cu aer uscat Kasimovskii Pribornii Zavod GP-80 MO an 2014, cu instalare și garanție 6 luni		
	Lot 92//Pompă de vacuum compatibil cu autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2, cu instalare și garanție 18 luni				Pompă de vacuum compatibil cu autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2, cu instalare și garanție 18 luni		
	Lot 93//Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus				Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus		
	Lot 94//Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil				Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil		
	Lot 95//RC filtru cod de referinta (010127152) compatibil cu				RC filtru cod de referinta (010127152) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		

	Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2						
	Lot 96//Releu de imprimare 24VDC TIP 40.52 cod de referinta ( 000615247) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Releu de imprimare 24VDC TIP 40.52 cod de referinta ( 000615247) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 97//Releu termic 4,0-6,0 A cod de referinta (010071036) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Releu termic 4,0-6,0 A cod de referinta (010071036) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 98//Releu termic 7,0-10,0 A cod de referinta (010071043) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Releu termic 7,0-10,0 A cod de referinta (010071043) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 99//Robinet de apă compatibil cu scaun stomatologic, diametru furtun 3,5 mm, intrarea și ieșirea pentru furtune tip tata, cu fixatoare pentru furtun.				Robinet de apă compatibil cu scaun stomatologic, diametru furtun 3,5 mm, intrarea și ieșirea pentru furtune tip tata, cu fixatoare pentru furtun.		
	Lot 100//Robinet de intrare aer 1/4 " cod de referinta (000004303) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Robinet de intrare aer 1/4 " cod de referinta (000004303) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 101//Sac de recuperare detașabil endoscopic bipolar, pentru teacă pentru trocare de 10 - 12 mm, volum 720 ml, de unică utilizare, set de 5 bucăți				Sac de recuperare detașabil endoscopic bipolar, pentru teacă pentru trocare de 10 - 12 mm, volum 720 ml, de unică utilizare, set de 5 bucăți		
	Lot 102//Sensor de nivel FD-1S110065 cod de referință (010048372) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Sensor de nivel FD-1S110065 cod de referință (010048372) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 103//Sensor de temperatura din boxa de senzori compatibil cu incubator Ardo amelia Star				Sensor de temperatura din boxa de senzori compatibil cu incubator Ardo amelia Star		

	Lot 104//Senzor de presiune 0-10 bar JUMO Midas cod de referinta (010443123) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Senzor de presiune 0-10 bar JUMO Midas cod de referinta (010443123) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 105//Senzor de presiune 0-4 bar JUMO Midas cod de referinta (010105184) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Senzor de presiune 0-4 bar JUMO Midas cod de referinta (010105184) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 106//Set cabluri de pacient pentru polaritate pozitivă și negativă compatibil cu dispozitiv pentru fizioterapie cu curenți Элфор проф				Set cabluri de pacient pentru polaritate pozitivă și negativă compatibil cu dispozitiv pentru fizioterapie cu curenți Элфор проф		
	Lot 107//Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil				Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil		
	Lot 108//Set uși din 4 buc pentru accesul mâinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000				Set uși din 4 buc pentru accesul mâinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000		
	Lot 109//Silențiator de aer cod de referinta (000634215) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Silențiator de aer cod de referinta (000634215) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 110//Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus				Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus		
	Lot 111//Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de				Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la circuit de multiplă utilizare cu încălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă		

	conexiune la circuit de multiplă utilizare cu încălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă gol				gol		
	Lot 112//Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, instalare și garanție minim 9 luni				Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, instalare și garanție minim 9 luni		
	Lot 113//Sonda dublă doppler f 1108 kHz și UC compatibil cu Cardiotocograf Toitu MT-516 instalare și garanție minim 9 luni				Sonda dublă doppler f 1108 kHz și UC compatibil cu Cardiotocograf Toitu MT-516 instalare și garanție minim 9 luni		
	Lot 114//Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultrasonograf Toshiba Apllio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic				Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultrasonograf Toshiba Apllio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic		
	Lot 115//Sondă cu ultrasunete compatibil cu dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunete Strateck ST10A				Sondă cu ultrasunete compatibil cu dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunete Strateck ST10A		
	Lot 116//Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 1 cm <sup>2</sup> compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200				Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 1 cm <sup>2</sup> compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200		
	Lot 117//Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 4 cm <sup>2</sup> compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200				Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 4 cm <sup>2</sup> compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200		
	Lot 118//Supapa de nivel flotant cod de referinta (010458306) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Supapa de nivel flotant cod de referinta (010458306) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		

	Lot 119//Supapă de siguranță 1/2 ", alama de 3,2 bari cod de referinta (010093522) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Supapă de siguranță 1/2 ", alama de 3,2 bari cod de referinta (010093522) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 120//Supapă electromagnetica cod de referinta (000521291) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Supapă electromagnetica cod de referinta (000521291) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 121//Supapă reglabila termic 25-65 ° C cod de referinta (000539666) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Supapă reglabila termic 25-65 ° C cod de referinta (000539666) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 122//Tambur dreapta cu cablu de alimentare a senzorilor de la usa cod de referinta (000589698) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Tambur dreapta cu cablu de alimentare a senzorilor de la usa cod de referinta (000589698) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 123//Tambur stanga cu cablu de alimentare a senzorilor de la usa cod de referinta (000589707) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Tambur stanga cu cablu de alimentare a senzorilor de la usa cod de referinta (000589707) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 124//Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetica, reutilizabil				Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetica, reutilizabil		
	Lot 125//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetica, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil				Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetica, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil		
	Lot 126//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm,				Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetica,		

	lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil				cu valvă pentru insuflare, reutilizabil		
	Lot 127//Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil				Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil		
	Lot 128//Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil				Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil		
	Lot 129//Turbină de aer compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600				Turbină de aer compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600		
	Lot 130//Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart				Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart		
	Lot 131//Valvă non-return ½ cod de referinta cod de referinta (000622256) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Valvă non-return ½ cod de referinta cod de referinta (000622256) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	Lot 132//Valvă PEEP compatibil cu ventilator terapie Drager Babylog 8000 garanție 1 an, instalare				Valvă PEEP compatibil cu ventilator terapie Drager Babylog 8000 garanție 1 an, instalare		
	Lot 133//Valvă pneumatică DN 13 cod de referinta (000016317) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2				Valvă pneumatică DN 13 cod de referinta (000016317) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2		
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____									
Denumirea procedurii de achiziție:									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri</b>								
	Lot 1//Ac de prelevare de probe și reactiv, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240	Bucată	1						
	Lot 2//Acumulator 12 V 24 Ah compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, garanție minim 3 ani	Bucată	4						
	Lot 3//Acumulator 2,5 V 3000 Ah compatibil cu laringoscop KaWe	Bucată	3						
	Lot 4//Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL	Bucată	3						
	Lot 5//Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat	Bucată	5						
	Lot 6//Acumulator E-block 9V minim 200 mAh compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star	Bucată	4						
	Lot 7//Acumulator electrolitic 12 V 40 A cu cleme metalice, garanție minim 3 ani	Bucată	2						
	Lot 8//Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	Bucată	1						
	Lot 9//Acumulator tip 1000RS compatibil cu oftalmoscop Neitz Halogen Bxa	Bucată	1						
	Lot 10//Arc cu blocare flexibilă, diametrul tije 10 mm, diametrul extern 28 mm, lungimea de bază extins 600 mm, Intervalul forței de lucru 150-1200 N, compatibil cu sistem de fizioterapie Astar Magneris	Bucată	1						
	Lot 11//Baterie AA 1.5 V	Bucată	50						

	Lot 12//Baterie CR 2032	Bucată	15						
	Lot 13//Bec halogen 12 V 150 W cu reflector	Bucată	5						
	Lot 14//Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop	Bucată	2						
	Lot 15//Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	Bucată	1						
	Lot 16//Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin	Bucată	1						
	Lot 17//Bec halogen cu reflector 15 V 150 W	Bucată	1						
	Lot 18//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe	Bucată	30						
	Lot 19//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe	Bucată	10						
	Lot 20//Bec infrarosu soclu E27 150 W	Bucată	50						
	Lot 21//Bec infrarosu soclu E27 250 W	Bucată	100						
	Lot 22//Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Bucată	42						
	Lot 23//Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Bucată	88						
	Lot 24//Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100	Bucată	4						
	Lot 25//Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garantie minim 18 luni	Bucată	1						
	Lot 26//Buclă pentru histerectomie, diametru 100 mm, compus din teacă internă, teacă externă, cu izolare din teflon, diametru tecii externe 5 mm, lungimea tecii externe 305 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 27//Cablul HDMI tata to VGA tata lungime 5 mm	Bucată	1						
	Lot 28//Cablul de alimentare conector SCHUKO, 3x1,5, lungime minim 2 m	Bucată	10						
	Lot 29//Capcana cu abur 1/2 "13A / G de tip cot	Bucată	6						



	cod de referinta (000031815) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2								
	Lot 30//Capcana cu abur 1/2 "BPT 13SG de tip direct cod de referinta (00598445) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 31//Capcană de apă compatibil cu CPAP Hamilton Arabella	Bucată	2						
	Lot 32//Capcană de aburi compatibil cu Autoclav Plusteam 1L	Bucată	2						
	Lot 33//Carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter	Bucată	20						
	Lot 34//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu analizator microbiologic Siemens Microscan WalkAway, cu instalare și garanția lucrărilor 6 luni	Set	1						
	Lot 35//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Histoprocesor Sakura Tissue-Tek Vip 6 AI	Set	1						
	Lot 36//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Lamelator Sakura Tissue-Tek Glas g2	Set	1						
	Lot 37//Chit de mentenanță 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	Bucată	5						
	Lot 38//Chit de mentenanță 3 ani cu sensor O2 și set de 2 acumulatori incluse compatibil cu ventilator Stephan Medical Reanimator F120	Bucată	1						
	Lot 39//Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV300, garanție 1 an și instalare	Bucată	2						
	Lot 40//Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600, garanție 1 an și instalare	Bucată	4						
	Lot 41//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000	Set	2						
	Lot 42//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500	Set	2						
	Lot 43//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart	Set	4						
	Lot 44//Chit upgrade HFO compatibil cu ventilator terapie intensivă Drager BabyLog VN500	Bucată	1						

	Lot 45//Comutator de presiune 1,5 bar cod de referință (010088124) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 46//Contactor cu trei poli 9 A cod de referinta (010071122) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 47//Cooler pentru boxa de sensori compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star, curent 120 mA	Bucată	8						
	Lot 48//Cooler pentru modulul de comandă compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star curent 90 mA	Bucată	5						
	Lot 49//Decantor de condens cu supapă de evacuare automată compatibil cu compresor de aer medical IMT Medical Aeris	Bucată	4						
	Lot 50//Deflector de lumina prismatic cu conector la fibra optica de la Karl Storz cod de referinta 10101 FA	Bucată	1						
	Lot 51//Electrod compatibil cu dispozitiv de fizioterapie MedTeko Elesculap 5	Bucată	5						
	Lot 52//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Aries, set din electrod polaritate pozitivă și negativă	Bucată	7						
	Lot 53//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Etius, set din electrod polaritate pozitivă și negativă	Bucată	7						
	Lot 54//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhisioGo 100A, set din electrod polaritate pozitivă și negativă	Bucată	7						
	Lot 55//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Bucată	1						
	Lot 56//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Bucată	1						
	Lot 57//Electrod rectal compatibil cu dispozitivul de fiziotereapie EMA Ultraton	Bucată	2						
	Lot 58//Element de încălzire compatibil cu Distilator ДЭ-10	Bucată	4						

	Lot 59//Element încălzitor + garnitură compatibil cu distilator PHS Aqua 25	Bucată	4						
	Lot 60//Element încălzitor 240 V, 190 W compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star	Bucată	1						
	Lot 61//Element încălzitor 9kw cod de referinta 2/4858 compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 62//Element încălzitor compatibil cu masă de resuscitare Drager Air Shields	Bucată	2						
	Lot 63//Filtru de aer AVF 021 FRP compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 cod de referință (000538626)	Bucată	2						
	Lot 64//Filtru hepa compatibil cu Autoclav Plusteam 1L	Bucată	3						
	Lot 65//Filtru pentru apa, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240	Bucată	8						
	Lot 66//Forceps endoscopic atraumatic și alte componente pentru acesta								
	Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil	Bucată	1						
	Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cârlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Bucată	1						

	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare și alte componente pentru acesta								
	Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 21 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mâner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil	Bucată	1						
	Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 68//Furtun multifuncțional pentru scaun stomatologic cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale) cu conexiune la turbină prin filet	Bucată	2						
	Lot 69//Garnitură de silicon compatibil cu autoclav PlusTeam 1L	Bucată	4						
	Lot 70//Garnitură din paranit pentru generatorul de aburi cod de referință (000607846) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 71//Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	4						

	Lot 72//Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C1	Bucată	1						
	Lot 73//Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C2	Bucată	1						
	Lot 74//Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 75//Înterupător cu tri-pol 16A cod de referinta (010071137) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	1						
	Lot 76//Înterupător cu tri-pol 32A compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	3						
	Lot 77//Lacăt de fixare a ușilor pentru accesul mâinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000, set	Bucată	2						
	Lot 78//Lampa 12V, 20W (FRU), compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240	Bucată	2						
	Lot 79//Lampă bactericidă 15 W, viață de lucru minim 7000 ore	Bucată	26						
	Lot 80//Lampă bactericidă 30 W, viață de lucru minim 7000 ore	Bucată	63						
	Lot 81//Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4	Bucată	4						
	Lot 82//Microfiltru de aer din alamă ¼ cod de referinta (000537322) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 83//Microfiltru de aer din metal poros, L- 21 mm D- 13 mm Grosime pereți 2.1 mm cu garnitură și arc circular	Bucată	20						
	Lot 84//Mîner pentru laringoscop KaWe cu acumulator inclus 2,5 V, 3000 mAh compatibil cu stația de încărcat Medcharge 4000	Bucată	4						
	Lot 85//Motor compatibil cu sterilizator NUVE FN 500P, garanție 6 luni	Bucată	1						
	Lot 86//Non-return valvă DN40 cod de referinta (000543357) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 87//Piesă de mîna micromotor stomatologic, viteza unghiulară maximă minim 25000 rpm, minim 2 Ncm, cu conexiune tip Midwest (cu 4	Bucată	1						

	canale), cu instalare și garanție minim 6 luni								
	Lot 88//Piesă de mână multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni	Bucată	1						
	Lot 89//Piese de schimb pentru capcana cu abur cod de referinta (000601574) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	1						
	Lot 90//Piese de schimb pentru capcana de abur cod de referinta (00055246) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	1						
	Lot 91//Placă de bază compatibil cu sterilizator cu aer uscat Kasimovskii Pribornii Zavod GP-80 MO an 2014, cu instalare și garanție 6 luni	Bucată	2						
	Lot 92//Pompă de vacuum compatibil cu autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2, cu instalare și garanție 18 luni	Bucată	1						
	Lot 93//Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	Bucată	1						
	Lot 94//Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 95//RC filtru cod de referinta (010127152) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	4						
	Lot 96//Releu de imprimare 24VDC TIP 40.52 cod de referinta ( 000615247) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	4						
	Lot 97//Releu termic 4,0-6,0 A cod de referinta (010071036) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 98//Releu termic 7,0-10,0 A cod de referinta (010071043) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 99//Robinet de apă compatibil cu scaun stomatologic, diametru furtun 3,5 mm, intrarea și ieșirea pentru furtune tip tata, cu fixatoare pentru furtun.	Bucată	2						

	Lot 100//Robinet de intrare aer 1/4 " cod de referinta (00004303) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 101//Sac de recuperare detaşabil endoscopic bipolar, pentru teacă pentru trocare de 10 - 12 mm, volum 720 ml, de unică utilizare, set de 5 bucăţi	Bucată	1						
	Lot 102//Sensor de nivel FD-1S110065 cod de referinţă (010048372) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	4						
	Lot 103//Sensor de temperatura din boxa de senzori compatibil cu incubator Ardo amelia Star	Bucată	10						
	Lot 104//Senzor de presiune 0-10 bar JUMO Midas cod de referinta (010443123) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	4						
	Lot 105//Senzor de presiune 0-4 bar JUMO Midas cod de referinta (010105184) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	4						
	Lot 106//Set cabluri de pacient pentru polaritate pozitivă și negativă compatibil cu dispozitiv pentru fizioterapie cu curenți Элфор проф	Bucată	4						
	Lot 107//Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradăție longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 108//Set uși din 4 buc pentru accesul mâinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000	Set	1						
	Lot 109//Silențiator de aer cod de referinta (000634215) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	10						
	Lot 110//Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	Bucată	1						
	Lot 111//Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la	Bucată	4						

	circuit de multiplă utilizare cu încălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă gol								
	Lot 112//Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, instalare și garanție minim 9 luni	Bucată	1						
	Lot 113//Sonda dublă doppler f 1108 kHz și UC compatibil cu Cardiotocograf Toitu MT-516 instalare și garanție minim 9 luni	Bucată	5						
	Lot 114//Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultrasonograf Toshiba Apllio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic	Bucată	1						
	Lot 115//Sondă cu ultrasunete compatibil cu dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunete Strateck ST10A	Bucată	1						
	Lot 116//Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 1 cm <sup>2</sup> compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200	Bucată	1						
	Lot 117//Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 4 cm <sup>2</sup> compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200	Bucată	1						
	Lot 118//Supapa de nivel flotant cod de referinta (010458306) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 119//Supapă de siguranță 1/2 ", alama de 3,2 bari cod de referinta (010093522) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 120//Supapă electromagnetica cod de referinta (000521291) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	4						
	Lot 121//Supapă reglabilă termic 25-65 ° C cod de referinta (000539666) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 122//Tambur dreapta cu cablu de alimentare a senzorilor de la ușa cod de referință (000589698) compatibil cu Autoclav BMT	Bucată	2						



	Sterivap SPHP 6618-2								
	Lot 123//Tambur sînga cu cablu de alimentare a senzorilor de la uşă cod de referinţă (000589707) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 124//Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oţel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 125//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oţel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 126//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oţel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 127//Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 128//Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil	Bucată	1						
	Lot 129//Turbină de aer compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600	Bucată	1						
	Lot 130//Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart	Bucată	10						
	Lot 131//Valvă non-return ½ cod de referinta cod de referinta (000622256) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	2						
	Lot 132//Valvă PEEP compatibil cu ventilator terapie Drager Babylog 8000 garanție 1 an, instalare	Bucată	2						
	Lot 133//Valvă pneumatică DN 13 cod de referinta (000016317) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2	Bucată	6						
	<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**CAPITOLUL V**  
**FORMULARUL DE CONTRACT**

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F5.1	Contract-model



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_ Pieselor pentru utilaj medical

Cod CPV: 33100000-1

“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_

(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i>	_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i>
_____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:  
Achiziționarea \_\_\_\_\_,

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

Specificația tehnică;

Specificația de preț;

c) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de

contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare – în decurs de 10 zile, la solicitare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- *Facture fiscal*
- *Actul de primire predare*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: \_\_\_\_\_ lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 7 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să

livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanție bancară sau transfer, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul

sistemului trezorerial.

12.7. Presentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.8. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### **13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților**

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Adresa poștală:	Adresa poștală:
Telefon:	Telefon:
Cont de decontare:	Cont de decontare:
Banca:	Banca:
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod:	Cod:
Cod fiscal:	Cod fiscal:

### **14. Semnăturile părților**

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: