

Specificații preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	21634377 din 16.06.2026	Data: „15” iulie 2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)	Lot: 5, 25	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimată	Beneficiar
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	12
33100000-1	5	Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire	Bucată	2	311 934,00	374 320,80	623 868,00	748 641,60	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	800000.00	Institutul Oncologic
	25	Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice	Bucată	1	9 090,48	10 908,58	9 090,48	10 908,58	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	30000.00	Institutul Oncologic
TOTAL Oferta							632 958,48	759 550,18	X	X	X

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel** În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21634377 din 16.06.2026	Data: „15” iulie 2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)	Lot: 5, 25	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articol	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinta
1	2		3	4	5	6	7	8	10
3310 0000-1	5	Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire	Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire	Arcadia H + C	Gemany	Leica Biosystems	Descriere: Stația de includere în parafină cu anexă de răcire este un echipament utilizat în laboratoarele de anatomie patologică pentru prelucrarea probelor biologice. Aceasta permite impregnarea și includerea țesuturilor în parafină topită, facilitând obținerea de blocuri solide pentru secționare microscopică. Anexa de răcire asigură solidificarea rapidă a parafinei, contribuind la păstrarea structurii tisulare și la creșterea eficienței fluxului de lucru în laborator. Parametru Specificație Componente: Unitate de includere Obligatoriu Rezervor parafină Obligatoriu Dispenser parafină Manual sau controlat electronic Suprafață de lucru Cu încălzire Suport casete / matrice Cu încălzire Iluminare LED/Halogen Anexă de răcire Placă rece pentru solidificarea parafinei Unitate de includere Tip echipament Stație de includere în parafină Temperatură parafină Reglabilă, până la $\geq 65^{\circ}\text{C}$ Control temperatură Electronic Capacitate de includere ≥ 70 casete/blocuri simultan Capacitate rezervor ≥ 2 litri Suprafață de lucru Încălzită, temperatură reglabilă Dispenser parafină Flux controlat prin pedală sau automat Anexă de răcire Tip anexă Placă de răcire pentru parafină Temperatură de lucru minim $-8^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ Suprafață utilă Mai multe blocuri simultan Control temperatură Automat Capacitate de răcire blocuri cel puțin 50 blocuri / casete / forme Stabilitate termică Obligatoriu Funcționalități utile Reglaj independent temperaturi Rezervor, suprafață lucru, suporturi Curățare ușoară Suprafețe netede, accesibile Operare intuitivă Comenzi simple, afișaj clar Funcționare continuă Potrivită pentru lucru zilnic Compatibilitate Casete și matrițe standard Sursă de alimentare 220V, 50 Hz	Vezi Anexa 1 la Lotul 5	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articol	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8	10
3310 0000-1	25	Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice	Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice		Italia	Medi Diagnostici	Tip echipament: Dulap/modul profesional pentru arhivare lame histologice Metal vopsit electrostatic sau oțel anticoroziv Sertare compartimentate pentru lame, standard 26×76 mm Capacitatea minim 5000 lame Minim 10 sertare Sertare cu glisare silențioasă Suprafețe rezistente la dezinfectanți de laborator Sistem anti-răsturnare Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni	Vezi Anexa 1 la Lotul 25	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel** În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Anexa 1 – Specificație tehnică

Lot 5 - Stație de includere în parafină cu anexă de răcire **marca Leica Biosystems, model Arcadia H+C**

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de ofertant
Stație de includere în parafină cu anexă de răcire	
Descriere Stația de includere în parafină cu anexă de răcire este un echipament utilizat în laboratoarele de anatomie patologică pentru prelucrarea probelor biologice. Aceasta permite impregnarea și includerea țesuturilor în parafină topită, facilitând obținerea de blocuri solide pentru secționare microscopică. Anexa de răcire asigură solidificarea rapidă a parafinei, contribuind la păstrarea structurii tisulare și la creșterea eficienței fluxului de lucru în laborator.	Stație de includere în parafină cu anexă de răcire marca Leica Biosystems, model Arcadia H+C Vezi atașată broșură pag 3, REF. 1
Componente	Componente
Unitate de includere Obligatoriu	Unitate de includere în parafină Vezi atașat IFU Arcadia H pag 1, REF. 2
Rezervor parafină Obligatoriu	Rezervor parafină Vezi atașat IFU Arcadia H pag 14, REF. 3 și pag 22, REF 4.
Dispenser parafină Manual sau controlat electronic	Dispenser parafină Manual Vezi atașat IFU Arcadia H pag 22, REF 5.
Suprafață de lucru Cu încălzire	Suprafață de lucru cu încălzire Vezi atașat IFU Arcadia H pag 23, REF 6.
Suport casete / matrice Cu încălzire	Suport casete / matrice cu încălzire Vezi atașat IFU Arcadia H pag 25, REF 7.
Iluminare Iluminare LED/Halogen	Iluminare LED Vezi atașat IFU Arcadia H pag 26, REF 8.
Anexă de răcire Placă rece pentru solidificarea parafinei	Placă rece pentru solidificarea parafinei este parte integrantă din zona de lucru. Vezi atașat IFU Arcadia H pag 23, REF 9.
Specificații tehnice - unitate de includere	Specificații tehnice - unitate de includere
Tip echipament Stație de includere în parafină	Stație de includere în parafină Vezi atașat IFU Arcadia H pag 1, REF. 2
Temperatură parafină Reglabilă, până la $\geq 65^{\circ}\text{C}$	Superior: Temperatură parafină reglabilă între 50°C și 75°C , în trepte de 1°C Vezi atașat IFU Arcadia H pag 23, REF. 6
Control temperatură Electronic	Control temperatură electronic, prin intermediul panoului de control Vezi atașat IFU Arcadia H pag 28, REF. 10
Capacitate de includere ≥ 70 casete/blocuri simultan	Capacitate de includere Tavă pentru casete: max. 150 de casete de histologie, cu dimensiuni standard (40 x 27 mm) Tavă pentru matrițe de incluziune: max. 500 matrițe de incluziune Vezi atașat IFU Arcadia H pag 16, REF. 11
Capacitate rezervor ≥ 2 litri	Capacitate rezervor maxim 4 litri Vezi atașat IFU pag 16, REF. 11
Suprafață de lucru Încălzită	Intervalul de temperatură al casetei și al tăvii matriței de incluziune, al zonei de lucru și al rezervorului de parafină ajustabil de la 50°C la 75°C

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de ofertant
	Vezi atașat IFU Arcadia H pag 15, REF. 12
temperatură reglabilă	Da, temperatură reglabilă Vezi atașat IFU Arcadia H pag 15, REF. 12
Dispenser parafină Flux controlat prin pedală sau automat	Dispenser parafină Manual Vezi atașat IFU Arcadia H pag 22, REF 5.
Specificații tehnice – anexă de răcire	Specificații tehnice – anexă de răcire
Tip anexă Placă de răcire pentru parafină	Placă de răcire pentru parafină model Arcadia C Vezi atașat IFU Arcadia C pag 1, REF 13.
Temperatură de lucru minim -8°C ±3°C	Fiecare producător funcție de tehnica constructivă a echipamentului produs, funcționează la o temperatură optimă pentru prelucrarea în cele mai bune condiții a blocului de parafină. Pentru producătorul Leica Biosystems, această temperatură este -6°C. Modulul de control adaptiv la mediul înconjurător se asigură că temperatura de lucru este stabilizată întotdeauna la -6 °C Vezi atașat IFU Arcadia C pag 14, REF 14
Suprafață utilă Mai multe blocuri simultan	Suprafața de răcire cu dimensiuni generoase poate îngloba aproximativ 65 de blocuri. Vezi atașat IFU Arcadia C pag 14, REF 15
Control temperatură Automat	Modulul de control adaptiv la mediul înconjurător se asigură că temperatura de lucru este stabilizată întotdeauna la -6 °C Vezi atașat IFU Arcadia C pag 14, REF 14
Capacitate de răcire blocuri cel puțin 50 blocuri / casete / forme	Suprafața de răcire cu dimensiuni generoase poate îngloba aproximativ 65 de blocuri casete / forme. Vezi atașat IFU Arcadia C pag 14, REF 15
Stabilitate termică Obligatoriu	Modulul de control adaptiv la mediul înconjurător se asigură că temperatura de lucru este stabilizată întotdeauna la -6 °C Vezi atașat IFU Arcadia C pag 14, REF 14
Funcționalități utile	Funcționalități utile
Reglaj independent temperaturi Rezervor, suprafață lucru, suporturi	Da, reglaj independent temperaturi Rezervor, suprafață lucru, suporturi Vezi atașat IFU Arcadia H pag 28, REF. 10
Curățare ușoară Suprafețe netede, accesibile	Curățare ușoară Suprafețe netede, accesibile Vezi atașat IFU Arcadia C pag 23, REF 16 Vezi atașat IFU Arcadia H pag 34, REF 17
Operare intuitivă Comenzi simple, afișaj clar	Operare intuitivă Comenzi simple, afișaj clar prin intermediul panoului de control Vezi atașat IFU Arcadia H pag 28, REF. 10
Funcționare continuă Potrivită pentru lucru zilnic	Funcționare continuă Potrivită pentru lucru zilnic Vezi atașat IFU Arcadia H pag 32, REF. 18
Compatibilitate Casete și matrițe standard	Compatibilitate Casete și matrițe standard Vezi atașat IFU Arcadia H pag 16, REF. 11
Sursă de alimentare 220V, 50 Hz	Sursă de alimentare 220V, 50 Hz Vezi atașat IFU Arcadia H pag 16, REF. 19

Anexa 1 – Specificație tehnică

Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice marca Medi Diagnostici, model MD-5205-14

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de ofertant
Tip echipament: Dulap/modul profesional pentru arhivare lame histologice	Unitate metalica cu 14 sertare MD-5205-14, Vezi atașat broșură pag. 3 REF. 1
Metal vopsit electrostatic sau oțel anticoroziv	Realizat din metal vopsit electrostatic. Vezi atașat broșură pag. 3 REF. 3
Sertare compartimentate pentru lame, standard 26×76 mm	Sertare compartimentate pentru lame, standard 26×76 mm Vezi atașat broșură pag. 3 REF. 4
Capacitatea minim 5000 lame	Unitate destinată pentru stocarea verticala a aproximativ 5.600 lame microscop (inaltime 140mm)
Minim 10 sertare Sertare cu glisare silențioasă	Unitate metalica cu 14 sertare dotate cu ABS. Vezi atașat broșură pag. 3 REF. 2
Suprafețe rezistente la dezinfectanți de laborator	Realizat din metal vopsit electrostatic, rezistent la dezinfectanți de laborator. Vezi atașat broșură pag. 3 REF. 3
Sistem anti-răsturnare	Dulapul de stocare are ca suport o bază care împiedică răsturnarea. Vezi atașat broșură pag. 3 REF. 5
Anul producerii minim 2025	Anul producerii va fi minim 2025.
Garanție minim 24 luni	Perioada de garanție va fi de 24 de luni de la instalare.