

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

|                                                                                                                                                      |                                                                        |                             |                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: 21065130, din 24/11/2022                                                                                            |                                                                        |                             |                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data:24/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alternative nu sunt    |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 |                                                                        |                             |                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lot: 105; 109; 110; 114; 144; 151; 181; 207; 256; 257;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pagina 1 din 1         |
|                                                                                                                                                      |                                                                        |                             |                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Nr. Lot                                                                                                                                              | Denumirea bunurilor                                                    | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul                            | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde de referință |
| #                                                                                                                                                    | 1                                                                      | 2                           | 3               | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                      |
| 105                                                                                                                                                  | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | AL-080239.V001              | Turcia          | Meditera Tibbi Malzemeler A.Ş. / ALTECH | adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISO, CE                |
| 109                                                                                                                                                  | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult                              | 238 01                      | Turcia          | MEDBAR                                  | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO, CE                |
| 110                                                                                                                                                  | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice.                        | 238 03<br>238 04            | Turcia          | MEDBAR                                  | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO, CE                |
| 114                                                                                                                                                  | Husă pt tub camera video sterila                                       | 202 01                      | Turcia          | MEDBAR                                  | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO, CE                |
| 144                                                                                                                                                  | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator                          | 205 02                      | Turcia          | MEDBAR                                  | Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permane pe altă parte - perie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permane pe altă parte - perie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO, CE                |
| 151                                                                                                                                                  | Prelungitor pentru tubul endotraheal I-180mm                           | AL-17300.V001               | Turcia          | Meditera Tibbi Malzemeler A.Ş. / ALTECH | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO, CE                |
| 181                                                                                                                                                  | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti                  | AL-11019-060.V002           | Turcia          | Meditera Tibbi Malzemeler A.Ş. / ALTECH | Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; conectiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj individual; Clinic curat. | Circuit de respirație (echivalent cu Compact II), p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; conectiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj individual; Clinic curat. | ISO, CE                |

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor                                           | Denumirea modelului bunului                                  | Țara de origine    | Producătorul                            | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                              | Standarde de referință |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 207     | Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee | 229 02                                                       | Turcia             | MEDBAR                                  | Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml.                                                                                                 | Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, cu gradatie/volum pina la 25 ml.                                                                       | ISO, CE                |
| 256     | Test fluorescein                                              | BioGlo™<br>Fluorescein<br>Sodium<br>Ophthalmic<br>Strips USP | Polonia /<br>India | MDT / Madhu<br>Instruments Pvt.<br>Ltd. | Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotungite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hîrtie absorbantă, impregnată cu colorant. | Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotungite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hîrtie absorbantă, impregnată cu colorant. | ISO, CE                |
| 257     | Test Schirmer                                                 | TearFlo™ Sterile<br>tear flow strips<br>(Schirmer test)      | Polonia /<br>India | MDT / Madhu<br>Instruments Pvt.<br>Ltd. | Benzi de testare Schirmer: confecționate din hîrtie filtru special, cu lățimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradație milimetrică.                                                                                 | Benzi de testare Schirmer: confecționate din hîrtie filtru special, cu lățimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradație milimetrică.                                                                                 | ISO, CE                |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova