

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1572331415774		Data: „04” decembrie 2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Consumabile medicale pentru anul 2020”		Lot: 92	Pagina: 1 din 2

Nr.Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
Lot 92	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide	High risk liquid penetration Surgical Spine pack Sterile (4 layer SMMS)	Turcia	Goksel	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc, din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de	Componența setului cu performanța superioară în comparative cu cea solicitată – 4 straturi SMMS : Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMMS 4 straturi. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMMS 4straturi. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 4 straturi SMMS 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc, din SMMS; • Material SMMS 4 straturi pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 4straturi SMMS 160x270	8



						incizie, impregnate in tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H₂O/cm² • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H₂O/cm²	cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H₂O/cm² • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMMS • Material SMMS 4 straturi pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H₂O/cm²
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Oferantul: MedPunkt SRL, mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11-59

