

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1722423665348 din 06.09.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 05.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722423665348 din 06.09.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data de 13.02.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 05.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1722423665348 din 06.09.2024				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Plasma de control normal 4 parametri	Plasma de control normal 4 parametri	61007 COAGULATION CONTROL LEVEL I	Spania	Biosystems	Plasma de control normal 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml	"IFU_Coagulation.pdf": Plasma de control normal 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj 4 flacoane x1ml	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700178
38	Plasma de control patologică 4 parametri	Plasma de control patologică 4 parametri	61008 COAGULATION CONTROL LEVEL II	Spania	Biosystems	Plasma de control patologică 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml	"IFU_Coagulation.pdf": Plasma de control patologică 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj 4 flacoane x1ml	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700179
81	D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control	D-dimeri, fast test kit cantitativ	*** Test pentru determinarea "D-Dimer" (cutie 25 teste)	China	Lansionbio	D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență fast-test. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %.	"D-Dimer-20190603.pdf": D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență fast-test. Componenta setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000500639
81	D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control	Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ	*** Controlul calitatii (pentru D-Dimer)	China	Lansionbio	Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Ddimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot.	"D-Dimer-20190603.pdf": Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Ddimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000500639

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiața Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722423665348 din 06.09.2024													
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025													
Nr. Lot	Denumire Lot		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	1.38	Plasma de control normal 4 parametri	Plasma de control normal 4 parametri	ml	812	54.36	65.23	44 140.32	52 966.76	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33600000-6	-	-
38	1.39	Plasma de control patologică 4 parametri	Plasma de control patologică 4 parametri	ml	769	54.36	65.23	41 802.84	50 161.87	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33600000-6	-	-
81	1.82	D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control	D-dimeri, fast test kit cantitativ	Bucată	9100	62.93	75.52	572 663.00	687 232.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33600000-6	-	-
81	1.82	D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control	Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ	set	26	243.55	292.26	6 332.30	7 598.76	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33600000-6	-	-
							TOTAL Oferta	664 938.46	797 959.39				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1722423665348 din 06.09.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului
- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
- Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. (la livrare).

Data completării: 05.09.2024

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)