

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758550709607 din 19 nov 2025, 16:07 - 10 dec 2025, 16:07

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.23)

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servic iului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00- 1	1	Dispozitiv pentru reprocesarea automata a endoscoapelor	MEDIVAT ORS-ISA	Italia	Cantel	Descriere: Concepute pentru a dezinfecta și steriliza folosind un sistem automat de spălare și curățare a endoscopului. a) Static pe podea sau masa b) Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: - Curățirea/Spălarea - Clătirea - Dezinfecția - Clătirea - Clătirea finală - Uscarea canalelor c) In caz de necesitate să fie posibil de adăugat o etapa adițională de pre curățire. d) Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat. e) Verificarea și detectarea automata a scurgerilor endoscopului să fie efectuată pe parcursul întregului ciclul de dezinfecție. f) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: ≤ 30 min g) Tipuri agenți anti microbieni: Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) h) Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți	MEDIVATORS-ISA (Steris/Cantel) a) Static pe podea sau masa , <i>Da static pe podea, isa.pdf</i> b) Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: - Curățirea/Spălarea - Clătirea - Dezinfecția - Clătirea - Clătirea finală - Uscarea canalelor DA, toate etapele, mo.pdf, pag 2 c) In caz de necesitate să fie posibil de adăugat o etapa adițională de pre curățire. Da, isa.pdf, pag3, double cleaning d) Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat. DA, mo.pdf, pag 12, control of flow rates e) Verificarea și detectarea automata a scurgerilor endoscopului să fie efectuată pe parcursul întregului ciclul de dezinfecție. Da, mo.pdf, pag 2, leak test (with monitoring throughout the entire cycle) f) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: ≤ 30 min, Da, 20min, mo.pdf, pag 2 g) Tipuri agenți anti microbieni: Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Da, Acid peracetic, isa.pdf – pag 3	DM000197378

					i) Rezervor, $l \geq 9$ litri j) Variația de temperatura ≤ 45 grade k) Încărcarea detergent Automata l) Alarma Automata m) Stand pe roți, opțional”. n) Auto dezinfectare o) Endoscoape per ciclu ≥ 1 p) Soluții de dezinfecție pentru minim 100 cicluri depline. q) Cel puțin 5 canale, la care se poate de conectat endoscoapele. r) Sistem de prefiltrare a apei. s) Imprimanta externă. t) Compresor de aer, în cazul în care dispozitivul are nevoie de compresor pentru funcționare. u) Include în preț deservirea și piesele necesare pentru 4 ani.	h) Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Da, compatibil.pdf, este prezentata lista complete de compatibilitate cu endoscoapele i) Rezervor, $l \geq 9$ litri Da, >30L, basin.pdf j) Variația de temperatura ≤ 45 grade Da, 20-40 grade, isa.pdf, pag 2, reprocessing at 20° C to 40° C k) Încărcarea detergent Automata Da, calibrari.pdf l) Alarma Automata Da, mo.pdf, pag 1, Acoustic and visual alarm signals m) Stand pe roți, opțional”. Da, pe roti cu posibilitate de blocare, ISA.pdf, pag 1 n) Auto dezinfectare Da, mo.pdf, pag 2, Auto-Disinfection o) Endoscoape per ciclu ≥ 1 Da, 1 endoscop p) Soluții de dezinfecție pentru minim 100 cicluri depline. Da, ISASPOR, 2 seturi q) Cel puțin 5 canale, la care se poate de conectat endoscoapele. Da, pana la 7 canale, monitorizate independent r) Sistem de prefiltrare a apei. Da, filtre.pdf s) Imprimanta externă. Imprimanta integrata, pentru comoditate. La necesitate, poate fi folosita si imprimanta externa t) Compresor de aer, în cazul în care dispozitivul are nevoie de compresor pentru funcționare. Da u) Include în preț deservirea și piesele necesare pentru 4 ani. Da, 4 ani de garantie deplina, inclusive toate piesele pentru mentenanta preventiva.	
--	--	--	--	--	--	--	--

331 000 00- 1	5	Sistem de video Gastro- colonoscopie	GIF-H170 + CF-H170L + CV-170		1) VIDEOGASTROSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD b) Camp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adancimea campului vizual (minim): 3-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile, care pot seta minim urmatoarele functii: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - cronometru- opțional - balansul de alb - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa- opțional g) Canal instrumentar: $\geq 2,8$ mm h) Diametru tubului de insertie: $\leq 9,8$ mm j) Lungimea de lucru: ≥ 1000 mm k) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare 2. VIDEOCOLONOSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD b) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce	Da, GIF-H170 a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD Da, HDTV, gif-H170.pdf b) Camp de vedere (minim): 140° Da, 140, gif-H170.pdf, pag 2, Field of view c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da, NBI, gif-h170.pdf, pag 2, NBI.pdf d) Adancimea campului vizual (minim): 3-100 mm Da, 2-100, gif-H170.pdf, pag 2, <i>Depth of field</i> e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° Da, 210/90-100/100, gif-H170.pdf, pag 2, Angulation f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile, care pot seta minim urmatoarele functii: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - cronometru- opțional - balansul de alb - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa- opțional Da, 4 butoane, comut.pdf, Freeze, Release, Capture, NBI, Cronometru, white balance, DVR, PUMP g) Canal instrumentar: $\geq 2,8$ mm Da, 2.8mm, gif-H170.pdf, pag 2, Channel diameter h) Diametru tubului de insertie: $\leq 9,8$ mm	DM000659727 DM000659723 DM000659725
------------------------	---	--	--	--	---	---	---

					duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei c) Camp de vedere (minim): 140° d) Adancimea campului vizual (minim): 4-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functiile setate: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa g) Canal instrumental: >=3,7 mm h) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri i) Diametru exterior al tubului de insertie: <=13,2 mm k) Cu functie de rigidizare in trepte a tubului de insertie, ce da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe manerul de control al endoscopului l) Lungimea de lucru: >=1600 mm m) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare 4. VIDEOPROCESSOR CU SURSA DE LUMINA – 1 BUC. a) Unitate compacta videoprocessor cu sursa de lumina-integrat sau separat b) Posibilitate de configurare a limbii Romane sau Ruse; c) Procesor imagine de inalta definitie	Da, 2.8mm, gif-H170.pdf, pag 2, Outer diameter j) Lungimea de lucru: >=1000 mm Da, 2.8mm, gif-H170.pdf, pag 2, working lenght k) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare Da, gif-H170.pdf, pag 2, waterproof connector CF-H170L, Olympus a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD Da, HDTV, cf-h170L.pdf, pag 1, HDTV b) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da, NBI, cf-h170.pdf, pag 2, NBI.pdf c) Camp de vedere (minim): 140° Da, CF-H170.pdf, pag 2, Field of view d) Adancimea campului vizual (minim): 4-100 mm Da, 2-100, CF-H170.pdf, pag 2, Depth of field e) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160° Da, 180/180-160/160 CF-H170.pdf, pag 2, Angulation f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functiile setate: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video	
--	--	--	--	--	--	--	--

					(HDTV sau HD) cu rezolutie nu mai mica de 1920x1080pixeli (1080p) d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei e) Cu iesire pentru semnal: VBS composite, Y/C si RGB, HD-SDI, DVI f) Memorie externa, conectare USB g) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele h) Iris automat i) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare (minim): + 8 pasi j) Posibilitatea de etalonare automata de alb k) Reglarea automata a amplificarii (AGC) l) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut) m) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice n) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran o) Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice p) Posibilitate de zoom electronic q) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor r) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificare ale endoscopului s) Afişarea datelor de pacient t) Posibilitatea de pre-inregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienti (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) u) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 10 de utilizatori v) Cu tastatura pt. introducerea datelor cu tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice w) Lampa examinare cu LED sau XENON (echivalent 250Watt Xenon) x) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare pentru posibilitatea de	- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa Da, 4 butoane, comut.pdf, Freeze, Release, Capture, NBI, Cronometru, white balance, DVR, PUMP g) Canal instrumental: $\geq 3,7$ mm Da, 3.7mm, CF-H170.pdf, pag 2, Channel diameter h) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri Da, CF-H170.pdf, pag 2, Auxiliary water channel i) Diametru exterior al tubului de insertie: $\leq 13,2$ mm Da, 12.8mm, CF-H170.pdf, pag 2, Outer diameter k) Cu functie de rigidizare in trepte a tubului de insertie, ce da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe manerul de control al endoscopului Da, CF-H170.pdf, pag 1-2, Variable stiffness l) Lungimea de lucru: ≥ 1600 mm Da, 1680mm, CF-H170.pdf, pag 2, Working Length m) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare Da, CF-H170.pdf, pag 2, waterproof connector CV-170 a) Da, Unitate compacta videoprocessor cu sursa de lumina-integrata. Optera.pdf, pag 1-2 b) Posibilitate de configurare a limbii Romane sau Ruse; Da, limba romana si rusa, um.pdf, pag 80 c) Procesor imagine de inalta definitie (HDTV sau HD) cu rezolutie nu mai mica de 1920x1080pixeli (1080p)	
--	--	--	--	--	--	--	--

					cromendoscopie y) Ajustare automata a luminozitatii in minim 13 pasi z) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte aa) Posibilitatea de conectarea a capului de camera chirurgical pentru a fi folosit in chirurgie laparoscopica cu telescop. Specificarea capului de camera compatibil. 5. ASPIRATOR ENDOSCOPIC – 1 BUC. a) Cu borcan de minim 2 L, autoclavabil b) Cu filtru microbacterian (minim 5 buc.) c) Volum de aspiratie: >=20L/min 6. TESTER DE HERMETICITATE – 1 BUC. 7. MONITOR – 1 BUC. a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 26-inch b) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080px c) Intrare semnal de la videoprocesor d) Unghi de vedere minim - 178°/178° 8. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC. a) Compatibil cu echipamentul oferit b) Cu brat cu 2 sectiuni mobile pe 2 axe(sus/jos, dreapta/stanga) pt. fixarea monitorului in pozitia comoda pentru doctor in timpul procedurii. c) Cu suport pt. tasta d) Cu suport pt. 2 endoscoape e) Prevazut cu roti blocabile f) Cu transformator de izolare la care se conecteaza toate dispozitivele de pe troliu, ce previne electrocutarea pacientilor sau a personalului medical in timpul procedurii 10. Utilajul sa fie nou si neutilizat 11. Anul de productie: 2025 12. Certificat de la producator, privind pregatirea inginerilor sa instaleze, deserveasca si repare utilajul propus. 13. Manual de utilizare si reprocesare in limba de stat. 13. Garantarea posibilitatii reparatiei si a pieselor de schimb, pentru cel putin 8 ani de la punerea in functiunea.	Da, HDTV, optera.pdf, pag.2,3 d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da, NBI, optera.pdf, pag. 4 e) Cu iesire pentru semnal: VBS composite, Y/C, RGB, HD-SDI, DVI Da, Y/C, RGB, HD-SDI, DVI, optera.pdf, pag 7, Analog SDTV, HDTV, Digital Signal Output f) Memorie externa, conectare USB, Da, USB, in fata, optera.pdf, pag 7, Portable Memory g) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele Da, cvum.pdf, pag 323, Comutarea modurilor de imbunatatire h) Iris automat Da, cvum.pdf, pag 323, IRIS i) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare (minim): + 8 pasi Da, cvum.pdf, pag 322, Ajustare tonuri culori j) Posibilitatea de etalonare automata de alb Da, cvum.pdf, pag 177-178, ajustare balans de alb k) Reglarea automata a amplificarii (AGC) Da, cvum.pdf, pag 323, AGC l) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut) Da, cvum.pdf, pag 323, Contrast m) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice Da, cvum.pdf, pag 323, Dimensiune imagine n) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran Da, cvum.pdf, pag 323, Freeze o) Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice Da, Pre-freeze, optera.pdf, pag 4 p) Posibilitate de zoom electronic Da, cvum.pdf, pag 322, Zoom electronic	
--	--	--	--	--	---	---	--

						q) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor Da, cvum.pdf, pag 77, <i>Switch Pressets</i> r) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificarea ale endoscopului Da, cvum.pdf, pag 284, <i>Cipul de memorie</i> s) Afişarea datelor de pacient Da, cvum.pdf, pag 323, t) Posibilitatea de pre-inregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienti (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) Da, cvum.pdf, pag 325, <i>Date Pacient</i> u) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 10 de utilizatori Da, 20 utilizatori, cvum.pdf, pag 326, <i>User Settings</i> v) Cu tastatura pt. introducerea datelor cu tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice Da, cvum.pdf, pag 331, w) Lampa examinare cu LED sau XENON (echivalent 250Watt Xenon) Da, echivalentul xenon 300W x) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare pentru posibilitatea de cromendoscopie Da, NBI, optera.pdf y) Ajustare automata a luminozitatii in minim 13 pasi Da, cvum.pdf, pag 326, <i>Ajustarea luminozitatii</i> z) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte Da, cvum.pdf, pag 326, <i>Alimentarea cu aer</i> aa) Posibilitatea de conectarea a capului de camera chirurgical pentru a fi folosit in chirurgie laparoscopica cu telescop. Specificarea capului de camera compatibil. Da, “camera head.pdf”, pag 3, <i>compatible with existing scopes</i> ASPIRATOR ENDOSCOPIC Da, 28190, aspirator.pdf a) Cu borcan de minim 2 L, autoclavabil Da, 2L, 28294, borcan.pdf b) Cu filtru microbacterian (minim 5 buc.) Da, 5 buc c) Volum de aspiratie: $\geq 20\text{L/min}$	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Da, 36L/min, aspirator.pdf TESTER DE HERMETICITATE Da, MB-155 MONITOR – ME2701, monitor.pdf a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 26-inch Da, 27”, monitor.pdf, pag 2, panel size b) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080px Da, Full HD, monitor.pdf, pag 2 c) Intrare semnal de la videoprocesor Da d) Unghi de vedere minim - 178°/178° Da, 178/178, monitor.pdf, pag 2 TROLIU ENDOSCOPIE –Da, TC-C4, troliu.pdf a) Compatibil cu echipamentul oferit Da b) Cu brat cu 2 sectiuni mobile pe 2 axe(sus/jos, dreapta/stanga) pt. fixarea monitorului in pozitia comoda pentru doctor in timpul procedurii. Da, MAJ-2147, troliu.pdf, pag 3 c) Cu suport pt. tasta Da, MAJ-2146, troliu.pdf, pag 3 d) Cu suport pt. 2 endoscoape Da, MAJ-1684, troliu.pdf, pag 3 e) Prevazut cu roti blocabile Da, troliu.pdf, pag 2 f) Cu transformator de izolare la care se conecteaza toate dispozitivele de pe troliu, ce previne electrocutarea pacientilor sau a personalului medical in timpul procedurii Da, Separation transformer, troliu.pdf, pag 2 10. Utilajul sa fie nou si neutilizat Da 11. Anul de productie: 2025 Da, 2025/2026 12. Certificat de la producator, privind pregatirea inginerilor sa instaleze, deserveasca si repare utilajul propus. Da 13. Manual de utilizare si reprocesare in limba de stat. Da, la livrare 13. Garantarea posibilitatii reparatiei si a pieselor de schimb, pentru cel putin 8 ani de la punerea in functiunea.	
--	--	--	--	--	--	--	--

							Da, de la producator	
331 000 00- 1	6	Holter EKG cu 3 canale	Clickholter + Cubeholter WS	Italia	Cardioline	Configurație: Holter EKG cu 3 canale, husă de protecție cu clemă pentru curea, card micro SD, cablu USB, centură de gât durată de înregistrare minim 7 zile rată de eşantionare de ≥ 1000 Hz cu posibilitatea de alegere a ratei de esantionare rata de stocare de 250 Hz microfon încorporat pentru înregistrarea detaliilor pacientului afisaj LED vizualizare pe ecranul holterului EKG a celor 3 derivatii simultan baterie reîncărcabilă cu încărcător optiunea de a alege cablu cu 5sau 7 fire Analiza și detectarea pacemakerului minim 2 butoane de navigare sau minim buton multifuncțional cu posibilitate de navigare Indicator LED care indica starea dispozitivului Posibilitatea de testare a conexiunii pentru fiecare canal Program de interpretare cu licența și cheile de acces inclusă Posibilitatea de introducere a urmatoarelor date ale pacientului: ID, Data de nastere, Varsta, Nume, Prenume, Sexul pacientului, Greutatea, Nr. de telefon/ comentarii. Analiza aretmiilor Analiza QT, Analiza ST Mod de revizuire a semanlului pe intreaga perioada de timp capabilități de detectare de bază AF bazate pe intervale RR Funcționalitate de analiză a bățăilor inimii; Analiza domeniului de timp HRV; Analiza undelor de puls și măsurători spot”	Model: Clickholter+Cubeholter WS, Cardioline, Italia Configurație: Holter EKG cu 3 canale, husă de protecție cu clemă pentru curea, memorie interna, cablu USB, centură durată de înregistrare minim 7 zile rată de eşantionare de ≥ 96000 Hz cu posibilitatea de alegere a ratei de esantionarerata de stocare de 250 sau 500 Hz microfon încorporat pentru înregistrarea detaliilor pacientului afisaj LED vizualizare pe ecranul holterului EKG a celor 3 derivatii simultan baterie reîncărcabilă cu încărcător optiunea de a alege cablu cu 5sau 7 fire Analiza și detectarea pacemakerului minim 2 butoane de navigare sau minim buton multifuncțional cu posibilitate de navigare Indicator LED care indica starea dispozitivului Posibilitatea de testare a conexiunii pentru fiecare canal Program de interpretare (Cubeholter WS) cu licența și cheile de acces inclusă Posibilitatea de introducere a urmatoarelor date ale pacientului: ID, Data de nastere, Varsta, Nume, Prenume, Sexul pacientului, Greutatea, Nr. de telefon/ comentarii. Analiza aretmiilor Analiza QT, Analiza ST Mod de revizuire a semanlului pe intreaga perioada de timp capabilități de detectare de bază AF bazate pe intervale RR Funcționalitate de analiză a bățăilor inimii; Analiza domeniului de timp HRV; Analiza undelor de puls și măsurători spot”	DM000499861 DM000499863
331 000 00- 1	7	Holter Tensiune Arteriala	Walk200B	Italia	Cardioline	Configuratie să conțină minim: Manșetă mărimea M, husă cu curea de umăr și talie,Cablu USB la PC Baterii reîncarcabile cu încărcător/ stație de încărcare Posibilitatea de a alege intervalul de masurare a tensiunii Metoda de măsurare oscilometric minim 2 butoane de navigare sau buton	Model: Walk200B, Cardioline, Italia Configuratie să conțină minim: Manșetă mărimea M, husă cu curea de umăr și talie, Cablu USB la PC Baterii reîncarcabile cu încărcător/ stație de încărcare Posibilitatea de a alege intervalul de masurare a tensiunii	DM000499876

						multifuncțional Diapazonul de masurare a tensiunii 25-300 mmHg Diapazonul de masurare a batailor inimii minim 40-240 bpm Interval de masurare 5-120 min Posibilitatea ca pacientul sa initieze manual o masurare Program de interpretare cu licența și cheile de acces inclusă: Funcționalitate de afișare a trendului tensiunii arteriale (Trend BP) – sau echivalent; Funcționalitate de afișare a histogramei valorilor de tensiune arterială (Histograma BP) – sau echivalent”.	Metoda de măsurare oscilometric minim 2 butoane de navigare sau buton multifuncțional Diapazonul de masurare a tensiunii 0-300 mmHg Diapazonul de masurare a batailor inimii minim 30-240 bpm Interval de masurare 5-120 min Posibilitatea ca pacientul sa initieze manual o masurare Program de interpretare cu licența și cheile de acces inclusă: Funcționalitate de afișare a trendului tensiunii arteriale (Trend BP) – sau echivalent; Funcționalitate de afișare a histogramei valorilor de tensiune arterială (Histograma BP) – sau echivalent”.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**