



NITECH s.r.l.

Str. Grenoble, nr. 106a, mun. Chișinău  
Tel: (+373) 22 92 02 20; Fax: (+373) 22 63 28 61  
Mobil: 079920220; e-mail: office@nitech.md; www.nitech.md



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1765200071131

Data: 08.12.2025

Achiziționarea reactive și consumabile medicale în realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și Denumirea licitației: autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat)

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumire Lot                               | Denumirea poziției                         | Modelul articolului                 | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standarde de referință |
|------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          |         | 2                                          |                                            | 3                                   | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                      |
| 33100 00-1 | 22      | Filtru, tip I                              | Filtru, tip I                              | FILTER 293MM DAWP                   | Franta          | Merck        | Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din singe.<br>Proprietăți:<br>a) filtru tip – 0,65µm DAWP;<br>b) diametrul filtrului – 293 mm;<br>c) compatibil cu tehnologia existentă Millipor<br>Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”.<br>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. | Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din singe.<br>Proprietăți:<br>a) filtru tip – 0,65µm DAWP;<br>b) diametrul filtrului – 293 mm;<br>c) compatibil cu tehnologia existentă Millipor<br>Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”.<br>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. | ISO                    |
| 33100 00-1 | 21      | Filtru, tip III                            | Filtru, tip III                            | DURAPORE .22U WH PL 293MM           | Franta          | Merck        | Destinația: pentru realizarea procesului de filtrație sterilă a preparatelor biomedicale din singe.<br>Proprietăți:<br>a) filtru cu membrană Durapor;<br>b) tip – 0,22µm GVWP;<br>c) diametrul – 293 mm;<br>d) compatibil cu tehnologia existentă Millipore<br>Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.                                                                 | Destinația: pentru realizarea procesului de filtrație sterilă a preparatelor biomedicale din singe.<br>Proprietăți:<br>a) filtru cu membrană Durapor;<br>b) tip – 0,22µm GVWP;<br>c) diametrul – 293 mm;<br>d) compatibil cu tehnologia existentă Millipore<br>Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.                                                                 | ISO                    |
| 33100 00-1 | 24      | Filtru pentru ultrafiltrare a apei, tip I  | Filtru pentru ultrafiltrare a apei, tip I  | 22" ION-EX TP CARTRIDGE             | Franta          | Merck        | Destinația: pentru ultrafiltrare a apei conform tehnologiei existente.<br>Proprietăți:<br>Compatibil cu sistemul Super Q;<br>Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0);<br>Număr de catalog - CMPB02202.<br>Forma de ambalare: livrate în cutie a cite 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.                                                                                                                                          | Destinația: pentru ultrafiltrare a apei conform tehnologiei existente.<br>Proprietăți:<br>Compatibil cu sistemul Super Q;<br>Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0);<br>Număr de catalog - CMPB02202.<br>Forma de ambalare: livrate în cutie a cite 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.                                                                                                                                          | ISO, CE                |
| 33100 00-1 | 23      | Filtru pentru ultrafiltrare a apei, tip II | Filtru pentru ultrafiltrare a apei, tip II | DURAPORE 0.2UM 20" CDO Fluoroelasto | Franta          | Merck        | Destinația: pentru ultrafiltrare a apei conform tehnologiei existente.<br>Proprietăți:<br>Compatibil cu sistemul Super Q;<br>Durapore Carridge 0.22 pm<br>Forma de ambalare: livrate în cutie a cite 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.                                                                                                                                                                                         | Destinația: pentru ultrafiltrare a apei conform tehnologiei existente.<br>Proprietăți:<br>Compatibil cu sistemul Super Q;<br>Durapore Carridge 0.22 pm<br>Forma de ambalare: livrate în cutie a cite 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare.<br>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;<br>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.                                                                                                                                                                                         | ISO, CE                |

Valabilitatea ofertei: 160 zile  
Nume, Prenume: Oleg Jorovlea  
In calitate de: Administrator  
Ofertantul: NITECH SRL