

Specificații tehnice (F4.2)								
Numărul licitației: 21374604/ocds-b3wdp1-MD-1741089221870 din 25.03.2025								
Denumirea licitației: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2025								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lot Nr. 1 Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)								
3310000 0-1	1,1	Componenta tibiala cimentata.	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tije și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tije Fixarea insertului de polietilenă pe tije să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta ; -Modalitatea de implantare cimentată; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de Titan - PG 2 CMA BASEPLATE; • respecta forma anatomica a tibiei - PG 1,2,3 CMA BASEPLATE; • universală stanga/ dreapta - PG 3 CMA BASEPLATE; • Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale - PG 3 CMA BASEPLATE; • Componenta tibiala prezinta posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii - PG 2, 3 CMA BASEPLATE;• Profilul platoului tibial simetric si se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - PG PG 3 CMA BASEPLATE;• Prezinta modularitate, dimensiuni extreme de tije si de femur pot fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de tije se poate combina 7 dimensiuni de femur - PG 2 U2 knee Family • Prezinta sistem de prindere periferica a insertului de polietilena - PG 3 CMA BASEPLATE;• Dimensiuni: 8, universale - PG 3 CMA BASEPLATE • Suprafata de implantare rugoasa, mata - PG 2 CMA BASEPLATE • implantare cimentata - PG 5 U2 KNEE BROCHURE NEW;• Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - PG 13, 14 U2 KNEE ST;• prezinta un dop filetat distal - fixarea tijei de extensie. - PG 3 CMA BASEPLATE;• sterila minim 3 ani din momentul livrarii; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM000393025; DM000393026; DM000393027; DM000393028; DM000393029; DM000393030; DM000393031; DM000393032.
3310000 0-1	1,2	Componenta femurala cimentata NPS	U2 Femoral Component CR 2103-1310-> 2103-1470	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata Să prezinte modularitate, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tije• Variante stanga/ dreapta • Sa prezinte 2 pini pentru fixarea femurală antirotațională și o textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Sa prezinte congruenta între raza condililor femurali si insertul tibial • Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferiteiate stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii 3 ani	Confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata -U2 Knee ST, pag 43 Prezinta modularitate, o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tije - U2 Knee Family, pag 2 • Variante stanga/ dreapta- U2 Knee ST, pag 43 • Prezinta 2 pini pentru fixarea femurală antirotațională și o textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat-U2 Knee ST, pag 43 • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru a permite implantarea tijelor centromedulare -U2 Knee ST, pag 43 foto • Design care permite flexie pana la 155°- U2 Knee Family, pag 7 • Prezinta congruenta între raza condililor femurali si insertul tibial- U2 Knee Broshure, pag 2 • Prezinta 7 dimensiuni diferiteiate stanga/ dreapta U2 Knee ST, pag 43 • Suprafata articulara sa fie lustruita-U2 Knee Broshure, pag 5(foto), Sterila minim 3 ani din momentul livrarii 3 ani	ISO, CE

3310000 0-1	1,3	Insert tibial NPS	U2 CR Insert 2303-1201-> 2303-1275	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte minim 4 dimensiuni de inaltime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) -U2 Knee Family, pag 22; - Are marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - U2 Knee Family, pag 22 (foto); Prezinta modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de insert -U2 Knee Family, pag 2; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere -PG 3 CMA BASEPLATE; - Prezinta varianta cu stabilizare posterioara - PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW, si varianta NPS-U2 Knee Family, pag 22; Prezinta 5 dimensiuni de inaltime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate	ISO, CE
3310000 0-1	1,4	Componentă patelară	ONSET PATELLAR COMPONENT 2403-1010 -> 2403-1060	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Componentă patelară Suprafata articulara confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Suprafata de implantare cimentata Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului -	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW - adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW (foto) - prezinta 6 dimensiuni -PG 9U2 KNEE BROCHURE NEW; Modalitatea de implantare: cimentata cu 3 pini PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW (foto)- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării;	DM000393433;DM000393434; DM000393435; DM000393436; DM000393437; DM000393438
3310000 0-1	1,5	Set de instrumente gratuit în folosință	U2 PS PRIMARY KNEE INSTRUMENTS SET	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	DM000633525
3310000 0-1	1,6	Motor oscilant si burghiu	RJ-0410/NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument s & Device	Motor oscilant si burghiu	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	DM000431016 DM000431018
3310000 0-1	1,7	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument s & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Director

Ofertantul: Intermed SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2