

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21073442/[ocds-b3wdp1-MD-1676035672896](#) din 18.02.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea parafarmacie și dezinfectanți, necesare tratamentului holerei în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 3</b> Seringi 10 ml	FY0601	China	Ningbo Foyomed Medical Instruments Co.,Ltd.	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 10 ml sau 12 ml</li> <li>- ac 21Gx1½, 0,8x 40 mm</li> <li>- conector la ambhoul acului de tip Luer-Slip;</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care</li> </ul>	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 10 ml sau 12 ml</li> <li>- ac 21Gx1½, 0,8x 40 mm</li> <li>- conector la ambhoul acului de tip Luer-Slip;</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> </ul>	CE/ISO

				<p>nu permite refluarea soluției în timpul administrării</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free;</li> <li>- ambalate individual</li> </ul> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)</p> <p>Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.</p> <p>*Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la deschiderea ofertelor.</p> <p>*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free;</li> <li>- ambalate individual.</li> </ul> <p><b>Număr înregistrare AMDM DM000358157</b></p>	
<b>Lotul 4</b> Seringi 5 ml	FY0601	China	Ningbo Foyomed Medical Instruments	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 5 ml sau 6 ml,</li> </ul>	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 5 ml sau 6 ml,</li> </ul>	CE/ISO

			<p>Co.,Ltd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ac 22Gx1¼ , 0,7x30 mm</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparenta</li> <li>- gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieşirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanşare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluţiei în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene</li> <li>- produs latex free;</li> <li>- ambalate individual</li> </ul> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)</p> <p>Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.</p> <p>*Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la deschiderea ofertelor.</p> <p>*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ac 22Gx1¼ , 0,7x30 mm</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparenta</li> <li>- gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieşirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanşare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluţiei în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene</li> <li>- produs latex free;</li> <li>- ambalate individual</li> </ul> <p><b>Număr înregistrare AMDM DM000358163</b></p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice"</p>		
<b>Lotul 5</b> Seringi 2 ml	FY0601	China	<p>Ningbo Foyomed Medical Instruments Co.,Ltd.</p>	<p>Seringă sterilă, jetabilă  - 3 piese (piston, corp, garnitură),  - capacitate de 2 ml,  - ac 23Gx1¼ , 0,6x30 mm  - conector la amboul acului de tip Luer-Slip  - transparenta  - gradație din ml în ml,  gradația marcată cu culoare contrastantă  - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă  - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării  - rezistent la presiune  - alunecare uniformă a pistonului seringii  - netoxice, apirogene  - produs latex free;  - ambalate individual</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018.</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.*Vor fi contractate doar dispozitivele medicale .Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției</p>	<p>Seringă sterilă, jetabilă  - 3 piese (piston, corp, garnitură),  - capacitate de 2 ml,  - ac 23Gx1¼ , 0,6x30 mm  - conector la amboul acului de tip Luer-Slip  - transparenta  - gradație din ml în ml,  gradația marcată cu culoare contrastantă  - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă  - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării  - rezistent la presiune  - alunecare uniformă a pistonului seringii  - netoxice, apirogene  - produs latex free;  - ambalate individual</p> <p><b>Număr înregistrare AMDM DM000358162</b></p>	CE/ISO

				<p>Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta -extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la deschiderea ofertelor.*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul "Specificații Tehnice"</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: [medglobalfarm@mail.ru](mailto:medglobalfarm@mail.ru)

Site: [www.medglobalfarm.md](http://www.medglobalfarm.md)