

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1617019716759	Data: 05.04.2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Concentratoare de oxigen de 10 L	Lot: 1	Pagina: __ din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	33100000-1	Concentratoare de oxigen de 10 L	<b>KSOC-10</b>	<b>China</b>	Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co.	<p>Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului;                      Specificatie                      Tip portabil                      Concentrația O2 in fluxul produs <math>\geq 92\%</math> la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și <math>\geq 90\%</math> la fluxul de 10L/min                      Reglarea concentrației de O2 da                      Reglarea fluxului de O2 1 - 10 L/min                      Indicatorul fluxului grafic/numeric                      Nivelul zgomotului produs <math>\leq 50</math> dB                      Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc                      leșiri pentru tubul de O2 minim 1                      Deviere admisibilă la valoarea concetrație de O2 <math>\pm 3\%</math>                      Borcan de umidificare a O2 1 buc.                      Mască facială minim 2 buc.                      Canulă nazală minim 2 set.                      Filtru de particole aerian, rezervă minim 1buc                      Alimentare 220 V 50 Hz                      Termen de garanție al dispozitivului minim 24 luni                      Produs în corespundere cu următoarele</p>	<p>Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.                      Tip portabil – 4 roți                      Concentrația O2 in fluxul produs 93% la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și <math>\geq 90\%</math> la fluxul de 10L/min                      Reglarea concentrației de O2 da                      Reglarea fluxului de O2 1 - 10 L/min                      Indicatorul fluxului numeric                      Nivelul zgomotului produs <math>\leq 52</math> dB                      Display grafic (afișaj parametri de lucru)LED                      Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc                      leșiri pentru tubul de O2 minim 1                      Alarmer vizuale dacă concentrația O2 <math>\leq 82\%</math> ;                      Alarmer sonore dacă fluxul este redus;                      Deviere la concentrația de O2 <math>\pm 3\%</math>                      Borcan de umidificare a O2 1 buc.                      Mască facială 2 buc.                      Canulă nazală 2 set.                      Filtru de particole aerian, rezervă-1buc                      Termen de garanție 12 luni</p>

						standarde Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale, ISO 9001, ISO 13485	Produs ă n corespundere cu următoarele standarde Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale, ISO 9001, ISO 13485
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Aelo Grup

Adresa: Mun. Chisinau, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3