

Specificații tehnice								
Numărul licitației: 21153498/ ocds-b3wdp1-MD-1705402948701 din 05.02.2024								
Denumirea licitației: Denumirea licitației: Proteze traumatologie (necesar 3 luni) pentru anul 2024								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot Nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)								
33100000-1	1.1	Cupă diferite dimensiuni	Bi-Articular Cup Modular + PE Insert 25942 - >25958; 26971- >26974	Italia	Permedica	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționat din aliaj de Co Cr sau oțel inoxidabil; - Diametre exterioare între 42 și 56 mm cu increment de 2 mm; - Suprafața exterioră lustruită; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului de polietilena sa se facă printr-un mecanism de blocare. - Sa accepte capete de 28 mm. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționată din aliaj de oțel inoxidabil cu conținut înalt de azot pag 7; - Diametre exterioare între 42 și 58 mm cu increment de 2 mm- pag 7 ; - Suprafața exterioră lustruită- pag 6,7; Insertul de polietilenă: - confecționată din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE- pag 7. - steril- pag 7. - Fixarea insertului de polietilena se face printr-un mecanism de blocare pag 6. - accepta capete de 28 mm- pag 6. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informația se regăsește în broșuri Permedica	DM000273567; DM000273569; DM000273571; DM000273573; DM000273575; DM000273577; DM000273579; DM000273581; DM000273583; DM000273586; DM000273587; DM000273588; DM000273589;
33100000-1	1.2	Cap diferite dimensiuni	PM734 Ball heads 20281- >20284	Italia	Permedica	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo sau e oțel inoxidabil; - Sa fie disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Cap diferite dimensiuni -confecționat din aliaj de oțel inoxidabil cu conținut înalt de azot -pag 3; - disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului -pag 3 - prezinta variante de diametru exterior de 28mm diametru -pag 2,3 - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm- pag 3 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informația se regăsește în broșuri Permedica	DM000273413; DM000273414; DM000273415; DM000273422
33100000-1	1.3	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	Italia	Permedica	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni - Confecționată din aliaj de titan, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni; - Tija cu forma conică ; Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni - Confecționată din aliaj de titan, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară pag 10;11; 12 tipodimensiuni -pag 12; - Tija cu forma conică- pag 10 ; Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală - pag 10,11. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm- pag 10; - Pentru implantarea tijelor femurale se utilizează același instrumentar-pag 19->32. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informația se regăsește în broșuri Permedica	DM000273444; DM000273447; DM000273440; DM000273446; DM000273443; DM000273445; DM000273442; DM000273441; DM000273448; DM000273449; DM000273450; DM000273451; DM000273457; DM000273458; DM000273453; DM000273452; DM000273455; DM000273459; DM000273456; DM000273454; DM000273460; DM000273461; DM000273462; DM000273463
33100000-1	1.4	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni	EXACTA Plus STEM 11701 -> 11730 11711 -> 11740	Italia	Permedica	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni - confecționată din aliaj de Co Cr sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard și lateralizată; In minim 6 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni - confecționată din aliaj de oțel inoxidabil cu conținut înalt de azot -pag 11; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm- pag 10; - varianta standard și lateralizată- pag 10,11; In minim 10 tipodimensiuni- pag 11; - Pentru implantarea tijelor femurale se utilizează același instrumentar - pag 19-> 32. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informația se regăsește în broșuri Permedica	DM000273464; DM000273465; DM000273466; DM000273467; DM000273468; DM000273469; DM000273470; DM000273471; DM000273472; DM000273473; DM000273476; DM000273477; DM000273478; DM000273479; DM000273480; DM000273481; DM000273482; DM000273483; DM000273484; DM000273485;

33100 000-1	1.6	Set de instrumente gratis în folosință	Modular Biarticular cup instrument set+ Exacta stem instrument set	Italia	Permedica	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea țigelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea țigelor femurale cimentate și necimentate se utilizează același instrumentar. În caz de defecțiune, ne obligăm să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000302690; DM000302693	
33100 000-1	1.7	Motor oscilant gratis în folosință	RJ-0410/NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligăm să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018	
33100 000-1	1.8	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017	
Lot Nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1									
33100 000-1	2.1	TIIA	ARIA CEMENTLESS STEM 111-20-6000 -> 111-20-6012 111-20-6100 -> 111-20-6112	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	TIIA Confectionata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tije; Sa prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tije; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tija Confectionată din aliaj de titan; - pg 4- Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tije; - pg 4 - Prezinta șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tije; -pg 4 - Disponibila in 13 dimensiuni pentru fiecare varianta - pg 12 - Con 12/14 mm; - pg 4 - Varianta de Offset standart si offset lateralizat; - pg 4 - Fara coleret; pg4 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214591; DM000214590; DM000214589; DM000214587; DM000214586; DM000214593; DM000214583; DM000214585; DM000214588; DM000214584; M000214582; DM000214592; DM000214581; DM000214606; DM000214599; DM000214595; DM000214603; DM000214604; DM000214605; DM000214598; DM000214600; DM000214597; DM000214596; DM000214601; DM000214602; DM000214594;	
33100 000-1	2.2	CUPA	LOGICAL G SERIES CEMENTLESS CUP 111-12-3348 -> 111-12-3368 ; Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111-12-9115-> 111-12-9150	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	CUPA Confectionată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafața poroasă (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	Cupa -Confectionată din aliaj de titan. - pg 4 - Acoperirea cupei este efectuata prin suprafața poroasa (titan poros cu structura 3 D) ; - pg 4, 5, scrisoare - Prezinta mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa - pg 4; - Diametre externe prezente in minim 11 dimensiuni -pag 26; Prezintă 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; - pg 26 - Include 2 suruburi la fiecare cupa livrata, cu minim 8 dimensiuni de lungime (Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111-12-9115-> 111-12-9150) - pg 31; - Sterila - pag 8; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in BROSURA LOGICAL NEW	DM000213872; DM000213877; DM000213874; DM000213879; DM000213878; DM000213866; DM000213875; DM000213867; DM000213871; DM000213876; DM000213870; DM000213873; DM000213868; DM000213869; DM000460987; DM000460988; DM000460989; DM000460990; DM000460991; DM000460992; DM000460993; DM000460994.	

33100 000-1	2.3	INSERT	LOGICAL XLPE LINER 111-12-5844 -> 111-12-5660 111-12-6844 -> 111-12-6260	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDECS	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insert Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (7,5 MRad); - PG 4 - Diametre externe pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; - PG 29 ; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile de dimensiuni 28, 32 mm- PG 29; Sterile -PG4 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW	DM000214052; 111-12-5850; DM000214057; DM000214058; DM000214059; DM000214060; DM000214066; DM000214067; DM000214071; DM000214072; DM000214073; DM000214074;
33100 000-1	2.4	CAP	CoCr femoral head 111-152- 011->111-152- 024	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDECS	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr) - pag 20; - Diametre externe prezente 28, 32 mm - pag 20; -Con 12/14 mm - pag 4, poza cap; - 4 dimensiuni de lungime - pag 20, poza cap; - steril poza cap ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214660; DM000214657; DM000214659; DM000214669; DM000214656; DM000214658; DM000214655; DM000214661;
33100 000-1	2.5	Set de instrumente gratuit în folosință	PRIMARY LOGICAL INSTRUMENT S, ARIA INSTRUMENT S	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDECS	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000670237 DM000670238 DM000670239 DM000670240 DM000670241 DM000670242 DM000670243 DM000670244 DM000670245 DM000670246 DM000670247 DM000670248 DM000670249 DM000670250 DM000670251 DM000670252 DM000670253 DM000670254 DM000670255 DM000670256 DM000670257 DM000670258 DM000670259 DM000670260 DM000670261 DM000670262 DM000670263 DM000670264 DM000670265 DM000670266 DM000670267 DM000670268 DM000670269 DM000670270 DM000670271 DM000670272 DM000670273 DM000670274 DM000670275 DM000670276 DM000670277 DM000670278 DM000670279 DM000670280 DM000670281 DM000670282 DM000670283 DM000670284 DM000670285 DM000670286 DM000670287 DM000670288 DM000670289; DM000670290 DM000670291; DM000670292 DM000670293; DM000670294 DM000670295; DM000670296 DM000670297; DM000670298 DM000670299; DM000670300 DM000670301; DM000670302 DM000670303; DM000670304 DM000670305; DM000670306 DM000670307; DM000670308 DM000670309; DM000670310; DM000670311 DM000670312 DM000670313 DM000670314 DM000670315 DM000670316 DM000670317 DM000670318 DM000670319 DM000670320 DM000670321 DM000670322 DM000670323 DM000670324 DM000670325 DM000670326 DM000670327 DM000670328 DM000670329 DM000670330 DM000670331 DM000670332 DM000670333 DM000670334
33100 000-1	2.6	Motor oscilant gratis în folosință	RJ-0410/NS- 1011	China	Wuhu Rujin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
33100 000-1	2.7	Lamele pentru motor	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Rujin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Lot Nr. 4/7Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix

33100 000-1	4	7.1 Componenta femurală	U2, PS FEMORAL COMPONENT 2103-3110 - >2103-3170; 2103-3210-> 2103-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Componenta femurală - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; -Sa prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - Să prezinte congruență între raza condililor femurali și insertul tibial - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelui - Design care sa permita flexie cel puțin pana la 130° - Dimensiunile de tibie si femur sa poata fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara. - Congruenta femuro-tibiala maxima - Suprafata articulara sa fie lustruita; - Suprafata de implantare sa fie rugoasa; - Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta femurala - Confectionata din aliaj de Co-Cr -PG 4, U2 KNEE BROCHURE; • componenta anatomica cu variante stanga/ dreapta- PG 8 U2 KNEE BROCHURE NEW• prezinta o textură specială pentru o bună fixare a cimentului - PG 4 U2 KNEE BROCHURE NEW , • Condilii femurali posteriori ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -PG 4 U2 Knee Family ;• prezinta congruenta între raza condililor femurali si insertul tibial - PG 2 U2 KNEE BROCHURE - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelui -PG 4 U2 KNEE BROCHURE NEW • Design care permite flexie pana la 155° - PG 7 U2 KNEE FAMILY; Dimensiunile de tibie si femur pot fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara PG 1 CORESPONDENTA MARIMI; Congruenta femuro-tibiala maxima- PG2 U2 KNEE BROCHURE ; • Suprafata articulara lustruita - PG 4 U2 KNEE BROCHURE NEW;• Suprafata de implantare rugoasa- PG 5 U2 Knee Family; Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - PG 4, PG 8 U2 KNEE BROCHURE NEW; PG 5 U2 Knee Family; Sterila minim 3 ani din momentul livrării	DM000392993; DM000393000; DM000392994; DM000393001; DM000392995; DM000393002; DM000392996; DM000393003; DM000392997; DM000393004; DM000392998; DM000393005; DM000392999; DM000393006; DM000393013; DM000393007; DM000393014; DM000393008; DM000393015; DM000393009; DM000393016; DM000393010; DM000393017; DM000393011; DM000393018; DM000393012.
33100 000-1	4	7.2 Componenta tibiala	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/ dreapta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitatile intraoperatorii - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tije de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta tibiala este confectionata din aliaj de Titan - PG 2 CMA BASEPLATE; • universala stanga/ dreapta - PG 3 CMA BASEPLATE;• Componenta tibiala prezinta posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii - PG 2, 3 CMA BASEPLATE;• Profilul platoului tibial simetric si se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - PG 3 CMA BASEPLATE;• Prezinta modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur pot fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina 8 dimensiuni de tibie - PG 1 CORESPONDENTA MARIMI;Fixarea insertului de polietilenă pe tibie se face prin sistem de prindere- PG 3 CMA BASEPLATE;• Dimensiuni: 8, universale - PG 3 CMA BASEPLATE;• Suprafata de implantare rugoasa, mata - PG 2 CMA BASEPLATE • Modalitatea de implantare cimentata - PG 5 U2 KNEE BROCHURE NEW • Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - PG 13, 14 U2 KNEE ST;• prezinta un dop filetat distal pentru fixarea tije de extensie. - PG 3 CMA BASEPLATE;• sterila minim 3 ani din momentul livrării	DM000393025; DM000393026; DM000393027; DM000393028; DM000393029; DM000393030; DM000393031; DM000393032.
33100 000-1	4	7.4 Tija de extensie	Extension Srem 2703-5003	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Tija de extensie Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa prezinte varianta standard -Sa se poata implanta pe piesa tibiala -Sa se poata implanta cimentat -Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială -Sterilizate cu radiatii GAMMA - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului	Tija de extensie confectionate din aliaj de titan PG 2 CMA BASEPLATE -prezinta varianta standard se pot implanta pe piesa tibiala -PG 2 CMA BASEPLATE; - se pot implanta cimentat -PG 2 CMA BASEPLATE; Fixarea la piesa tibiala se face prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială - con PG 2 CMA BASEPLATE (poza); -Sterilizate cu radiatii GAMMA - poza tija de extensie United Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate	DM000394006

33100 000-1	4	7.5 Insert tibial	TIBIAL INSERT U2, PS 2303-3001 -> 2303-3075	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insert tibial - confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta UHMWPE - PG 6 U2 KNEE BROCHURE NEW - are marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - PG 6 U2 KNEE BROCHURE NEW; • prezinta modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina cu 6 sau chiar cu 8 dimensiuni de insert - PG 1 CORESPONDENTA MARIMI;• Modalitatea de fixare prin sistem de prindere - PG 3 CMABASEPLATE; - prezinta varianta cu stabilizare posterioara- PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW; • Prezinta 8 dimensiuni de inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltimi - PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW;• Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000393196; DM000393195; DM000393198; DM000393200; DM000393194; DM000393197; DM000393193; DM000393199; DM000393202; DM000393201; DM000393212; DM000393206; DM000393211; DM000393205; DM000393210; DM000393204; DM000393203; DM000393207; DM000393207; DM000393208; DM000393214; DM000393220; DM000393222; DM000393215; DM000393218; DM000393216; DM000393219; DM000393221; DM000393213; DM000393217; DM000393217; DM000393230; DM000393227; DM000393228; DM000393226; DM000393223; DM000393231; DM000393232; DM000393225; DM000393229; DM000393241; DM000393235; DM000393239; DM000393242; DM000393236; DM000393234; DM000393240; DM000393233; DM000393237; DM000393238; DM000393249; DM000393252; DM000393248; DM000393251; DM000393247; DM000393243; DM000393250; DM000393246; DM000393245; DM000393244; DM000393259; DM000393255; DM000393260; DM000393256; DM000393254; DM000393258; DM000393261; DM000393262; DM000393262; DM000393257; DM000393269; DM000393271; DM000393271; DM000393267; DM000393272; DM000393265; DM000393265; DM000393266; DM000393270;
33100 000-1	4	7.7 Setul de instrumente	U2 PS PRIMARY KNEE INSTRUMENT S SET	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000633525
33100 000-1	4	7.8 Motor oscilant	RJ-0410/NS- 1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
33100 000-1	4	7.9 Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Director
Ofertantul: Intermed, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2□