

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21125779 din 15.12.2023

Obiectul de achiziție: achiziționarea piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Set de electrozi ECG	U901-1BA or U901-1CA + U901-2AA or U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment co., ltd	Set de electrozi reutilizabili 4Clește + 6 Pare ,compatibili cu conectori de tip Banana	Set de electrozi reutilizabili 4Clește + 6 Pare ,compatibili cu conectori de tip Banana. Adult or copii	CE
Cablu de interconectare pentru ECG	U272-11BE			Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu EDAN SE-3 conectori de tip Banana	Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu EDAN SE-3 conectori de tip Banana	CE
Cablu de interconectare pentru ECG	U290-11BE			Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu Cardiette AR 600 adv conectori de tip Banana	Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu Cardiette AR 600 adv conectori de tip Banana	CE
Total lot 1						
Lotul 6						
Electrozi	306-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip loop 6 compatibil cu Zeus 400	Electrod tip loop 5mm compatibil cu Zeus 400	CE
Electrozi	350-1			Electrod tip loop 15 compatibil cu Zeus 400	Electrod tip loop 15 compatibil cu Zeus 400	CE
Electrozi	351-0			Electrod tip loop 20 compatibil cu Zeus 400	Electrod tip loop 20 compatibil cu Zeus 400	CE
Total lot 6						
Lotul 13						
Stație de lipit cu termofen	LUKEY-868	China	Rexant	Tip De contact Forma virf Con Putere 750 w Temperatura minima de lucru 100 °C Temperatura maxima de lucru 480 Timp de infierbintare 0.12 min Alimentare 220 V Curățător pentru ciocan de lipit	Tipul fierului de lipit de contact Sistemul de încălzire electric Sistemul de încălzire 750 W Temperatura de funcționare min. 200 °C Temperatura de funcționare max. 480 °C Dimensiuni de fier 160x116x190 mm Greutate 1.5 kg în plus termofen in set	ISO
Total lot 13						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**