

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

LP 221032158	19-30.12.20	Alternativa nr.
Denumirea-Vesela pentru laborator	Poz	Pagina 1 din 2

Codul CPV	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Staiidar-de de referință
33140000-3	1.1	Virfuri universale cu filtru în stative,Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, lungimea nu mai mica de 4.5 cm, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, ultra subtiri, declratie de conformitate. 10 mkl	640402	China	BOEN HEALTHCARE CO., LTD	Vezi AP	Virfuri universale cu filtru în stative,Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, lungimea nu mai mica de 4.5 cm, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, ultra subtiri, declratie de conformitate. 10 mkl	ISO, CE
33140000-3	2.1	Virfuri universale cu filtru în stative,Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 20 mkl	640403	China	BOEN HEALTHCARE CO., LTD	Vezi AP	Virfuri universale cu filtru în stative,Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 20 mkl	ISO, CE
33140000-3	3.1	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 100 mkl	640404	China	BOEN HEALTHCARE CO., LTD	Vezi AP	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 100 mkl	ISO, CE
33140000-3	4.1	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 200 mkl	640406	China	BOEN HEALTHCARE CO., LTD	Vezi AP	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 200 mkl	ISO, CE
33140000-3	5.1	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 1000 mkl	640407	China	BOEN HEALTHCARE CO., LTD	Vezi AP	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declratie de conformitate. 1000 mkl	ISO, CE

33140000-3	6.1	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retenție minimală a substanței pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declarație de conformitate. 1200mkl	640408	Spania	Deltalab	Vezi AP	Virfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retenție minimală a substanței pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii câte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declarație de conformitate. 1200mkl	ISO, CE
33192500-7	7.1	Eprubete PCR. Tip Ependorf , pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, rezistente la temperatura de +95C° până la -80 C° , transparente, incolore, cu suprafața internă slefuită, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declarație de conformitate. 1,5 ml	4092.3N	Spania	Deltalab	Vezi AP	Eprubete PCR. Tip Ependorf , pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, rezistente la temperatura de +95C° până la -80 C° , transparente, incolore, cu suprafața internă slefuită, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declarație de conformitate. 1,5 ml	ISO, CE
33192500-7	8.1	Eprubete PCR Tip Ependorf, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu pereți subțiri, incolore, transparente, pentru PCR, capac plat, rezistente la temperaturi înalte +95C p/u Rotor Gene Q, declarație de conformitate. 0,2ml	981005	Germania	Qiagen	Vezi AP	Eprubete PCR Tip Ependorf, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu pereți subțiri, incolore, transparente, pentru PCR, capac plat, rezistente la temperaturi înalte +95C p/u Rotor Gene Q, declarație de conformitate. 0,2ml	ISO, CE
33192500-7	9.1	Eprubete PCR sterile, sigilate, libere de Dnaze și Rnaze ARN/AND, Pyrogen-free, cu pereți subțiri, incolore, transparente, pentru PCR, rezistente la temperaturi înalte +95C pu Rotor Gene Q, în stripurile câte 4 bucăți cu capac Volum 0,1 ml	981103	Germania	Qiagen	Vezi AP	Eprubete PCR sterile, sigilate, libere de Dnaze și Rnaze ARN/AND, Pyrogen-free, cu pereți subțiri, incolore, transparente, pentru PCR, rezistente la temperaturi înalte +95C pu Rotor Gene Q, în stripurile câte 4 bucăți cu capac Volum 0,1 ml	ISO, CE
33140000-3	11.1	Sonde pentru recoltarea materialului biologic din uretra la bărbați. Sterile,	Dafina	Rusia	Alite	Vezi AP	Sonde pentru recoltarea materialului biologic din uretra la bărbați.	ISO
33140000-3	12.1	Eprubete cu gel și K3EDTA,cu volumul de 5 ml	12622	Italia	Aptaca	Vezi AP	Eprubete cu gel și clot activator,cu volumul de 5 ml	ISO, CE
33192500-7	13.1	Eprubete conice de plastic 10 ml	18012	Italia	KIMA	Vezi AP	Eprubete conice de plastic 10 ml	ISO, CE
33140000-3	14.1	Eprubete vidate, conice cu K3EDTA, înălțime 8cm, diametru 1,4 cm, volum	13005	Italia	KIMA	Vezi AP	Eprubete vidate, conice cu K3EDTA, înălțime 8cm, diametru 1,4 cm,	ISO, CE
	15.1	Eprubete echivalent analizatorului Hitachi 902	5710	Italia	Aptaca	Vezi AP	Eprubete echivalent analizatorului Hitachi 902,3 ml	ISO, CE
	16.1	Eprubete echivalent analizatorului Technicon	18150	Italia	KIMA	Vezi AP	Eprubete echivalent analizatorului Technicon 2 ml	ISO, CE
33192500-7	17.1	Eprubete cu citrat de Na 3,8%, 3 ml	18608	Italia	KIMA	Vezi AP	Eprubete cu citrat de Na 3,8%, 3 ml	ISO, CE
33140000-3	18.1	Recipiente pentru deșeuri ascuțitoare-2 litru	8020	Italia	Aptaca	Vezi AP	Recipiente pentru deșeuri ascuțitoare-2 litru	ISO, CE
33140000-3	19.1	Lame cu bandă albă pentru marcat cu creon simplu, grosimea 0,9 mm-1mm,	13504	Italia	Aptaca	Vezi AP	Lame cu bandă albă pentru marcat cu creon simplu, grosimea 0,9 mm-	ISO, CE
33140000-3	21.1	Termoindicatoare 132grade interne		Rusia	Vinar	Vezi AP	Termoindicatoare 132grade interne	ISO
33140000-3	22.1	Termoindicatoare 132grade extern		Rusia	Vinar	Vezi AP	Termoindicatoare 132grade extern	ISO
33140000-3	29.1	Eozin metilen albastru (fixator Leisman), ambalat 1 l		Rusia	Minimed	Vezi AP	Eozin metilen albastru (fixator Leisman), ambalat 1 l	ISO
33140000-3	33.1	Ulei de imersie ,100 ml		Rusia	Minimed	Vezi AP	Ulei de imersie ,100 ml	ISO
33140000-3	35.1	Virfuri 5 ml		Rusia	Thermofisher	Vezi AP	Virfuri 5 ml	ISO
33140000-3	44.1	Termoindicatoare 180 grade		Rusia	Vinar	Vezi AP	Termoindicatoare 180 grade	ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607