

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1583686194409				Data: „30” martie 2020		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Reactivi și consumabile pentru laboratorul microbiologic Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale				Lot:		Pagina: _1_ din _2_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33140000-3	29	Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372	IBB	Rusia	INTERSAN	Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6	Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^7	CE, ISO
33140000-3	30	Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372	IBG	Rusia	INTERSAN	Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aburi (autoclav) la t° 121 și 134. Concentrația sporilor în fiola 10^6	Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aburi (autoclav) la t° 121 și 134. Concentrația sporilor în fiola 10^7	CE, ISO
33140000-3	31	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 1210C 20 min, interni	ICS	Rusia	INTERSAN	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE, ISO
33140000-3	32	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 1210C 20 min, externi	ICS	Rusia	INTERSAN	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi externi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi externi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE, ISO
33140000-3	34	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 1340C 20 min	ICS	Rusia	INTERSAN	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE, ISO

33140000-3	35	Bowie-Dick Test Pack, 121°C 20 min	BDT	Rusia	INTERSAN	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; cu certificat de conformitate	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; cu certificat de conformitate	CE, ISO
33140000-3	36	Bowie-Dick Test Pack, 134°C 3,5 min	BDT	Rusia	INTERSAN	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi conform ISO 11140-1:2014; cu certificat de conformitate	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi conform ISO 11140-1:2014; cu certificat de conformitate	CE, ISO
33140000-3	37	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 1800C 60 min interni	ICSA	Rusia	INTERSAN	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE, ISO
33140000-3	38	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 1800C 60 min, externi	ICSA	Rusia	INTERSAN	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat externi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat externi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE, ISO
33140000-3	92	Micropipetă mecanică 20 -200μl	MM20	Spania	DELTALAB	Cu volumul ajustabil, autoclavabile, cu canal unic. Acuratețea de 0,60%. Cu con universal pentru vârful analog tip: Top-Line Filter-Tips.	Cu volumul ajustabil, autoclavabile, cu canal unic. Acuratețea de 0,60%. Cu con universal pentru vârful analog tip: Top-Line Filter-Tips.	CE, ISO
33140000-3	93	Micropipetă mecanică 100-1000μl	MM100	Spania	DELTALAB	Fiecare pipetă trebuie să fie calibrată individual cu certificat de etalonare în conformitate cu ISO 8655 și certificată.	Fiecare pipetă trebuie să fie calibrată individual cu certificat de etalonare în conformitate cu ISO 8655 și certificată.	CE, ISO

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

