





FİLTRELER / FILTERS




- BFE (Bakteriyel Filtre Etkinliği) %99.99998
- VFE (Viral Filtre Etkinliği) %99.9998
- Gaz Örnek Alma Portu
- Düşük Ölü Boşluk
- Düşük Akış Direnci
- Steril

- BFE (Bacterial Filtration Efficiency) %99.99998
- VFE (Viral Filtration Efficiency) %99.9998
- Gas Sampling Port
- Low Dead Space
- Low Flow Resistance
- Sterile




- 500 ml Tidal Hacim ile Nem Çıkış Değeri 24 hr: 28.8 mg/1 lt H₂O
- Aspirasyon Portu
- Oksijen Portu
- Düşük Ölü Boşluk
- Düşük Akış Direnci
- Steril

- Moisture Output at 500 ml Tidal Volume 24 hr: 28.8 mg/1 lt H₂O
- Suction Port
- Oxygen Port
- Low Dead Space
- Low Flow Resistance
- Sterile




- 500 ml Tidal Hacim ile Nem Çıkış Değeri 33.2 mg/lt
- Gaz Örnek Alma Portu
- Düşük Ölü Boşluk
- Düşük Akış Direnci
- Steril

- Moisture Output at 500 ml Tidal Volume 33.2 mg/lt
- Gas Sampling Port
- Low Dead Space
- Low Flow Resistance
- Sterile



- BFE (Bakteriyel Filtre Etkinliği) %99.99998
- VFE (Viral Filtre Etkinliği) %99.9998
- 500 ml Tidal Hacim ile Nem Çıkış Değeri 33.2 mg/lt
- Gaz Örnek Alma Portu
- Düşük Ölü Boşluk
- Düşük Akış Direnci
- Steril

- BFE (Bacterial Filtration Efficiency) %99.99998
- VFE (Viral Filtration Efficiency) %99.9998
- Moisture Output at 500 ml Tidal Volume 33.2 mg/lt
- Gas Sampling Port
- Low Dead Space
- Low Flow Resistance
- Sterile



- BFE (Bakteriyel Filtre Etkinliği) %99.9999
- VFE (Viral Filtre Etkinliği) %99.9999
- Gaz Örnek Alma Portu
- Düşük Ölü Boşluk
- Düşük Akış Direnci
- Steril

- BFE (Bacterial Filtration Efficiency) %99.9999
- VFE (Viral Filtration Efficiency) %99.9999
- Gas Sampling Port
- Low Dead Space
- Low Flow Resistance
- Sterile

KOD / CODE	TIP / TYPE	KOLI ADEDİ QUANTITY PER BOX
140 101	Bakteri Filtresi Bacterial Filter	100
140 110	HMEF (Bakteri ve Nem) Filtre HMEF (Bacterial and Moisture) Filter	100
140 120	HME (Nem) Filtre HME (Moisture) Filter	100
140 130	Hepa Filtre Hepa Filter	100
142 210	Trakeostomi HME Filtre Tracheostomy HME Filter	400