

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781785136630 din 29 iun 2026, 13:00 - 31 iul 2026, 10:00

Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...71818 din 07.11.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1741961471818 din 14.03.2025 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2027 (subsecvent 6)

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	82	Ghid pentru PCGRE (003007)	NV- GS35453M NV- PS25453M NV- PS18453M	Japonia	Terumo	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru -maximum 0,63mm	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru -maximum 0,63mm	DM000678901 DM000678913 DM000678912
33 10 00 00- 1	153	Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365)	MBLS-6F	China	Micro- Tech	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenic.	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenic.	DM000660935
33 10 00 00- 1	154	Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (003366)	MBLS-6F- NL	China	Micro- Tech	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele Latex-free hipoalergenic.	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele Latex-free hipoalergenic.	DM000660937

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Oferantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**