

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1651751598228 din: 16 mai 2022, 11:00 - 26 mai 2022, 13:00

Obiectul achiziției: Dispozitive medicale și consumabile a.2022, repetat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
33140000-3	18. Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm ² ,dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm ² .zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm ² , fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife	EDC-2040	Spania	Telic	Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm ² ,dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm ² .zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm ² , fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33140000-3	29 Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	YIPU400WY21	Japonia	Terumo	29 Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**